



BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej^A

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

DZP.271.47.2021-2

Bielsko-Biała dn. 19.01.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi serwisu technicznego: rezonansu magnetycznego Magnetom Aera, tomografu komputerowego Somatom Definition AS oraz systemu diagnostycznego syngo.via będących w posiadaniu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (znak sprawy: DZP.271.47.2021).

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści:

Pytanie 1:

Dotyczy SWZ, Część VIII, pkt 1, ust. 4, lit. a)

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane referencje mają dotyczyć aparatów, na które składana jest oferta tj. dla Zadania 1, rezonansu magnetycznego Magnetom Aera, dla zadania 2 tomografu Somatom Definition AS. Zwracamy uwagę, że aparaty nawet tego samego producenta różnią się między sobą na tyle, że referencje dotyczące innej rodziny aparatów nie potwierdzają wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej i mogą budzić wątpliwości Zamawiającego co do posiadanego doświadczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG SERWISOWYCH SYNGO.VIA, Modyfikacje i ochrona antywirusowa, bullet 4.

Ponieważ opieka nad systemem antywirusowym, a szczególności jego aktualizacja jest zazwyczaj w gestii działu IT właściciela placówki, który podchodzi do kwestii bezpieczeństwa kompleksowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zakupie przez Wykonawcę dodatkowej licencji do używanego przez Zamawiającego antywirusa. Prosimy w takiej sytuacji o podanie nazwy używanego antywirusa lub w przeciwnym wypadku o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i podaje poniżej nazwę używanego programu antywirusowego :. ESET Endpoint Security for Windows licencje typu : business.



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647

ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375

www.onkologia.bielsko.pl

email: szpital@onkologia.bielsko.pl



Pytanie 3:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone odpady, które zazwyczaj są pozostawiane u Zamawiającego, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli wymaganej w takich przypadkach przez ustawę o odpadach (art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach):

Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mając na uwadze art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), przekazuje Zamawiającemu odpady wraz z odpowiedzialnością za nie, a Kupujący potwierdza, że posiada odpowiedni wpis w rejestrze BDO lub jest podmiotem nie podlegającym takiemu wpisowi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenie ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r, nr 2531).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu w/w postaci, gdyż wprowadzenie zapisu w tej formie może spowodować nałożenie na Zamawiającego obowiązku odbioru i utylizacji odpadów, które wymagają uzyskania dodatkowych zgód lub pozwoleń. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, jako firmy profesjonalnej, pełnej wiedzy na temat serwisowanych urządzeń, w tym również znajomości rodzajów odpadów niebezpiecznych, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie napraw i serwisu technicznego aparatów będących przedmiotem umowy oraz zasad ich odbioru i utylizacji odpadów. Zapis w proponowanej formie jest zbyt ogólny i budzi wątpliwości interpretacyjne.

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt umowy, § 16, ust. 2

Prosimy o zastąpienie ust. 2 następującymi zapisami:

Wykonawca może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem

Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:



zapropnować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

1. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.

Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. rozbudowy i nowych technologii
Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Andrzej Wiórkowski



