



Wrocław, 31.03.2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do automatycznego analizatora parametrów fizykochemicznych moczu połączonego z analizatorem osadu moczu wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.11.2022*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1: Proszę o odpowiedź na pytania: SIWZ Rozdział XX 1.7 (umowa §9 ust. 1 pkt. 1 i 2) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „... min. 0,5 % ceny brutto niezrealizowanej części zamówienia / zareklamowanej części zamówienia za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto niezrealizowanej części zamówienia / zareklamowanej części zamówienia za dzień opóźnienia) ...” ? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia/reklamacji. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości brutto gwarantowanej części umowy ( czyli 50% całkowitej wartości realizacji umowy ) jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem/reklamowanego.**

**Odpowiedź na pytanie nr 1 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.**

**Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, pytania nr 2 - 15 :**

**Pytanie nr 2: Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę analizatorze do oceny elementów upestociowanych moczu, która nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie, a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej próbce moczu ) Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt SIWZ oraz zał nr 2 , w którym pojawia się wyraz „osad”?**

**Odpowiedź na pytanie nr 2:Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 3: Czy Zamawiający uzna za spełniony punkt 5 wymagań technicznych jeśli analiza parametrów fizykochemicznych moczu w technologii suchych testów paskowych opiera się o zasadę pomiaru, w której paski testowe są oświetlane w każdej pozycji odczytu kolejno trzema diodami LED przy różnych długościach fali (472, 520, 630 nm ) a detektor przechwytuje obrazy wszystkich pól każdego paska (moduł CMOS)?**

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym barwa i przejrzystość są mierzone bezpośrednio przez analizator na podstawie światła przechodzącego i rozproszonego w próbce w oparciu o zastrzeżone algorytmy?**

**Odpowiedź na pytanie nr 4 : Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora parametrów fizykochemicznych moczu pracującego w technologii suchych testów paskowych? Zastosowanie pojedynczych testów paskowych pozwoli Zamawiającemu na bardziej ekonomiczną pracę analizatora.  
**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, którego stabilność testów po załadowaniu wynosi 5 dni? Biorąc pod uwagę, że dzienna liczba pasków zużywana przez Zamawiającego wynikająca z rocznej liczby oznaczeń będzie wynosić 69, a oferowane opakowania pasków testowych są konfekcjonowane po 100 sztuk pasków i można je dokładać w każdym momencie bez przerywania pracy aparatu, Zamawiający zużyje 1 opakowanie w 2 dni. Takie rozwiązanie nie narazi Zamawiającego na żadne straty związane z krótszą niż wymagana ich stabilnością w aparacie.  
**Odpowiedź na pytanie nr 6:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający dopuści analizator z podajnikiem o pojemności pozwalającej na załadowanie 60 próbek jednorazowo (6 statywów × 10 próbek) z możliwością ciągłego dostawiania statywów w trakcie pracy analizatora? Biorąc pod uwagę, że dzienna liczba próbek wynikająca z deklarowanej rocznej liczby oznaczeń nie będzie przekraczać 69 próbek w ciągu całej doby, taki podajnik powinien wystarczyć Zamawiającemu.  
**Odpowiedź na pytanie nr 7 :** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oceny osadu moczu pracującego w oparciu o analizę nieodwirowanej próbki moczu, a tym samym bez wirówki na pokładzie i niewymagający stosowania kuwet? Pozwoli to Zamawiającemu uniknąć procesu rozpadu komórek podczas wirowania, zminimalizować ilość materiałów zużywalnych tj. kuwet oraz ograniczyć procesy związane z konserwacją wirówki.  
**Odpowiedź na pytanie nr 8 :** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9:** Czy zamawiający dopuści aparat, który automatycznie i ilościowo wykrywa bakterie w moczu? Badanie ogólne moczu ma charakter przesiewowy mając na celu jedynie wskazanie obecności bakterii, dalsza diagnostyka pod tym kątem powinna mieć miejsce w laboratorium mikrobiologicznym przy użyciu dedykowanych metod.  
**Odpowiedź na pytanie nr 9:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:** Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „System wyposażony w funkcję kontroli narażenia pól reakcyjnych na działanie wilgoci” jeżeli w oferowanym analizatorze stosuje się pochłaniacze wilgoci zapobiegające zawilgoceniu pasków testowych?  
**Odpowiedź na pytanie nr 10 :** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 11:** Czy Zamawiający dopuści aparat, w przypadku którego paski testowe do oceny parametrów fizyko-chemicznych nie posiadają możliwości rozszerzenia badań do oceny albuminy i kreatyniny? Każdy analizator do badania parametrów fizyko-chemicznych moczu umożliwi tylko ilościową ocenę ww. parametrów. W celach diagnostycznych Zamawiający ma możliwość wykonania dokładnych badań ilościowych w celu wyliczenia współczynnika albumina/kreatynina z wykorzystaniem analizatorów biochemicznych.  
**Odpowiedź na pytanie nr 11:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:** Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym” jeżeli analizator wykonuje zdjęcia w czasie rzeczywistym laminarnego przepływu próbki moczu przez komorę pomiarową?  
**Odpowiedź na pytanie nr 12:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13:** Czy z uwagi na nową technologię opartą na pomiarze elementów upostaciowionych przy pomocy cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego (bez wirowania moczu), z dokumentacją fotograficzną 500 zdjęć dla każdej próbki Zamawiający dopuści analizator bez możliwości „ręcznej zmiany warstwy ogniskowej oraz pola widzenia”  
**Odpowiedź na pytanie nr 13:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14:** Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się ofertę w branży IT prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie komputera do stacji roboczej posiadającego parametry porównywalne ale nie gorszych niż te wyspecyfikowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:** Zamawiający wyraża zgodę .

**Pytanie nr 15:** Prosimy o wydłużenie terminu dostawy anlizatora do 30 dni od daty zawarcia umowy.  
**Odpowiedź na pytanie nr 15:** Zgodnie z SWZ.

**Dotyczy -Pytania do umowy (zał. nr 3) pyt. Nr 16 – 17 :**

**Pytanie nr 16:** do umowy (zał. nr 3): §9 ust. 1 pkt. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości gwarantowanej części umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 16 :** Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 17:** do umowy (zał. nr 3): §9 ust. 1 pkt. 4 oraz 6– Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 0,1%?

**Odpowiedź na pytanie nr 17 :** Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

Z upoważnienia  
**KOMENDANTA**  
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO I POLIKLINIKA  
S.P. ZSZ we Wrocławiu  
.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej  
**Piotr STRAK**  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych