

EZP.270.36.2023

Część nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oscyloskop sygnałów mieszanych o parametrach nie gorszych niż:

Parametr	Wartość parametru
Szerokość pasma	1 GHz z możliwością sprzętowego rozszerzenia do 1.5 GHz
Częstotliwość próbkowania:	6.25 GSPS
Głębokość pamięci wyświetlania:	31.25 MPTS z możliwością sprzętowego rozszerzenia do 62.5 MPTS
Kanały oscyloskopu	4
Zintegrowany wyświetlacz	TAK
Rodzaj wyświetlacza	Pojemnościowy ekran dotykowy HD
Typ wtyku:	Europejski
Porty komunikacyjne	USB 2.0, LAN (10/100 MB/s Base-T Ethernet)
Sterowanie zdalne	TAK
sterowniki do integracji ze środowiskiem LabView	Tak
Rozdzielczość	12 bitów ADC Do 16 bitów w trybie wysokiej rozdzielczości