



Znak: AE/ZP-27-35/20

Tarnów, 2020-06-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów, ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by maseczka była wyrobem medycznym?
2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy ze względów higienicznych, szczególnie w dobie pandemii, Zamawiający wymaga by maseczki były pakowane w opakowania kartonowe, stanowiące dispenser?
3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy ze względu na ochronę personelu w dobie pandemii Zamawiający wymaga maseczek medycznych co najmniej typ II R, stopień filtracji min. BFE 99% i maski chroniącej użytkownika przed rozpryskami pod ciśnieniem 120 mmHg?
4. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków typu clip / harmonijkowych?
5. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka z napotnikiem, z gumką. Otok: Spunlace 35 g/m², denko: Polipropylen 18 g/m², wkładka chłonna pot: Spunlace 38 g/m², oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.?
6. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści koszule z włókniny SMS o uniwersalnym zastosowaniu, o parametrach: M/L długość min. 103 cm, obwód 165 cm, oraz XL/XXL—długość 108 cm, obwód 194 cm. Koszula ma rozcięcie na klatce piersiowej, i parę troków do zawiązywania. Można stosować jako koszule dla położnic.
7. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu, niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm,-rozciecie wzdłużne, na klatce piersiowej Pakowana po 10 sztuk?
8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch w uniwersalnym rozmiarze L?
9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
11. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik?
12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
13. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wiązanych na troki?
14. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
15. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60cm x 80cm?
16. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradeł z włókniny bez laminatu?
17. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradeł celulozowo – foliowych wzmocnionych nitką?
18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o perforacji co 38cm?



19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradeł o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS ?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 70cm x 120cm o obwodzie 140cm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk tj. 50 par z odpowiednim przeliczeniem ilości?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek, dla których Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 2 Zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** maski winny być pakowane co najmniej zbiorczo w folię.

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** czepków typu clip/harmonijkowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane czepki do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** opisanych w pytaniu czepków, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane czepki do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** opisanych w pytaniu koszul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym koszule są nieprzeźroczyste, a ponadto Wykonawca posiada dla nich dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** opisanych w pytaniu koszul.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów w uniwersalnym rozmiarze L.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów pakowanych w opakowania po 10 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1800 opakowań.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** fartuchów pakowanych w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 100 opakowań.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych pakowanych w kartoniki, pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ, w tym co najmniej zbiorczo będą pakowane w folię.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych w opakowaniach po 50 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli



Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 1800 opakowań.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** czepków wiązanych na troki.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-2** czepków w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że czepki te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować: w poz. 1 - 100 opakowań, a w poz. 2 – 50 opakowań.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** poszewek na poduszkę w rozmiarze 60cm x 80cm.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** prześcieradeł z włókniny bez laminatu.

Ad. 17 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1**.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** prześcieradła papierowo-foliowego w roli z perforacją co 38 cm.

Ad 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** prześcieradeł papierowo-foliowych w roli o długości 40 m. W takiej sytuacji Wykonawca winien zaoferować 400 rolek..

Ad 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** koszul wykonanych z włókniny SMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 6 poz. 1** koszul w rozmiarze uniwersalnym podanym w pytaniu.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** pokrowców foliowych na buty w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że pokrowce te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 60 opakowań.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** myjek-rękawic w opakowaniach po 50 szt., pod warunkiem, że myjki te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 140 opakowań.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

7/12

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

