



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 14.11.2022 r.

DZP –46/2022

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup urządzenia do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści technologię dezaktywującą wszystkie patogeny w obecności pacjenta i personelu w sposób ciągły?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie w najnowszej technologii niskoenergetycznej plazmy, która to technologia jest zdecydowanie skuteczniejsza (niszczy wirusy i patogeny w czasie 0,002s), a jednocześnie charakteryzuje się mniejszym poborem mocy tj. 20W?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - W przypadku lampy z generatorem niskoenergetycznym plazmy, licznik czasu pracy jest zbędny, gdyż lampa/generator plazmy pracuje 10 lat nie tracąc swoich właściwości jego wymiana jest zbędna w czasie jego pracy. Czy wobec tego Zamawiający dopuści urządzenie bez licznika czasu pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści obudowę urządzenia pokrytą farbą proszkową bakteriobójczą i wirusobójczą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z promiennikiem (generatorem plazmy), którego trwałość wynosi 10 lat nieprzerwanej pracy? Technologia plazmowo-przepływowa jest sprawdzona i wielokrotnie zbadana, a jest skuteczność jest zdecydowanie lepsza niż promieniowanie UV-C?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 36.5 cm(wysokość) +/- 5% x 36.5 cm(szerokość) +/- 5% x 11.5 cm(głębokość) +/- 5% ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający będzie wymagał lampę bakteriobójczą produkcji europejskiej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści lampę przepływową – rok produkcji 2021?

Odp.: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą o wadze (masie) 4,5kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie energooszczędne – pobór mocy 20W?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższej wydajności wentylatora:

PRZEPIY W POWIETRZA Z WENTYLATORA

Szybkość I: 220 m³/h

Szybkość II: 260 m³/h ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Dyrektor- Wojciech Michalik