



Szczecin, dnia 04.02.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 37A/2021

Dotyczy: postępowania na dostawę staplerów do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie prowadzonego w trybie podstawowym

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści worek o długości roboczej 36,2 cm (różnica 2mm od wymaganego 36cm), reszta parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 3 szt./opakowanie, co w konsekwencji zmniejszy ilość wymaganych sztuk do 9?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 dopuści ładunek o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 7 mając na uwadze sterylność ładunku oraz bezpieczeństwo transportu dopuści ładunki pakowane w ilości 6 szt./opakowanie, co w konsekwencji zwiększy ilość wymaganych sztuk do 12?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

KOMENDANT

[Signature]
płk mgr Krzysztof Jurkowski

M.J. 261455982