



**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU**

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DF/1157/2020*

Wrocław, 03.08.2020 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania po omyłce - sprawa BZP.3810.30.2020.KK.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa sterylizatora parowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem, jego zamontowaniem, uruchomieniem, wykonania testów oraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:

Pytanie nr 4: (dot. Załącznik nr 10 do oferty – Parametry Techniczne, Sterylizator Parowy (6 STE) WRAZ Z WÓZKAMI – 1 szt., pkt 42)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia zasilane elektrycznie 400 V, 50 Hz o mocy 50,5 kW? Nieznacznie wyższa moc podyktowana jest potrzebą „zaopatrzenia” w energię pozostałych elementów składowych sterylizatora (wytwornica pary 48 kW + 2,5 kW pompa próżniowa, układ sterowania, itp.).

Odp.nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – zał. nr 2 do oferty (parametry techniczne):

Dot. pkt. 13 i 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wbudowaną wytwornicę pary o mocy 50 kW oraz zasilanie elektryczne sterylizatora nie przekraczające 52,5 kW ?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań.

Odp.nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Dot. pkt. 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści z kodem serwisowym okresowo aktualizowanym, który będzie przekazywany Zamawiającemu przy każdej zmianie po upływie gwarancji ? To rozwiązanie zapewni po upływie gwarancji Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

Odp.nr 7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie ewentualnego kodu serwisowego po upływie okresu gwarancji? W czasie jej trwania to na dostawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za prawidłową pracę urządzenia. W przypadku udostępnienia kodu Zamawiającemu, dostawca nie może wziąć odpowiedzialności za urządzenie, nie mając pewności, iż nikt postronny nie dokonywał jakichkolwiek manipulacji przy sterylizatorze

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



Odp.nr 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: Dot. pkt. 44 - Czy Zamawiający oczekuje podłączenia do zaoferowanego systemu również posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora parowego Webeco EC280 w ramach oferty?

Odp.nr 18: Zamawiający nie oczekuje.


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malicka