



Poznań, dnia 12.12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-107/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę 70 elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Część nr 1. Łóżka pobytowe – 40 sztuk

1. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w akumulator ale bez sygnalizacji jego naładowania?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
2. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości zewnętrznej z zamontowanymi barierkami i odbojnikami – 218 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
3. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości mierzoną od górnej krawędzi materaca, w zakresie od 39 cm do 80 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
4. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości blokady jednej osi kół, przy pozostawieniu drugiej osi skrętnej?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
5. Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną segmentu pleców w zakresie od 0-70 °?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
6. Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga 16, 5stopni oraz -anty-Trendelenburga 18, 5stopnia? Funkcjonalność wywoływana elektrycznie z paneli w barierkach bocznych od strony zewnętrznej?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
7. Punkt 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi jest taka sama jak z opuszczonymi?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
8. Punkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością montażu stojaka na kropłówkę w 4 narożnikach łóżka?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
9. Punkt 39 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niebieskiej kolorystyce wypełnień dla szczytów i barierek?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
10. Punkt 44 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac dwuwarstwowy? Reszta wymogów zgodna z SWZ
ODP. Zamawiający dopuszcza.
11. Punkt 46 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec materaca w kolorze białym?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Część nr 2. Łóżka pobytowe – 30 sztuk

1. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w akumulator ale bez sygnalizacji jego naładowania?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
2. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości zewnętrznej z zamontowanymi barierkami i odbojnikami – 218 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
3. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości mierzoną od górnej krawędzi materaca, w zakresie od 39 cm do 80 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
4. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości blokady jednej osi kół, przy pozostawieniu drugiej osi skrętnej?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
5. Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną segmentu pleców w zakresie od 0-70 °?
ODP. Zamawiający dopuszcza.



CERTYFIKAT 2023/56





- ODP. Zamawiający dopuszcza.**
6. Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga 16, 5stopni oraz -anty-Trendelenburga 18, 5stopnia? Funkcjonalność wywoływana elektrycznie z paneli w barierkach bocznych od strony zewnętrznej?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
7. Punkt 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi jest taka sama jak z opuszczonymi?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
8. Punkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością montażu stojaka na kroplówkę w 4 narożnikach łóżka?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
9. Punkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością montażu stojaka na kroplówkę w 4 narożnikach łóżka?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
10. Punkt 39 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niebieskiej kolorystyce wypełnień dla szczytów i barierek?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
11. Punkt 44 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac dwuwarstwowy? Reszta wymogów zgodna z SWZ
ODP. Zamawiający dopuszcza.
12. Punkt 46 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec materaca w kolorze białym?
ODP. Zamawiający dopuszcza.
13. Punkt 47 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materaca z możliwością montażu stojaka na kroplówkę w 4 narożnikach łóżka?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

