



Rybnik, dnia 13 listopada 2023 r.

DZp.380.3.44.2023.DPr.444

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę aparatury medycznej w ramach projektu „DIALOG”

WYJAŚNIENIE NR 2 I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 Z DNIA 13.11.2023 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Pytanie dotyczące części 6 W opisie przedmiotu zamówienia w części 6, Zamawiający opisał parametry funkcjonalne wirówki jako takiej, nie ujmując żadnych konkretnych wymogów w odniesieniu do czego ona ma być faktycznie używana. Aby to określić proszę Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytania: - wirnik ma być kątowy czy horyzontalny/wychylony? -jakie próbówki będą wirowane (pojemność, wymiary, rodzaj dna próbówki)? -ile próbówek w jednym biegu ma być wirowanych? - jakie parametry ma uzyskiwać wirnik – minimalne przyspieszenie lub obroty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wirówka ma być wentylowana czyli próbówka ma być zabezpieczona podczas wirowania przed przegrzaniem pochodzącym z wirowania oraz od silnika oraz z siły tarcia powietrza.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 286 ust 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) wykreślenie z Formularza asortymentowo cenowego dla Części 2 poz. 1 Kardiomonitor wartości z kolumn: „Cena jednostkowa netto [PLN]” , „Wartość netto [PLN]”, „VAT [%]” oraz „Wartość brutto [PLN]”;
- 2) zmianie poprzez wykreślenie z Formularza asortymentowo cenowego dla Części 6 z tabeli pkt 2 parametrów wymaganych – „Z funkcją grzania”;

- 3) w pozycji 18 dla Części 8 – Aparat do znieczulenia w tabeli dotyczącej parametrów wymaganych w kolumnie „Wartość wymagana” wpisuje „TAK”;
- 4) z Formularza asortymentowo cenowych dla wszystkich części wykreśla zapis „2.Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli „;”;
- 5) z formularza asortymentowo cenowego dla Części 5 – Medyczny koncentrator tlenu wykreśla „CE, ISO13485 zatwierdzony przez TUV SUD” i wpisuje „Deklaracja zgodności CE”

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający dołącza do pisma Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie z dnia 13.11.2023 r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)