



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 29.02.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2024.02.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”

Pytanie nr 1

DOTYCZY: Wideolaryngoskop

Czy w związku tym, że ambulans nie jest wyposażony w rezonans magnetyczny, ratownicy ambulansu zazwyczaj nie intubują w pracowniach MRI, Zamawiający zrezygnuje z wymogu i punktowania tego parametru? Niniejszy parametr z pozostałymi wymaganiami w nieuzasadniony sposób całkowicie faworyzuje urządzenie jednego producenta, co ewidentnie ogranicza możliwość złożenia ofert na konkurencyjne urządzenia, które mogły by się bardzo dobrze sprawdzić w karetkach, ratownictwie i lokalizacjach pozaszpitalnych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kryterium punktowanego. W przedmiotowym postępowaniu możliwe jest zaoferowanie konkurencyjnych urządzeń, w tym nie spełniających warunków opisanych w kryterium oceny ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie zostaną przyznane dodatkowe punkty w ramach kryterium „parametry techniczno-użytkowe sprzętu medycznego”.

Pytanie nr 2

DOTYCZY: Wideolaryngoskop

Prosimy o zgodę na możliwość dostarczenia wideolaryngoskopu UED-A o poniższych parametrach:

- przeznaczony do trudnych intubacji, z wielorazowym, wymiennym elektronicznym torem wizyjnym oraz nakładkami jedno-pacjentowymi,
- posiadający wielorazowy tor wizyjny ze światłem LED, zasilany z baterii monitora, bez systemów informujących o ograniczeniu ilości użycia,
- z wyświetlaniem poziomego naładowania baterii na ekranie,
- z dotykowym wyświetlaczem HD o przekątnej 3”, z możliwością bezprzewodowego udostępniania obrazu,
- z obrotowym ekranem w zakresie: 0°-110° odchylenie przód-tył, 0°-270° rotacja,
- z możliwością rozłączenia elektronicznego toru wizyjnego od monitora i użycia jak jednorazowy laryngoskop, oraz z możliwością podłączenia na kablu dużego monitora o przekątnej 8 cali,
- wbudowane zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką,
- w pełni naładowany akumulator wystarczający na pracę do 210 minut (około 100 intubacji trwających zwykle około dwóch minut)
- automatyczne wyłączenie po 10 minutach,
- pełny cykl ładowania trwający do 180 minut,

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Twardowskiego 18
70-320 Szczecin
NIP 8522184546
KRS 0000003063
REGON 811640482

Telefon: (91) 433 38 01
Fax (91) 433 57 54
e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl
www.999.szczecin.pl
PKO S.A. 55124038131111000043807381

- Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po kilku-kilkunastu miesiącach (w zależności od zmian temperatury otoczenia),
- jednorazowe łyżki posiadające powłokę anti-fog zabezpieczającą przez zaparowaniem (element, który w rzeczywistości ulega zaporowaniu to zewnętrzna strona łyżek),
- Jednorazowe łyżki typu Macintosh rozm. 2,3,4 (w sumie 50szt.), z oznaczeniami rozmiaru, zintegrowane z osłoną toru wizyjnego, będące jednocześnie jednorazowymi rękojeściami, które minimalizują i skracają procedurę dezynfekcji oraz ograniczają ryzyko zakażeń krzyżowych,
- łyżki o anatomicznym kształcie i wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje oraz zapobiegającym nadmiernemu użyciu siły,
- nakładki/łyżki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiające intubację bez potrzeby stosowania prowadnic,
- Waga całego zestawu 300 gram (ekran, tor wizyjny i łyżka nr 4)
- posiadający port USB-C do zgrywania plików do komputera oraz ładowania baterii,
- z cyklem ładowania baterii monitora trwającym maksymalnie do 180 minut,
- z elektronicznym torem wizyjnym zamiast optyki,
- z torem wizyjnym ze światłem LED zasilanym z baterii monitora
- z automatycznym wyłączeniem po 10 minutach,
- z łyżkami jednorazowymi posiadającymi powłokę chroniącą przed parowaniem,
- z jedną ładowarką bez ekranu (stan naładowania baterii wyświetla się na monitorze widelaryngoskopu),
- możliwością rozbudowy systemu o duży monitor o przekątnej 8 cali podłączany kablem do toru wizyjnego,
- z możliwością ładowania urządzenia ogólnodostępnymi ładowarkami USB-C,

Odpowiedź

Zamawiający nie może weryfikować i zatwierdzać elementów oferty przed jej złożeniem. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w pkt. 2, 6, 7 oraz 8 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wideolaryngoskopu oraz dołącza SWZ po wprowadzonych zmianach. Oferowany przedmiot powinien posiadać parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Krzeselko z systemem gąsienicowym

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediroł model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach montowany na stałe
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne

- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesła
- Waga ok 14.5 kg

Odpowiedź

Zamawiający nie może weryfikować i zatwierdzać elementów oferty przed jej złożeniem. Oferowany przedmiot powinien posiadać parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu sprzętu z datą produkcji z minimum 2023 roku?

Odpowiedź

Zamawiający precyzuje kwestię daty produkcji sprzętu we wzorze umowy dla cz. 2 zamówienia dodając §1 ust. 10 o następującym brzmieniu „Zamawiający wymaga aby sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy był wyprodukowany w 2023 roku lub 2024 roku.”

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Oferty należy składać do 12.03.2024 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godzinie 11:00. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 9.06.2024 r.

**DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie
lek. med. Roman Pałka**