



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.31.3.(APT-MI/12).23.M.P.

Poznań, dnia 13 czerwca 2023 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”** nr rejestru: **SZP/APT-MI/12/2023.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

**Zapytanie dotyczy części nr 6**

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści: Syntetyczny materiał kośćcozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm o objętości:

- 1-4 mm-5cc
- 1-4 mm-10cc
- 1-4 mm-30cc

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy treści SWZ pkt XI ppkt. 1.1.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dokumentu „Certyfikat Jednostki Notyfikowanej”. Czy wystarczy załączyć Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ (pismo z dnia 31 maja 2023 roku). Zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca musi załączyć Deklarację Zgodności oraz Certyfikat wydany przez Jednostkę Notyfikowaną dla przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie „Aplikator cementu (pistolet/ uchwyt wielorazowego użytku, który do zabiegu musi być sterylne) - 10 szt. na cały okres obowiązywania umowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 4

**Dotyczy zapisów projektu umowy załącznika nr 4:**

**Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 5

**Dotyczy zapisów projektu umowy załącznika nr 4:**

**Czy Zamawiający w §7 ust.1 zmieni okres rękojmi na 2 lata gwarancji?**

Proponowany termin jest zgodny z art. 568 §1 k.c., a co za tym idzie termin powinien zostać zmieniony.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie nr 6

**Dotyczy zapisów projektu umowy załącznika nr 4:**

**Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### Pytanie nr 7

**Dotyczy zapisów projektu umowy załącznika nr 4:**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1:**

- a. Pkt. 1 zmiana na „0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie”,
- b. pkt. 2 usunięcie zapisu z powodu podwójnego naliczenia kar umownych w zw. z ust. 1 i 4,
- c. pkt. 3 zmiana z 20% na 10%,
- d. pkt 4 zmiana z 200zł na 50zł
- e. pkt 5 usunięcie jako niezgodnego z ustawą o podatku od towarów i usług?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłyby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Ponadto Zamawiający nie może naliczać kar za błędnie wystawioną fakturę bądź zwłokę w jej dostawie.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych oraz usunięcie części zapisów jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy zapisów projektu umowy załącznika nr 4:

**Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 2 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 9**

**Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w pakiecie nr 1 dopuści alternatywny zestaw : „**

Część nr 1 - Implanty kręgosłupowe I			
Nr grupy	L.p.	Nazwa elementu	Opis elementów
I	II	III	IV
B01	1	śruby i haki wraz z blokerem	Śruby przynasadowe o samotnąym i cylindrycznym profilu gwintu, stożkowym rdzeniu. Dwa rodzaje gwintu-korówkowy szerszy i samotnący, ostry na stożku, tulipanowe, jednoosiowe i wieloosiowe z ruchoma główką. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4-10.5 mm co 0,5 mm w większych średnicach co 1,00 mm. Haki laminarne, nasadowe i na wyrostki poprzeczne. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt do śrub od góry. Brak możliwości swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Śruby o średnicy 4,0-4,5mm (skok, co 0,5mm), o długości 20-45mm (skok, co 5mm), śruba 5,0 o długości 20-50mm, śruba 5,5 o długości 25-55mm, 6,0mm-7,5mm i długości 25mm-90mm (skok, co 5mm), średnica 8,5mm 25mm-100mm; średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14mm ponad pręt. Niski profil tulipana: wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5,5mm ponad Pręt.
B01	2	<b><u>Dodatkowy bloker</u></b>	Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Trapezowy gwint. Brak możliwości swobodnego przesuwu pręta względem śruby.
B01	3	<b><u>Pręt tytanowy</u></b>	Pręty proste 5,5 mm, różne rozmiary do wyboru w zakresie min. 140-400 mm - ze skokiem co 20 mm oraz pręt 5,5mm o długości 600mm. Pręty proste 6.0mm, różne rozmiary do wyboru w zakresie 30-150mm skok co 10mm, 480mm oraz 600mm
B01	4	<b><u>Pręt kobaltowo – chromowy</u></b>	zgodnie z SIWZ
B01	5	<b><u>Poprzeczka</u></b>	Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 28mm do 99mm. Poprzeczka fabrycznie złożona.
B01	6	<b><u>Łącznik pręta</u></b>	zgodnie z SIWZ

<b>Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego</b>			
B01	7	<u>Śruby wraz z blokerem</u>	zgodnie z SIWZ
B01	8	<u>Dodatkowy bloker</u>	zgodnie z SIWZ
B01	9	<u>Pręt</u>	Pręt 5,5-6,0 mm o długości 50-100mm
B01	10	<u>Poprzeczka</u>	zgodnie z SIWZ
B01	11	<u>Staplery</u>	Staplery dwuotworowe, samokotwiczące się za pomocą pinów wbijanych w trzon, dostępne w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 10**

**Czy Zamawiający, dla zwiększenia konkurencyjności, zrezygnuje z wymogu dostarczenia napędów ortopedycznych?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 11**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §4 ust. 5)**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 12**

**Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 4 ust. 5)**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 13**

**Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?**

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy proponowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 14**

**W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 15**

**Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 0,5% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż **50,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii wyrobów**;
- 2) **0,5%** wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż **50,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego**;
- 3) **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 4) **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust 8 lit. a) umowy **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**;
- 5) 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury VAT z tytułu zamawianych wyrobów lecz nie więcej niż **10% wartości brutto niedostarczonej faktury**.
- 6) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki **oraz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto**.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy

#### **Pytanie nr 16**

**Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 pkt 1 w załączniku nr 4 (część nr 1) do SWZ:**

- 1) zmiana na „0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie”;
- 2) zmiana na „0,5% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
- 3) 200,00 zł za każdy dzień braku dostępności kompletnego instrumentarium lub napędów ortopedycznych, w ilościach określonych odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy;
- 4) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- 5) 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust 8 lit. a), b) umowy;
- 6) 0,1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każde 15 min. zwłoki w dostarczeniu dodatkowego 1 zestawu instrumentarium, napędów i implantów w odniesieniu do deklarowanego w ofercie terminu (do godziny .....).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy

#### **Pytanie nr 17**

**Część nr 1 Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępem tylnego z opcją stabilizacji z dostępem przedniego**

Czy w ramach części nr 1 Zamawiający dopuści do postępowania śruby mono i poliaxialne o opisanej w SWZ charakterystyce, w zakresach średnic: 4,0-7,5 mm ze skokiem co 0,5mm o dł. 20-70mm ze skokiem co 5mm, gdzie śruby poliaxialne w średnicach 6,0mm, 7,0mm oraz 8,0mm dostępne są w zakresach długości od 30-100mm. Śruby poliaxialne redukcyjne w zakresie średnic 4,0 do 7,0mm (skok co 0,5mm) i długościach 30 do 60mm (skok co 5mm) oraz monoaxialne redukcyjne 4,0 do 7,0mm (skok co 1mm) i długościach 30 do 60mm. Śruby poliaxialne redukcyjne o średnicy 7,0mm w zakresach długości od 30- 100mm. Wszystkie śruby oraz haki pakowane jako komplet wraz z elementem blokującym pod jednym kodem referencyjnym (śruby). Możliwość zamówienia elementu blokującego osobno (pod osobnym kodem referencyjnym blokera).

Pręty o średnicy 5,5mm w zakresach długości od 30mm do 600mm. Od 30-110mm: skok co 5mm, od 110- 150mm: skok co 10mm, pręty 158mm, 185mm, 250mm, 400mm, 500mm, 600mm. Pręty kobalt-chrom o średnicy 5,5mm oraz długości 300 oraz 500mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

W przypadku implanty kręgosłupowych - zestaw do stabilizacji z dostępem przedniego, dostępne dwie średnice śrub: 5,0mm w długościach od 30mm do 50mm oraz 6,0mm w długościach 30mm do 60mm; dostępna również średnica 7,0mm jako śruba rewizyjna. Śruby monoaksjalne blokowane od góry, tytanowe. Staplery

zapewniające fiksacje śrub występujące w dwu opcjach: podwójne zapewniające mocowanie dwu prętów w wymiarach średni oraz duży, występujące w dwu wersjach odstawienia pręta, rostralnym oraz caudalnym oraz pojedyncze, dostosowane do poziomu piersiowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe

#### Pytanie nr 18

**Część nr 1 Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępem tylnego z opcją stabilizacji z dostępem przedniego**

Czy w ramach części nr 1, w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści do postępowania śruby pakowane jako komplet wraz z elementem blokującym pod jednym kodem referencyjnym (śruby/haka). Możliwość zamówienia elementu blokującego osobno (pod osobnym kodem referencyjnym blokeru)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe

#### Pytanie nr 19

**Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5**

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 5 dopuści cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków klindamycyna i gentamycyna zamiast Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji 1:1. Opakowanie 1x40g.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe

#### Pytanie nr 20

**Pytania dla cz.1**

Czy Zamawiający wymaga w cz.1 poz.1 **śruby i haki wraz z blokerem** aby bloker był elementem zintegrowanym ze śrubą lub hakiem czy może być dostarczany jako osobny, niezależny implant?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 21

Czy **Zamawiający w cz.1 poz.1** w ramach parametrów dotyczących średnic i długości śrub wymaga w przypadku średnicy implantu skoku +/- 5mm? Czy też nastąpiła omyłka pisarska i skok średnicy śruby powinien być w zakresie +/- 0,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, żeby skok średnicy śruby był w zakresie +/- 0,5 mm, w związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1a Zestawienie parametrów i warunków wymaganych (dotyczy cz. nr1)

#### Pytanie nr 22

Czy **Zamawiający w cz.1 poz.1** średnica śrub 4,0 mm -8,0mm wyrazi zgodę na zaferowanie implantów z opcją skoku +/- 0,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### Pytanie nr 23

Czy **Zamawiający w cz.1 poz. 1** –Haki laminarne i pedikularne poliaxialne. Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe („z długimi ramionami”).” – wyrazi zgodę na zaferowanie haków tylko w wersji monoaxialnej w trzech rozmiarach – małe,średnie ,duże – kodowane kolorami z ramionami wydłużonymi, pochylony, offsetowe, do odcinka piersiowego, pedikularne , laminarne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w cz.1 poz. 1 – „Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby.” – oraz w cz.1 poz.2 – „Dodatkowy bloker” – wymaga integralności blokera z implantem typu śruba lub hak czy wymaga elementu blokującego, który umożliwi tymczasowe zblokowanie implantu z możliwością przesuwu pręta względem śruby?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w cz.1.poz.3 - Pręt tytanowy – wyrazi zgodę na zaoferowanie prętów - prosty o śr. 5,5mm i dł. 70-300mm zez skokiem co 10mm – pręty fabrycznie przycięte do stabilizacji także przezskórnej z materiału Commercially pure titanium oraz Pręty tytanowe o śr. 5,5mm i 6,0 mm i dł. 30-100mm zez skokiem co 10mm/ dł. 120-400mm i ze skokiem co 20mm/ dł. 450mm i 500mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 26

**Pytanie do cz.5 – Wertebroplastyka**

Czy Zamawiający dopuści do cz.5 Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: - igłę dostępową - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności

8ml każdy - pistolet podający (pompa hydrauliczna) posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem (ręczny).

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 27

1.Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty w projekcie umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) w zakresie jej §4 ust. 6 dotyczącego dostawy wyrobów na uzupełnienie banku implantów z jednego dnia roboczego po dniu przesłania protokołu zużycia, do dwóch lub trzech dni od przesłania protokołu zużycia, gdyż pierwotny projekt narusza zasadę proporcjonalności w obciążeniach dostawców i nierówno ich traktuje - przez określenie terminu realizacji zamówienia Szpitala w bardzo wyśrubowanym krótkim czasie "następnego dnia roboczego", który to obowiązek jest od początku fizycznie niemożliwy do realizacji przez wykonawców mających siedziby i miejsce produkcji na drugim krańcu kraju niż siedziba Szpitala, co w efekcie naraża wykonawców na nadmiernie wysoką proponowaną karę umowną (8 ust. 1 pkt 1) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 100 zł ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy proponowanych postanowień umowy

#### Pytanie nr 28

2.Czy dla sytuacji jak w pytaniu 1 Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty terminu dostawy z §4 ust. 6 odnośnie "następnego dnia roboczego" tylko do wypadków nagłych, ekstremalnie pilnych, wyraźnie zaznaczonych, a jako zasadę dopuszcza termin dostawy dwa lub trzy dni robocze od przesłania protokołu zużycia, z przyczyn wskazanych w pytaniu pierwszym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy proponowanych postanowień umowy

### **Pytanie nr 29**

3.Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty w projekcie umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) w zakresie §8 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 5 w przedmiocie kar umownych poprzez obniżenie ich wysokości procentowej i kwotowej o 100%, z powodu takiego ich ukształtowania, że nie są racjonalnie powiązane z faktycznym domniemanym uszczerbkiem (szkodą) Szpitala, że naruszają zasadę proporcjonalności w obciążeniach wykonawców i są rażąco wygórowane w rozumieniu art. 482 kodeksu cywilnego, wykraczają poza unormowania przepisu art. 353(1) k.c., sprzeciwiają się właściwości stosunku zobowiązaniowego, zasadom współzycia społecznego (art. 5 k.c.) i ustawie (art. 58 k.c.), powodują nierówność podmiotów gospodarczych znajdujących się w takiej samej sytuacji i godzą w zasadę słuszności kontraktowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy

### **Pytanie nr 30**

4.Czy Zamawiający w ramach pytania Nr 4 dopuszcza możliwość wykreślenia kary umownej projektowanej w §8 ust. 1 pkt 5 umowy lub jej obniżenia z jednoczesnym wydłużeniem terminu dostarczania faktury VAT z §5 ust. 2 do 14 dni od otrzymania protokołu zużycia, w sytuacji gdy dotychczasowe zapisy tej kary umownej i §5 ust.2 pozbawiają wykonawców wynagrodzenia za dostawy i zysków wobec zakreślenia krótkiego terminu rozliczenia dostawy i rażącej dysproporcji wartości pojedynczych dostaw do wysokości kary umownej 50 zł za jeden dzień, co sugeruje dążenie Szpitala do realizacji umowy z minimalnym nakładem środków własnych a wręcz pod tytułem darmym kosztem majątku dostawców?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy

### **Pytanie nr 31**

5.Dotyczy Części nr 9 i 10: Czy Zamawiający dopuści wyrób, który na podstawie Rozporządzenia 2017/745 objęty jest okresem przejściowym i nie dotyczy go wymóg umieszczenia kodu UDI na jego opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

#### Załącznik:

Załącznik nr 1a Zestawienie parametrów i warunków wymaganych (dotyczy cz. nr 1) ZMIANA

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracowała M .Pietrzyk  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa