



ZPZ – 2375-5646/23

Olsztyn, dnia 09.11.2023r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa artykułów medycznych do Histopatologii”; ZPZ-70/10/23.**

W związku z zapytaniami ( złożonymi po terminie) uczestników postępowania „**Dostawa artykułów medycznych do Histopatologii**”, znak sprawy: **ZPZ-70/10/23**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia:

**Dotyczy: Część 1/Pakiet 1:**

**Pytanie nr 1:**

- Wnosimy o możliwość dostarczenia próbek w ilości min 2 opakowań o minimalnej wielkości 1 kg każde opakowanie. Zamawiający wymaga opakowania do 10 kg jednak już wielkość próbki uzależnia od min 5kg do 10 kg . Proszę o stosowną modyfikację wielkości oferowanych opakowań lub ilości próbek oraz uzasadnienie wielkości opakowania 5kg-10kg .

- Czy Zamawiający wymaga, aby parafina posiadała dodatek DMSO?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, aby parafina posiadała dodatek DMSO; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Dotyczy: Pakiet 3/Część 3:**

**Pytanie nr 2:**

- Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby ostrze żyłki było platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Dotyczy: Pakiet 6/Część 6:**

**Pytanie nr 3:**

-Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pudełka kartonowe na 1000 preparatów o wymiarach 310x160x85mm? reszta parametrów pozostaje bez zmian.

-Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pudełka kartonowe na 220 bloczków o wymiarach 322x245x62mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści; wymaga zgodnie z SWZ ( dotyczy poz. 1 i 2).

**Dotyczy: Pakiet 7/ Część 7:**

**Pytanie nr 4:**

-Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szkiełka z matowym polem jednostronnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga szkiełka podstawowych obustronnych.

**Dotyczy: Pakiet 11/ Część 11:**

**Pytanie nr 5:**

-Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 100ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuścił. Załącznik nr 2 został zmodyfikowany w tym zakresie.

**Dotyczy: Pakiet 12/ Część 12:**

**Pytanie nr 6:**

- Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane po 500szt. w ilości dwóch opakowań? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Dotyczy: Pakiet nr 7, poz.5**

**Pytanie nr 7:**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 07.11.2023 r. ponownie prosimy o dopuszczenie szkiełek cytologicznych z powłoką adhezyjną, pakowanych po 100 szt. Proponowane szkiełka spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów i zastosowania, a dopuszczenie ww. wielkości opakowania zwiększy konkurencyjność pakietu, co przełoży się na uzyskanie większej ilości ofert. W odpowiedziach z dn. 07.11.2023 r. Zamawiający dopuścił już inną wielkość opakowania niż pierwotnie wymagał (50 szt.), przez co nie znajduje merytorycznego uzasadnienia brak dopuszczenia opakowania 100 szt., które jest popularne na rynku dla szkiełek tego rodzaju. Zwracamy również uwagę, iż do pozostałych szkiełek w pakiecie nr 7 są wymagane próbki, przez co Zamawiający będzie mógł ocenić jakość pozostałych zaoferowanych produktów (stanowiących przeważającą ilościowo i cenowo wartość pakietu) w namacalny sposób.

**Odpowiedź:** Zamawiający, po ponownej analizie, dopuszcza szkiełka cytologicznych z powłoką adhezyjną, pakowane po 100 szt. Formularz cenowy- zał. nr 2 do SWZ zostanie zmodyfikowany w tym zakresie.

**Pytanie nr 8:**

Pytanie dodatkowe do opisu pakietu nr 7 pozycji nr 5:

Zamawiający zapisał:

"Szkienka podstawowe cytologiczne podwójne x 25 szt. o powierzchni adhezyjnej ( mogą być opakowane po 50 szt.)" Co miał Zamawiający na myśli pisząc "podwójne" ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w ww. pakiecie wymaga "Szkienka podstawowe cytologiczne podwójne x 25 szt. o powierzchni adhezyjnej ( mogą być opakowane po 50 szt.)". Zamawiający ma na myśli szkiełka z dwoma polami.

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa**  
Szpitala Klinicznego  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  
**dr hab. n. med. Grzegorz Kade, EMBA**



**Dotyczy pakietu/części nr 7 (poz. 2)**

