



Toszek, 29.11.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 20/TP/DEG/AS/2022 – Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej Oddziału XII Detoksykacji Alkoholowej - Zakup ultrasonografu dla Oddziału XII Detoksykacji Alkoholowej w ramach zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 28.11.2022 r.

Pytanie 1:

Pytanie 1, dot. załącznika 4 PPU

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu 4, ustęp 4 PPU z:

"Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu."

na:

"Wymiana elementu na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu."

Zapis w obecnym kształcie stoi w sprzeczności z innymi zapisami PPU (par. 5, ust. 9), proponowana zmiana pozwoli na uzgodnienie obu zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zdaniem Zamawiającego zapis paragrafu 4, ustęp 4 nie stoi w sprzeczności z zapisami paragrafu 5, ustęp 9. Zapis w paragrafie 4, ustęp 4 dotyczy wymiany całego aparatu na nowy w przypadku 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu, natomiast zapis paragrafu 5, ustęp 9 dotyczy wymiany części aparatu.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy*