



Gdynia, 25.08.2023

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Sterylna obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno i wielorazowy” , znak D25M/251/N/18-39rj/23

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 52 dla zachowania pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego z modułem Medex Abbot wymagane jest zaoferowanie zestawów jednokanałowych do pomiaru ciśnienia metodą krwawą w konfiguracji – długość linii pomiarowej 150 + 15 cm , 2 x kraniki, aparat kroplowy + linia płuczcząca o dł. 180 cm jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 dopuści do udziału w postępowaniu komplet chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 w rozmiarach S-XXL

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 45g i powyżej, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 110x210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie 5:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc obszyty ultradźwiękowo na wszystkich brzegach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza włókniny polipropylenowej.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 7:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze min. 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o gramaturze 30g/m²

Pytanie 9:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę 40x40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o rozmiarach 40x40cm

Pytanie 10:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę 80x80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o rozmiarach 80x80cm

Pytanie 11:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszczególne składowe komplety wykonane przez różnych producentów, natomiast spakowane razem w foliową torbę z etykietą informacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktów od jednego producenta.

Pytanie 13:

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszewkę z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza ww. poszewki

Pytanie 14:

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze min. 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o gramaturze min. 30 g/m².

Pytanie 15:

Pakiet 47. Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 16:

Pakiet 64. Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 38 g/m kw., dostępne w rozmiarach S – XXL i 3 kolorach do wyboru Zamawiającego, w kolorze niebieskim – także w rozmiarze XXXL, zgodne z normą EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 45g i powyżej,

Pytanie 17:

ZADANIE 25 Poz. 1, 3, 4, 10

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar

ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierny dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 18:

ZADANIE 25 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierny dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 19:

ZADANIE 25 Poz. 2, 6, 7, 8, 9

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z dwóch niezależnych warstw medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry – potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 °C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 20: ZADANIE 25 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoślizgowych o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego silikonowego elastomeru, antypoślizgowe, zapewniające pełną stabilizację na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12°C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 21:

ZADANIE 25 Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 40 szt. tj. 20 par czy 40 par, ponieważ w OPZ wpisana jest jednostka miary szt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 40 sztuk = 20 par

Pytanie 22:

ZADANIE 25 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 305 x95 x 75 mm. Prosimy o odstąpienie od wymogu próbki, gdyż wartość produktu nie jest mała i wykonawca nie sprowadza towaru na magazyn, aby nie narażać się na koszty związane z magazynowaniem. Prosimy o dopuszczenie analizy parametrów na podstawie kart katalogowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 305 x95 x 75 mm . Zamawiający odstąpił od wymogu dostarczenia próbki modyfikacją z dnia 16.08.2023 r., i dopuszcza analizę parametrów w pakiecie 25 na podstawie dokumentów wymaganych zapisami SWZ.

ZADANIE 25 Poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 12 szt. tj. 6 par czy 12 par, ponieważ w OPZ wpisana jest jednostka miary szt.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 12 sztuk = 6 par

Pytanie 24:

ZADANIE 25 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie krążka pod głowę o rozmiarze 200 x 50mm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 25:

ZADANIE 25 Poz. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu próbki, gdyż wartość produktu nie jest mała i wykonawca nie sprowadza towaru na magazyn, aby nie narażać się na koszty związane z magazynowaniem. Prosimy o dopuszczenie analizy parametrów na podstawie kart katalogowych.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od wymogu złożenia próbki modyfikacją z dnia 16.08.2023, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Zadanie 2, 5 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek spełniających parametry produktu gotowego do użytku, proces sterylizacji jest również tym elementem, proces sterylizacji może zmienić właściwości produktów. Zamawiający oczekuje próbek sterylnych.

Pytanie 27

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm z warstwą chłonną w rozmiarze 60cm x 145cm wykonaną z laminatu o łącznej gramaturze 80g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie 28

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 65cm x 190cm wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 70g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 29

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 180cm x 180cm, z taśmą lepłą o wymiarach 2,5 cm, o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O? (w zamian za serwetę 175 x 173 cm)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 71g/m² odporności na przenikanie 203 cm H₂O, nie dopuszcza oferowanych parametrów.

Pytanie 30

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 240cm x 150cm, z taśmą lepłą o wymiarach 2,5 cm, o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O? (w zamian za serwetę 240 x 148 cm)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury w strefie krytycznej 71g/m² odporności na przenikanie 203 cm H₂O, nie dopuszcza oferowanych parametrów.

Pytanie 31

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 75cm x 75cm o gramaturze 60g/m², z taśmą lepłą o wymiarach 2,5 cm, z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje trójwarstwową serwetę o gramaturze 71g/m² odporności na przenikanie 203 cm H₂O, nie dopuszcza oferowanych parametrów

Pytanie 32

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 N 12 W wielkość 10cm x 20cm z nitką RTG?

Odpowiedź: Wykonawca nie podał z czego są wykonane kompresy, podane parametry przez Wykonawcę są w wymogach. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli 17 nitkowy w rozmiarze 30cm x 40cm z nitką RTG?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Wykonawca nie podał z czego jest wykonany tupfer . Zamawiający oczekuje 20 nitkowej gazy z której jest tupfer. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy oraz tupfery zapakowane w torebkę papierową?

Odpowiedź: Zamawiający umieścił taką informację w SWZ. Zarówno tupfery jak i kompresy pakowane oddzielnie.

Pytanie 36

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy o poj. 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile Wykonawca miał na myśli miskę.

Pytanie 37

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlance, zapięcie typu rzep w okolicy karku, odporność na penetrację mikrobiologiczną 39CFU/100cm² na całej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie 38

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 100cm (opakowanie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową dla noworodka w rozmiarze 80cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114cm x 150cm z integrowanym workiem na płyny, worek z wyskalowaną podziałką co 200ml, 300ml i 500ml do 2500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego lamiantu (PP+PE) o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienie SM, odporność na penetrację płynów 197cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 180kPa na mokro 120 kPa, o chłonności ponad 900%?

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie 44

Zadanie 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy wewnętrznie owinięte w serwetkę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o czystości mikrobiologicznej CFU/100cm H₂O – min. 48?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje CFU / 100CM h₂o – 300. Nie dopuszcza oferowanego produktu.

Pytanie 46

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro CFU 205,5?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje CFU / 100CM h₂o – 300. Nie dopuszcza oferowanego produktu.

Pytanie 47

Zadanie 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetrację płynów 102 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w obszarze krytycznym minimum 190 cm H₂O przenikania cieczy. Zamawiający nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.

Pytanie 48

Zadanie 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 107,74/110,8 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w obszarze krytycznym minimum 194/125 kPa na sucho/mokro. Zamawiający nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.

Pytanie 49

Zadanie 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 50

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm z taśmą lepną 10x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 51

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wzmocniony warstwą chłonną o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 57g/m². Nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.

Pytanie 52

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53

Zadanie 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiającą umocowanie, rozmiar 30x40cm (15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 54

Zadanie 10 – Czy Zamawiający dopuści worek do przechwytywania płynów bez wydłużonego kołnierza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ.

Pytanie 55

Zadanie 13 – Czy Zamawiający dopuści 3 częściową osłonę na ramię C:

- część górna 100x160cm

- część dolna 80x150cm

- 2 taśmy lepne 3x100cm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednoczęściowej osłony na ramię C. Nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 56

Zadanie 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² w kolorze granatowym, z wycięciem Y pod szyją, długość koszuli 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ.

Pytanie 57

Zadanie 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², długość 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje asortymentu z włókniny Spunlace 50 g/m². Nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 58

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie koc w rozmiarze 110x210 wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m² z wypełnieniem poliestrowym 80 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje koca wykonanego z włókniny polipropylenowej 30g/m² z wypełnieniem poliestrowym lub poliestrowo-wiskozowym o gramaturze 60/m². Nie dopuszczamy oferowanego asortymentu.

Pytanie 59

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje poszewki typu SMS o gramaturze minimum 35g/m²

Pytanie 61

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie poszewkę w rozmiarze 70x80cm lub 60x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

Zadanie 28, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wyłącznie w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor zielony , nie wymaga.

Pytanie 64

Zadanie 28, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia gramatury przez niezależne laboratorium akredytowane i dopuści możliwość potwierdzenia spełnienia wymagań kartą techniczną wystawioną przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 65

Zadanie 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwetki chłonnej o wymiarach 40cm x 40cm, wykonanej z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m², pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Proporcjonalnie następuje przeliczenie ilości sztuk dla pakowanych pojedynczo na 160 000 sztuk.

Pytanie 66

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE (50g/m²), włókniny (wiskoza + poliester) 30g/m² o łącznej gramaturze 80g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje osłonę na stolik MAYO o łącznej gramaturze 102g/m². Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 67

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm z laminatu dwuwarstwowego PP+PE, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 68

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/-1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230cm x 320cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, z workiem do przechowywania płynów, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 70MD/45CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110kPa/100kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro minimum 150kPa, odporność na przenikanie cieczy minimum 250 cm H₂O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 70

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlace +wzmocnienie z materiału PP+PE, paropuszczalność 6200g/m²/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymagania parametrów zgodne z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 71

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 72

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 73

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem, odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro minimum 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy minimum 250 cm H₂O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 74

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentariuszki wykonanej z Foli PE + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina (wiskoza+ poliester) o długości 65cm x 190cm o łącznej gramaturze 70g/m² i chłonności 350%?

Odpowiedź: Zamawiający w tej pozycji oczekuje serwetę o rozmiarze 150x190 cm o łącznej gramaturze 84g/m², chłonność warstwy chłonnej minimum 400%. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 75

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów, dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Pytanie 76

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ARTROSKOPIA”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 77

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 78

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m² + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m² o łącznej gramaturze 80g/m², barierowość dla wody 188cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: łączna masa włókniny i folii minimum 102g/m², odporność na przenikanie cieczy minimum 350 cm H₂O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 79

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 80

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem, odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.

Pytanie 81

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o wymiarach 200cm x 320cm wykonanej z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocnienia SM o wymiarach 75cm x 100cm, gramaturze 80g/m² o chłonności 680% , z otworem samouszczelniającym o wymiarach 6cm x 8cm z workiem do przechowywania płynów z portem do podłączenia drenów, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 90MD/46.5CD/91.6MD/48.7CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205.6 kPa/ 199.4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ .

Pytanie 82

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance +wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m²/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.

Pytanie 83

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 84

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny z zapinkami z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 85

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści bandaż bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 86

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do instrumentarium wykonanej z Foli PE + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina (wiskoza+ poliester) warstwa chłonna 65cm x 190cm, o łącznej gramaturze 70g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 87

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Pytanie 88

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ORTOPEDIA”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 89

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 90

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m² + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m² o łącznej gramaturze 80g/m², barierowość dla wody 188cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 91

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwustronną PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m²?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 92

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 230cm x 260cm z wycięciem w kształcie litery U o wielkości 20cm x 100cm otoczony taśmą, o chłonności 600 %, wokół dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 75cm x 140cm o gramaturze 80g/m², chłonności 680%, odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 93

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+ PE z taśmą lepłą wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 94

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny z zapinkami z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 95

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści bandaż bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 96

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 12 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance +wzmocnienie z materiału PP+PE, paroprzepuszczalność 6200g/m²/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 97

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 12 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 98

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 13 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókniny (wiskoza + poliester) o wymiarach 65cm x 190cm o łącznej gramaturze serwetki 70g/m², o chłonności 350%?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słycznikowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 99

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Pytanie 100

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ORTOPEDIA”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 101

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 102

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm z dwiema kieszeniami, serweta wykonana z Foli PE (50g/m²) + włóknina (wiskoza + poliester) odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 103

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 104

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 230cm x 300cm wyposażony z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m² z dodatkową warstwą chłonną SM o wymiarach 75cm x 100cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 180 kPa, wytrzymałość na rozerwanie 118N, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: łączna masa włókniny celulozowej, wiskozy i folii PE minimum 104g/m², odporność na przenikanie cieczy minimum 200 cm H₂O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie 105

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 106

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS, wzmocnienie na przedramionach części przedniej klatki piersiowej i brzucha, w okolicy przedramion o wymiarach 34 cm, nieprzemakalność 102 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 107,74 kPa, wytrzymałość na rozciąganie 107,40MD/97,21CD, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 107

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 108

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający opaskę kohezyjną o wymiarach 12cm x 4m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 109

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze 70g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 110

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm z dwiema kieszeniami, serwetę wykonaną z Foli PE (50g/m²) + włóknina (wiskoza + poliester) odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 111

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 112

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 230cm x 300cm wyposażony z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m² z dodatkową warstwą chłonną SM o wymiarach 75cm x 100cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 180 kPa, wytrzymałość na rozerwanie 118N, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 113

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 60g/m² o wymiarach 150cm x 240cm z taśmą lepłą na dłużym boku serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 114

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu Spunlance z wstawkami nieprzemakalnymi z lamiantu o gramaturze 40g/m² z wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 115

Zadanie 33, pozycja 2 – Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze łącznej 70g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 116

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókny (wiskoza+poliester) o wymiarach 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 117

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m², w rozmiarze 230cm x 300cm z otworem 24cm x 34cm wypełnionych folią operacyjną, zintegrowana z torba do zbiórki płynów w kształcie trójkąta o wymiarach 60cm x 100cm, wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 72cm x 98cm o łącznej gramaturze serwety 140g/m², odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 118

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści uchwyty typu velcro dołożone do serwety osobno celem przyklejenia w dogodnym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 119

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony, nieprzemakalność 102cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro 107,40MD/97,21CD- 1-2,72MD/107,48CD, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 120

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 121

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm chłonna w rozmiarze 65cm x 190cm o gramaturze 70g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 122

Zadanie 35, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo, wykonanej z Folia PE o gramaturze 50g/m², wzmocniona (wiskoza + poliester) o gramaturze 30g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 123

Zadanie 35, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 240cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H₂O z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H₂O, serweta wykończona taśmą lepnią na dłuższym brzegu serwety, zintegrowane z organizerami przewodów (dwa organizery po cztery otwory), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 124

Zadanie 35, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 180cm x 180cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H₂O z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H₂O, serweta wykończona taśmą lepnią, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 125

Zadanie 35, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina+ Folia PE + włóknina) samoprzylepną w rozmiarze 75cm x 90cm o gramaturze 75g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wykończona taśmą lepnią przy dłuższym brzegu serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 126

Zadanie 35, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90cm x 120cm o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196cm?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 127

Zadanie 35, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu Spunlance, wzmocnienie wykonane z Folia PP+PE na klatce piersiowej, brzuchu i na przedramionach, mankiet o długości 7,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 128

Zadanie 35, składowa 14 – Czy Zamawiający dopuści worek do liczenia materiałów opatrunkowych, posiada kieszonki z przegródkami wykonane z Folia LDPE?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 129

Zadanie 35, składowa 15 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 130

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejony taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 131

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów, dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Pytanie 132

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „JAMA BRZUSZNA”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 133

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 134

Zadanie 36, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m² + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m² o łącznej gramaturze 80g/m², barierowość dla wody 188cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 135

Zadanie 36, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z lamiantu dwuwarstwowego w rozmiarze 180/280cm x 220cm o gramaturze 56g/m², zintegrowana z osłonami na kończy, w części brzusznej otwór samoprzylepny o wymiarach 30cm x 20cm x 20cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczonym klapką, o chłonności 350%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa/mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje chłonności jako jednego z parametrów min 570%,wypychanie na sucho/mokro min 150kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.

Pytanie 136

Zadanie 36, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance + wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m²/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 137

Zadanie 36, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 138

Zadanie 36, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókniny (wiskoza + poliester) o wymiarach 65cm x 190cm o łącznej gramaturze serwety 70g/m², o chłonności 350%, barierowość dla wody 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 139

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 140

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „PROKTOLOGIA”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 141

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 142

Zadanie 37, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE (50g/m²) + wzmocnioną włókniną (wiskoza + poliester) o gramaturze 30g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 143

Zadanie 37, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwusekcyjną w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 144

Zadanie 37, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 240cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H₂O z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H₂O, serweta wykończona taśmą lepną na dłuższym brzegu serwety, zintegrowane z organizerami przewodów (dwa organizery po cztery otwory), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety o wymiarach 200x240cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 200 cm H₂O, wypychanie na sucho/mokro min 107kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.

Pytanie 145

Zadanie 37, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 180cm x 180cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H₂O z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 146

Zadanie 37, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina+ Folia PE + włóknina) samoprzylepną w rozmiarze 75cm x 90cm o gramaturze 75g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wykończona taśmą lepną przy dłuższym brzegu serwety?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 147

Zadanie 37, składowa 9 – Czy Zamawiający dopuści organizery przewodów o wymiarach 2cm x 22cm w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 148

Zadanie 37, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału typu Spunlance ze wzmocnieniem na klatce piersiowej, brzuchu i przedramionach, mankiet o długości

7,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 149

Zadanie 37, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 150

Zadanie 37, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze 70g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O? (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 151

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 152

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów, dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.

Pytanie 153

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 154

Zadanie 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów dostępnych tylko w rozmiarach M – XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 155

Zadanie 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o parametrach wypychanie na sucho/mokro 80,60/76, wytrzymałość na rozciąganie 82,10?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wypychanie na sucho 145kPa/mokro 125kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 156

Zadanie 47, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m², opakowanie a'50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 157

Zadanie 48, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym, obwód w masie 140cm, kolor granatowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 158

Zadanie 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x100cm z otworem 10x10cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 159

Zadanie 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 50N, i wypychanie na sucho/mokro 110/100kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 160

Zadanie 50, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Zadanie 50, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 47N, i wypychanie na sucho/mokro 73/73kpa?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 162

Zadanie 50, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 69N, i wypychanie na sucho/mokro 109/99kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 163

Zadanie 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 164

Zadanie 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, gramatura 35g, kolor niebieski, rozmiary S – XXXL. Nogawki szyte prosto, nie strzępią się?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 44g/m2. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 165

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę zabiegową o wymiarach 225 cm x 320 cm dwuwarstwową wraz ze wzmocnieniem z dwoma otworami z folią o średnicy 12 cm z obustronną folią, o gramaturze 56 g/m2, wokół otworów warstwa wzmocniona o wymiarach 70 cm x 70 cm, o gramaturze wynosi 106 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 166

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny rozmiar M i L, wykonany z materiału typu SMS, nieprzemakalność 53,3cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 103,1 MD/36,0 CD, rozciąganie 85,8MD/39,8 CD?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 167

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuszcza serwetę chirurgiczną dwuwarstwową o wymiarach 75cm x 90cm o gramaturze 60g/m2 oraz o chłonności 196 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 168

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo, ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 169

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z przylepcem niezłożoną w 2/3 w części górnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 170

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek chłonny o wymiarach 10 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 171

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 172

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje rękawic syntetycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 174

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 175

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 176

Zadanie 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek spełniających parametry produktu gotowego do użytku, proces sterylizacji jest również tym elementem, proces sterylizacji może zmienić właściwości produktów. Zamawiający oczekuje próbek sterylnych.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 177

Zadanie 16 – Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie oczekuje, markery nie są w placówce używane do kontaktu z naruszoną skórą. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 178

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 179

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Serweta 75x90cm z otworem przylepnym 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 180

Pakiet 8 poz. 5

- Czy Zamawiający dopuści Serweta główna z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwety głównej 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta o wymiarach 100 x 110cm, z foliowym zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (szywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę przylepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów;
- 1 osłona z włókniny SMS na stół 60x60cm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 181

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 35x120cm, wymaga laminatu dwuwarstwowego o gramaturze minimum 55g/m² z taśmą lepną o wymiarach 9x49cm pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 182

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 184

Pakiet 12

Czy Zamawiający ilość sztuk w przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Pytanie 185

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny poliestrowo- wiskozowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszulę z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze minimum 50g/m² , nie uczulającej, nie drażniącej skóry pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 186

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor biały, nie wymaga, wymaga włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 50g/m², zgodnie z SWZ

Pytanie 187

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 188

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dała pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 189

Pakiet 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta, potwierdzające gramaturę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 190

Pakiet 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło, podkładka medyczny składany a 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 191

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 225 cm lub 160 x 225 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 160x225, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 192

Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 140 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 193

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 53 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający gramaturę 53g/m² umieścić w opublikowanej SWZ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



Pytanie 194

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści inną ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie może odpowiedzieć na powyższe pytanie gdyż jest nieprecyzyjne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 195

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści rękaw o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem o długości min. 7cm. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 196

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M,L,XL,XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymuje pozostałe wymogi zapisu SWZ

Pytanie 197

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści Opakowanie zewnętrzne posiada: min. dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta ?

Odpowiedź: Taki zapis istnieje w pierwotnych wymogach SWZ

Pytanie 198

Pakiet 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 34 x 74 cm z rzepem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 199

Pakiet 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające wytrzymałość na rozdieranie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 200

Pakiet 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 102 x152 cm?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 201

Pakiet 46 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik (34 x 74 cm), prześcieradło transportowe (102 x 152 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 202

Pakiet 46 poz.1,2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik (34 x 74 cm), prześcieradło transportowe (102 x 152 cm), osłona na zagłówek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 203

Pakiet 46 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik (34 x 74 cm), prześcieradło transportowe (102 x 202 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 204

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści

Czepek medyczny typu furażerka

SPECYFIKACJA:

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną
- o gramaturze 20g/m²
- w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej
- przeciwpotny
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury otoku 45g/m². Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 205

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 206

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 207

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 208

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości min. 4,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 209

Pakiet 49 poz. 1

Czy Zamawiający zmniejszy wymagana ilość próbek do 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszył ilość wymaganych próbek modyfikacją z dnia 16.08.2023 r.

Pytanie 210

Pakiet 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 211

Pakiet 53 poz. 1

Czy lamówka może być wykonana z włókniny w kolorze niebieskim.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Jaka ma być długość koszuli bo opis nie wskazuje jednoznacznie czy ma być to sukienka czy krótka koszula do spodni.?

Odpowiedź: Opis koszula wskazuje, iż jest to samodzielny ubiór, długość 90-100cm.

Czy zamawiający na pewno myśli o włókninie 100% PP czy może o SMS lub Spunlace.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Spunlace o gramaturze minimum 44g/m2.

Czy zamawiający dopuści koszulę tylko z dwoma bocznymi kieszeniami.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 212

Pakiet 53 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w poz. 2,3 poniższego kompletu chirurgicznego:

Komplet chirurgiczny z 3 kieszeniami o gramaturze 40g/m2

- komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS
- komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
- luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończonym lamówką
- bluza posiada 3 kieszenie boczne
- proste spodnie, wiązane w pasie na trok
- lekki i przewiewny
- elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia
- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony
- jednorazowego użytku
- opakowanie zewnętrzne – folia
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



- zgodny z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 213

Pakiet 53 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S,M,L,XL,XXL,XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 214

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający umieścił gramaturę 55g/m² w pierwotnym zapisie SWZ

Pytanie 215

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści serwetę Serweta 75x90cm z otworem przylep. 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 216

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 217

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści bluzę z dwoma większymi kieszeniami na dole i jedna mniejszą kieszenią na wysokości piersi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 218

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści rękawy i nogawki spodni wykończone cięciem laserowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

Pytanie 220

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski i zielony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Beata Martyn – Mrozowska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



Gdynia, 25.08.2023r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Sterylna obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno i wielorazowy” , znak D25M/251/N/18-39rj/23

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

ZADANIE NR 9

Poz. nr 1 – Zamawiający wymaga w tej pozycji osłony na kończynę z taśmą lepłą. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę zgodnej z SWZ, jednakże z taśmą lepłą pakowaną oddzielnie, niezależnie od osłony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 2:

ZADANIE NR 9

Poz. nr 2 – Zamawiający wymaga w tej pozycji osłony na stolik Mayo w kolorze zielonym lub niebieskim do wyboru Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo tylko w kolorze aqua? Pozostałe parametry osłony bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 3:

ZADANIE NR 9

Poz. nr 4 – Zamawiający wymaga w tej pozycji kieszeni na ssak i końcówki do elektrochirurgii wyposażonej w sztywnik. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni bez sztywnika, wykonanej z mocnej, sztywnej folii dającej się kształtować. Pozostałe parametry kieszeni bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 4

ZADANIE NR 10

Poz. nr 1 – Zamawiający wymaga w tej pozycji worka do przechwytywania płynów w rozmiarze 50/60 x 50/60 cm. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przechwytywania płynów w rozmiarze 56 x 90 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 5:

ZADANIE NR 12

Poz. nr 1 – Zamawiający wymaga w tej pozycji osłony na kamerę w rozmiarze min. 14 cm x 250 cm. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kamerę w rozmiarze min. 13 cm x 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 6:

ZADANIE NR 12

Poz. nr 1 – w pakiecie cenowy nie podano wymaganej ilości sztuk osłon na kamerę w kolumnie „Ilość na 30 m-cy”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 20 000 sztuk. Ilość została ujęta w zmodyfikowanym formularzu asortymentowo – cenowym opublikowanym w dniu 16.08.2023 r.

Pytanie 7:

ZADANIE NR 14

Poz. nr 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia antyalergicznego włókna dokumentem w formie oświadczenia wystawionym przez producenta na podstawie przeprowadzonych badań, w zamian za wymagane potwierdzenie w karcie parametrów techniczno-użytkowych producenta. Parametry zaoferowanych czepków zgodne z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta wystawione na podstawie przeprowadzonych badań jako dokument równoważny do wymaganego w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.12 SWZ. Ponadto Zamawiający poprawia omyłkę w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.12 SWZ poprzez dodanie wymogu wskazanego wyżej dokumentu również dla pozycji 1 zadania 14.

Pytanie 8:

ZADANIE NR 24

Poz. nr 1 – Zamawiający wymaga w tej pozycji Osłon szyi w kształcie golfu pakowanych po min. 50 szt. w higienicznym sztywnym kartonie umożliwiającym higieniczne otwarcie kartonu i pobieranie asortymentu. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy ocieplających spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych w torby polietylenowe (PE) po 50 sztuk, a następnie w karton transportowy w którym umieszcza się 6 toreb. W razie dopuszczenia takiego sposobu pakowania, prosimy o dopuszczenie partii próbnej w ilości 1 torby polietylenowej zawierającej 50 szt. kołnierzy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 9:

ZADANIE NR 29

Poz. nr 1 - Zamawiający wymaga w tej pozycji jałowych ręczników celulozowych o gramaturze 53 g/m² i chłonności wg PN-EN 1644-1 lub równoważnej min 1140 %. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych ręczników celulozowych o gramaturze ok. 55g/m² i chłonności 4g/100 cm²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 10:

ZADANIE NR 39

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii szczękowej, w którym serweta na stół narzędziowy wzmocniona ma rozmiar min.140 x 190 cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 11:

ZADANIE NR 39

Poz. nr 5 – W związku z zakończeniem produkcji taśmy dwustronnie lepnej 6cm x 6cm prosimy zamawiającego o wykreślenie poz. nr 5 z Zadania nr 39 lub o dopuszczenie możliwość zaoferowania taśmy jednostronnie przylepnej w rozmiarze 10cm x 50 cm lub uchwytu Velcro (typu rzep) w rozmiarze 2cm x 23cm, pakowanych a' 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taśmę jednostronnie lepna o rozmiarze 10x50 cm

Pytanie 12:

ZADANIE NR 47

Poz. nr 1 - Zamawiający wymaga w tej pozycji Czepka typu furażerka z napotnikiem, wiązanego. Otok: Spunlace 45 g/m², denko: Polipropylen 25 g/m², wkładka chłonna pot: Spunlace 38 g/m², oddychający, niebieski. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków operacyjnych typu furażerka z wydłużoną część tylną ze ściągaczem, z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Brak ściągacza na czole. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej 25 g/m². Wkładka chłonna pot: gramatura 50 g/m² Skład: 70% sztuczny jedwab, 30% włókna poliestrowe. Kolor aqua. Pozostałe parametry czepka zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 13:

ZADANIE NR 49

Poz. nr 1 - Zamawiający wymaga w tej pozycji Fartucha medycznego ochronnego, w którym rękawy wykończone sa elastycznymi mankietami z dzianiny szer. 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar L, XL - do wyboru Zamawiającego Pakowane w higieniczny worek foliowy wyposażony w etykietę informacyjną. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów z rękawem ściągniętym lekko gumką bez lateksu, Fartuchy w rozmiarze uniwersalnym. Pakowane w worki foliowe, etykieta informacyjna na kartonowym opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 14:

ZADANIE NR 63

Poz. nr 1 – Zamawiający wymaga w tej pozycji serwety w rozmiarze 75x80cm z otworem 8x15cm otoczonym taśmą samoprzylepną. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 75 x 90cm z otworem przylepnym Ø 10cm. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 14a:

ZAPISY SWZ - WADIUM

Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu wartości Wadium dla pakietu nr 39. Wartość ta wydaje się zbyt niska.

Odpowiedź: Zamawiający dokona sprawdzenia wysokości wadium i odpowie w późniejszym terminie.

Pytanie 15:

ZAPISY SWZ - PROJEKT UMOWY

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ ust. 4

W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów. czy istnieje możliwość skrócenia terminu z 40 dni na 14?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 30 dni i w tym zakresie zmienia umowę.

Pytanie 16:

ZAPISY SWZ - PROJEKT UMOWY

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ ust. 4

W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów. czy istnieje możliwość doprecyzowania postanowienia, poprzez wskazanie, że nie chodzi w nim o zapis na sąd polubowny ani mediację?

Odpowiedź: Taką intencję miał Zamawiający.

Pytanie 17:

§4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY ust. 5

Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy, certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §6 ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §9 ust.

Prosimy o wskazanie, czy możliwe jest wydłużenie tego terminu do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych i w tym zakresie zmienia umowę.

Pytanie 18:

§5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA ust. 1

W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia

Prosimy o wskazanie, czy możliwe jest skrócenie tego terminu do 2 dni.

Odpowiedź: Nie jest możliwe.

Pytanie 19:

§6 KARY UMOWNE, ODSETKI ust. 3

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 70% łącznej wartością przedmiotu umowy.

Prosimy o wskazanie, czy możliwe jest zmniejszenie wartości łącznej kary umownej do 25 %? W aktualnym stanie i tak będzie podlegać ona miarkowaniu, ze względu na rażące wygórowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 50% i w tym zakresie zmienia umowę.

Pytanie 20:

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 4

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

prosimy o wskazanie, czy możliwe jest ustalenie właściwości miejscowej zgodnej z miejscem siedziby powoda?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 1 poz. 1 - Zestaw do Elektroresekcji Urologicznych (ZERU) typu: TURT/TURP/URS - TURS – sterylne:

(było) - 1 x Serweta z otworem na krocze o średnicy 5 cm z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54 g/m², nieprzemakalność min. 200 H₂O, wielkość serwety 50 x 240 x 184 cm

(będzie) – 1 x Serweta z otworem na krocze o średnicy 5 cm z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54 g/m², nieprzemakalność min. 200 H₂O, wielkość serwety 150 x 240 x 184 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

(było) - 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej min. 78 g/m², wzmocniony w części przedniej i dolnej oraz na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia, długość fartuch max 150 cm. Rozmiar XL.

(będzie) - 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej min. 75 g/m², wzmocniony w części przedniej i dolnej oraz na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia, długość fartuch max 150 cm. Rozmiar XL.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 3 poz. 1 – Zestaw do Operacji Brzusznno-Kroczyowych (ZOBK)

(było) – 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79 cm x 145 cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 60 cm x 140 cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80 g/m²,

(będzie) 1 x Osłona na stolik Mayo rozmiar min. 79 x 140 cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 55 μm (+/-5%) z warstwą chłonną o wymiarze min. 60 cm x 140 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m² (+/-5%), o łącznej gramaturze min. 80 g/m²,

(było) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG 20 nitkowej

(będzie) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG min. 17 nitkowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 23:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 3** poz. 2 – Zestaw do Operacji Tarczycy (ZOT)

(było) – 1 x Oślona na stolik Mayo o wymiarach min. 79 cm x 145 cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 60 cm x 140 cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80 g/m²,

(będzie) 1 x Oślona na stolik Mayo rozmiar min. 79 cm x 140 cm ,wykonana z mocnej folii PE o grubości 55 mq (+/-5%) z warstwą chłonną o wymiarze min. 60 cm x 140 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m² (+/-5%), o łącznej gramaturze min. 80 g/m²,

(było) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG 20 nitkowej

(będzie) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG min. 17 nitkowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 24:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 3** poz. 3 – Zestaw do Dolnych operacji Ginekologicznych (ZDOG)

(było) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG 20 nitkowej

(będzie) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG min. 17 nitkowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 25:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 3** poz. 4 – Zestaw do Laparotomii Onkologicznej (ZLO)

(było) - 1 x Oślona na stolik Mayo o wymiarach min. 79 cm x 140 cm , z warstwą chłonną o wymiarach min. 60 cm x 140 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O,

(będzie) – 1 x Oślona na stolik Mayo rozmiar min. 79 x 140 cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 55 mq (+/-5%) z warstwą chłonną o wymiarze 60x140 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m² (+/-5%), o łącznej gramaturze min. 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 26:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 3** poz. 5 – Zestaw do Chirurgii Piersi

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



(było) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG 20 nitkowej

(będzie) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG min. 17 nitkowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania klasy palności I dot. Zadanie nr 3 w pozycji 2, 3, 4. Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 704, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 3 w pozycjach od 1 do 5 :

(było) zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

(będzie) Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (min. dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 29:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 4 poz. 1 - Zestaw do Cięcia Cesarskiego (ZCC):

(było) - 1 x Osłona na stolik Mayo rozmiar min. 80 x 140 cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości min. 0,07 mm z warstwą chłonną o wymiarze 60 x 140 cm z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36 g/m²,

(będzie) - 1 x Osłona na stolik Mayo rozmiar min. 80 x 140 cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 55 mc (+/-5%) z warstwą chłonną o wymiarze 60 x 140 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m² (+/-5%), o łącznej gramaturze min. 80 g/m²,

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Szpital Pomorskie
sp. z o.o.



Podmiot Leczniczy Samorządu
Województwa Pomorskiego

(było) - 5 szt x Tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nitką radiacyjną rtg zapakowane w torebkę papierową lub kartonik,

(będzie) - 5 szt x Tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej min. 17 nitkowe o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nitką radiacyjną rtg zapakowane w torebkę papierową lub kartonik.

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 30:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 11 - Sterylna osłona do dekodera promieniowego typu Gamma Finder II.

(było) Sterylna osłona do zabezpieczenia detektora promieniowania Gamma Finder II, wykonana z folii odpornej na rozerwania w kształcie stożka z min. jedną taśmą samoprzylepną. Osłona dopasowana do wielkości urządzenia tj. o max wymiarach: długość 225 mm x wysokość 46 mm x szerokość 52 mm. Wyposażona w jedną etykietę samoprzylepną.

(będzie) wykonanego z cienkiej i odpornej na rozerwanie folii, wykonanego w kształcie stożka z jedna taśmą samoprzylepną o wymiarach 410-480mm x 120mm x 50 mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 31:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 20 pozycja 1 i 2 - dot. Poszewki na poduszkę

(było) wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²

(będzie) wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m².

Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 32:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 33 poz. 1 - Zestaw do usunięcia materiału zespalającego i operacji niedokrwnionych kończyn dolnych - MZ/NKD. Skład zestawu:

(było) - 2 x Bandaż elastyczny, krepowany 14 cm x 5 m

(będzie) - 2 x Bandaż wysokoelastyczny 15 cm x 5 m

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 33:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 34 poz. 1 - Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych (Trepacja czaszki, Kraniotomia) - (TK):

(było) - 1 x Serweta główna wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMS o gramaturze 45 g/m² o wymiarach 200 x 280 cm posiadająca otwór 22 x 22 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m²/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm, z dodatkowym wzmocnieniem nad otworem 39 x 52 cm (+/-1 cm) min. trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie min. 120 N, zintegrowane obustronnie czteropozycyjne organizery na dreny i przewody,

(będzie) - 1 x Serweta główna wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze 45 g/m² o wymiarach 200 x 280 cm posiadająca otwór 22 x 22 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m²/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm, z dodatkowym wzmocnieniem nad otworem 39 x 52 cm (+/-1 cm) min. trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie min. 120 N, zintegrowane obustronnie czteropozycyjne organizery na dreny i przewody.

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 34:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 35 poz. 1 – Zestaw do operacji jamy brzusznej – APNEL.

(było) Etykieta główna posiada piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu: "Zestaw do jamy brzusznej", dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: "Zestaw do jamy brzusznej".

(będzie) Etykieta główna posiada literowy spis elementów zestawu oraz nazwę zestawu: „Zestaw do operacji w obrębie jamy brzusznej – APNEL”, dodatkowo na krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: „Zestaw do operacji w obrębie jamy brzusznej – APNEL”.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 35:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 37 poz. 1 – Zestaw uniwersalny – ZU.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



(było) Etykieta główna posiada piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu: " Zestaw uniwersalny ZU", dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: "Zestaw uniwersalny ZU".

(będzie) Etykieta główna posiada literowy spis elementów zestawu oraz nazwę zestawu: "Zestaw uniwersalny ZU", dodatkowo na krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: „ Zestaw uniwersalny ZU ”.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 36:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Zadanie nr 46 poz. 1-

Poz. 1 (było) Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Warstwa spodnia podkładu wykonana z wytrzymałego laminatu, powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50 cm (+/-2cm) x 205 cm (+/-5cm). Chłonność min. 8L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. Opakowanie a 20 szt.

Poz. 1 (będzie) Serweta/osłona do ochrony stołu operacyjnego (podkład pod pacjenta) o wym. 100 x 250 cm (+/-5cm) wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 263 cm H₂O, z warstwą chłonną jako dodatkowo wkomponowanym wzmocnieniem w części środkowej serwety o wymiarze 60 x 90 cm, chłonność min. 2100 ml, wzmocnienie wykonane z pulpy celulozowej, folii polietylenowej PE i włókniny polipropylenowej na powierzchni; dodatkowo serweta wyposażona w kaptur 25-30 x 100 cm, pozwalający osłonić zagłówek stołu operacyjnego, który nie pozwala na zsuwanie się serwety.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 37:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dot. Zadanie nr 46 poz. 3 -

Poz. 3 (było) Prześcieradło transportowe o udźwigu min 200 kg wielkość min. 100 x 200 cm , wykonane z jednolitej tkaniny odpornej na rozerwanie. Wytrzymałość na rozdieranie zgodne z normą ISO 9073/ podnorma ASTM D5733 (NORMA NA ROZDZIERANIE) lub równoważną, potwierdzone badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium.

Poz. 3 (będzie) Prześcieradło do okrycia pacjenta o wymiarach min. 150 x 200 cm, wykonane z miękkiej antystatycznej zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej min. 40g/m², kolor biały, włóknina miękka, przyjemna dla skóry pacjenta.

Prześcieradło przebadane dermatologicznie, nie powodujące podrażnień skóry, z możliwością zastosowania u dzieci.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 37:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odstąpienie dot. Zadanie nr 46 pozycja 1 – dokumentu na „badanie niezależnego akredytowanego laboratorium potwierdzające chłonność minimum 8 L” - na rzecz przedłożenia

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



dokumentu w postaci Karty Technicznej wystawionej przez Producenta potwierdzającej parametry techniczne .?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 38:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odstąpienie dot. Zadanie nr 46 pozycja 3 – dokumentu na „badanie niezależnego akredytowanego laboratorium potwierdzające Wytrzymałość na rozdzieranie zgodne z normą ISO 9073 lub równoważną PODNORMA ASTM D5733 (NORMA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZDZIERANIE)” - na rzecz przedłożenia dokumentu w postaci Karty Technicznej wystawionej przez Producenta potwierdzającej parametry techniczne .?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 39:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dot. Zadanie nr 46 poz. 1, 2, 3 – Zestawu do ochrony stołu operacyjnego i pacjenta.

Poz. 1, 2, 3 stanowi w całości zestaw złożony i zapakowany (trzy elementy) w opakowanie foliowe, wyposażony w etykietę informacyjną zawierającą min. nazwę zestawu, producenta, nr ref, LOT, data ważności oraz skład zestawu wraz z opisem poszczególnych elementów zestawu.

Skład zestawu:

Poz. 1. Serweta/osłona do ochrony stołu operacyjnego (podkład pod pacjenta) o wym. 100 x 250 cm (+/-5cm) wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 263 cm H₂O, z warstwą chłonną jako dodatkowo wkomponowanym wzmocnieniem w części środkowej serwety o wymiarze 60 x 90 cm, chłonność min. 2100 ml, wzmocnienie wykonane z pulpy celulozowej, folii polietylenowej PE i włókniny polipropylenowej na powierzchni; dodatkowo serweta wyposażona w kaptur 25-30 x 100 cm, pozwalający osłonić zagłówek stołu operacyjnego, który nie pozwala na zsuwanie się serwety.

Poz. 2. Osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o wielkości szerokość min. 30 cm długość min. 75 cm z regulowanymi taśmami do zabezpieczenia przedramienia pacjenta na podłokietniku.

Poz. 3. Prześcieradło do okrycia pacjenta nie prześwitujące, wykonane z miękkiej antystatycznej zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej min. 40g/m² o rozmiarze min. 150 x 200 cm. Prześcieradło przebadane dermatologicznie, nie powodujące podrażnień skóry, z możliwością zastosowania u dzieci.?

Pragnę nadmienić, iż zestaw ten jest znany i użytkowany w Państwa placówce, do tej pory nie było żadnych reklamacji co do jakości produktu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 40:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego dot. Zadanie nr 46 poz. 1, 2, 3 czy dopuści możliwość, aby w formularzu asortymentowo-cenowym podać cenę za 1 kpl zestawu (1 kpl = poz. 1-3), gdyż takie same ilości są dla każdej pozycji.?

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pragnę nadmienić, iż zestaw ten jest znany i użytkowany w Państwa placówce, do tej pory nie było żadnych reklamacji co do jakości produktu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 41:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 34 Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych.

(było): 1 x Serweta główna wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMS o gramaturze 45 g/m² o wymiarach 200x280 cm posiadająca otwór 22 x 22 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m²/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm, z dodatkowym wzmocnieniem nad otworem 39 x 52 cm (+/-1 cm) min. trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie min. 120 N, zintegrowane obustronnie czteropozycyjne organizery na dreny i przewody

(będzie) 1 x Serweta główna wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze 45 g/m² o wymiarach 200x280 cm posiadająca otwór 22 x 22 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m²/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm, z dodatkowym wzmocnieniem nad otworem 39 x 52 cm (+/-1 cm) min. trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie min. 120 N, zintegrowane obustronnie czteropozycyjne organizery na dreny i przewody. Wszystkie pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymuje pozostałe parametry SWZ

Pytanie 42:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 1

(było): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm.

(będzie): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm.

Odpowiedź: w Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 43:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 2

(było): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm.

(będzie): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm.

Odpowiedź: W pytaniu „było” i „będzie” opis jest dokładnie ten sam.

Pytanie 44:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 3

(było): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm.

(będzie): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm.

Odpowiedź: W pytaniu „było” i „będzie” opis jest dokładnie ten sam.

Pytanie 45:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 4

(było): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm.

(będzie): 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm.

Odpowiedź: W pytaniu „było” i „będzie” opis jest dokładnie ten sam.

Pytanie 46:

Pakiet 32 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• 1x serweta na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140, wykonany z włókniny o gramaturze 30g/m² i folii min. 50 um, łączona mas włókniny i folii min. 80 g/m², barierowość dla wody 300 cm H₂O. Pozostałe zgodnie z wymaganiami. • 1x serweta w rozmiarze min. 150 x 200 cm z przylepcem wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe elementy zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: • 1x serweta na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140, wykonany z włókniny o gramaturze 30g/m² i folii min. 50 um, łączona mas włókniny i folii min. 80 g/m², barierowość dla wody 300 cm H₂O. Pozostałe zgodnie z wymaganiami. • 1x serweta główna min. 230x320 cm z laminatu folii i włókniny o min. gramaturze 62g/m², wytrzymałość na wypychanie laminatu wraz ze wzmocnieniem na sucho i mokro min. 170kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 152 cm H₂O • 2x bandaż elastyczny z zapinkami 15cmx5m. Pozostałe elementy zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ

Pytanie 47:

Pakiet 39 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny podstawowy o składzie: • 1 x serweta otolaryngologiczna z samoprzylepnym oknem o śr. 10 cm w rozmiarze min. 250 x 170 cm zamiast 250 x 170 cm • 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 150 x 160 cm zamiast 150x160 cm (opakowanie zestawu) • 1 x ręcznik celulozowy 30x40 cm zamiast 30 x 33 cm Serwety gdzie odporność na przenikanie cieczy 250 H₂O zamiast 156 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho 150 kPa zamiast 145 kPa, na mokro 150 kPa zamiast 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii szczękowej o składzie: • 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona min. 200 x 300 cm zamiast 200x300 cm z wycięciem „U” 6,5 x 55 cm • 1 x uchwyt typu rzep 2 x 25 cm zamiast 2 x 23 cm • 4 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm zamiast 30 x 33 cm • 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zamiast 10 x 50 cm • 2 x pojemnik plastikowy 60 ml (5,5 x 3) • 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (7 x 5,5) • 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca, niebieska • 1 x kieszeń dwu-sekcyjna o wielkości 42x35 cm zamiast 43 x 38 cm Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 35 g/m² zamiast 40g/m². Fartuch u góry zapinany na rzep z możliwością ufixowania w szerokim zakresie mocowania. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami. Serwety gdzie odporność na rozerwanie na mokro 150 kPa zamiast 134 kPa (zgodnie z EN 13938-

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport z walidacji procesu sterylizacji sporządzony przez producenta zestawu. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ucha o składzie: • 1 x serweta na stół narzędziowy jako opakowanie zestawu. • 1 x serweta dwuwarstwowa min. 170 x 260 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną min. 10 x 12 cm. Pozostałe zgodnie z wymogami. • 3 x ręcznik celulozowy 30x40 cm zamiast 30 x 33 cm. • Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 35 zamiast 40g/m². Fartuch u góry zapinany na rzep z możliwością ufiksowania w szerokim zakresie mocowania. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami. • 1 x taśma samoprzylepna 9x50 cm zamiast 10 x 50 cm. • 1 x uchwyt typu rzep 2x25 cm zamiast 2x23 cm. • 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca, niebieska. • 1 x kieszeń przyklepna 2 sekcje 42x35 cm zamiast 43 x 38 cm Serwety gdzie odporność na przenikanie cieczy 250 H₂O zamiast 158 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho 150 kPa zamiast 145 kPa, na mokro 150 kPa zamiast 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport z walidacji procesu sterylizacji sporządzony przez producenta zestawu. Pozostałe elementy zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 48:

Pakiet 61 Czy Zamawiający dopuści serwetę: serweta główna biodrowa w rozmiarze 315x310 cm posiada dwa otwory biodrowe o wymiarach 15 cm x 45 cm ± 5 cm wypełnione folią chirurgiczną. Serweta wykonana z laminatu (bez celulozy) o gramaturze min. 55 g/m² Chłonność laminatu min. 481 ml/m² wg PN EN ISO 9073 -6, nasiąkliwość 19,07 % wg PN EN ISO 9073 -11 odporność QA` na przenikanie cieczy min. 309 cmH₂O wg PN EN 20811. Laminat nie jest cytotoksyczny tj. spełnia normę PN EN ISO 10993-5. Wokół otworów dodatkowa warstwa chłonna o rozmiarze 160 cm x 75 cm ± 5 cm o gramaturze min. 60 g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej, chłonność min. 594% wg PN EN ISO 9073 -11, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cmH₂O wg PN EN 20811. Wytrzymałość na rozciąganie 80N/50mm, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 80 kPa. Klasa palności wszystkich surowców serwety głównej I wg. 16 CFR 1610.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Beata Martyn – Mrozowska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DYREKTOR
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT
Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Gdynia, 25.08.2023r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Sterylna obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno i wielorazowy”, znak D25M/251/N/18-39rj/23

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 7, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na głowicę śródoperacyjną, laparoskopową giętką do USG o wymiarach 15,2 x 244 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 7, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na głowicę śródoperacyjną dwupłaszczyznową do USG o wymiarach 20,3 x 244?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na głowicę liniową do USG o wymiarach 20,3 x 244?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 7, poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na głowicę endowaginalną do USG o wymiarach 11,9 x 61 ?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na głowicę anorektalną 3D do USG o wymiarach 2,6 x 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dotyczy zapisów SWZ, VIII, pkt. 1.11 – w zakresie Zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy - § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich rozpatrzenia przez Wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy - § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę towaru w terminie 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 1 ppkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 1 ppkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 1 ppkt c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 1 ppkt d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 100zł na 50zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”, lub realizować je w formie „za pobraniem”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy w zadaniu nr 25 Zamawiający dopuści pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku wykonane w 100% z poliuretanu łagodzących nacisk podczas operacji z możliwością wielokrotnego użycia dzięki folii PU chroniącej przed wilgocią i obcymi materiałami, bez lateksu, spełniające wszystkie normy zgodnie z opisem SIWZ o wymiarach:

Pozycja nr 1: 200x110x70,

Pozycja nr 2: 1170x500x20,

Pozycja nr 3: 300x75x50,

Pozycja nr 4: 310x230x10,

Pozycja nr 5: 200x75x45,

Pozycja nr 6: 270x240x90,

Pozycja nr 7: 400x125x20,

Pozycja nr 8: 520x150x55,

Pozycja nr 9: 500x150x100

Pozycja nr 10: 160x60x16,

Pozycja nr 11: 270x230x70

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w umowie o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy co najmniej w 80% w zakresie wartości umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu umowy.”? Pytanie uzasadniamy faktem, że w myśl art. 433 pkt. 4) [Zakazane postanowienia umowy] Ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający ma wprowadzony adekwatny zapis w §2 ust. 3 umowy.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga obecnie stosowany wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Linia na stałe połączona z przetwornikiem, bez możliwości jej odkręcenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 17

Pakiet 32 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: • 1 x serweta główna o wymiarach min. 290 x 240 cm wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 73g/m² z dodatkową fatą chłonną w rozmiarze 120 x 80 zamiast 150 x 100 cm o gramaturze 62 g/m² w strefie krytycznej łączna gramatura min. 124 g/m². Odporność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 291 cm H₂O. Pozostałe wymogi zgodnie z wymogami. • 2 x bandaż elastyczny, z zapinką 15 cm x 5 m osobno zapakowany. Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania wycięcia w kształcie litery U, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Pakiet 37 Czy Zamawiający dopuści uniwersalny zestaw obłóżek do krótkich operacji ZU o składzie

- 1 x Osłona na stolik Mayo wzmocniona włókniną wiskozową o wymiarach 76 x 145 zamiast 60 x 140 cm. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.
- 3 x Kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna 35 x 42 cm zamiast 30 x 40 cm
- 1 x Serweta górna samoprzylepna - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 200 x 240 cm, zamiast 200 x 240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze 56 g/m² zamiast 59 g/m², z dodatkowym wzmocnieniem o wymiarach min. 30-33 x 80 cm zamiast 30-33 x 80 cm wykonanym z włókniny polipropylenowej spunbond zamiast trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu, o gramaturze 116 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety i wzmocnienia >100 cm H₂O zamiast 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie serwety i wzmocnienia to >80 kPa zamiast 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie serwety i wzmocnienia na

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



mokro w poprzek 57 N zamiast 120N. Serweta bez organizerów na dreny i przewody wykończona taśmą lepłą,

- 1 x Serweta dolna samoprzylepna o wymiarach min. 180 x 200 cm, zamiast 180x200 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze 56g/m² zamiast 59 g/m², z dodatkowym wzmocnieniem o wymiarach min. 65x75 cm zamiast 65x75 cm wykonanym z włókniny polipropylenowej spunbond zamiast trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu, o gramaturze 116 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety i wzmocnienia >100 cm H₂O zamiast 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie serwety i wzmocnienia >80 kPa zamiast 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie serwety i wzmocnienia na mokro w poprzek 57 N zamiast 120 N. Serweta wykończona taśmą lepłą, przy dłuższym brzegu serwety.

- 2 x Serweta boczna samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm zamiast 80 x 100 cm (+/-3 cm) wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 62 g/m², z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62gr/m², wielkość łat chłonnych min 35 cm x 70 cm, zamiast trójwarstwowego laminatu, gdzie warstwa 1- włóknina wiskozowa, warstwa 2- włóknina celulozowa, warstwa 3- folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze (serweta plus łata) 124 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy min. 152 cm H₂O. Pozostałe zgodnie z wymogami.

- 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach 2 x 25 zamiast 2-2,5 x 22-23 cm, biały

- 3 x fartuch chirurgiczny bawełnopodobny o odporności na wypychanie na sucho i mokro 401/415 kPa. Pozostałe zgodnie z wymogami.

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² zamiast 59 g/m². Pozostałe zgodnie z wymogami. Wszystkie pozostałe elementy zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymaga 2x organizera przewodów w związku z brakiem na serwecie górnej, pozostałe parametry zgodnie SWZ

Pytanie 19

Pakiet 38 Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji o składzie: • 1 x serweta o wymiarach 240 x 340 cm zamiast 210 x 290 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² zamiast 59 g/m² z warstwą chłonną o gramaturze 60 g - pozostałe zgodnie z wymogami. • 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m² zamiast 44 g/m² – pozostałe zgodnie z wymogami. • pokrowiec na przewody (tubus) przezroczysty, rozmiar 15 x 250 cm zamiast 14 x 250cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy, w rozmiarze 75 x 90 cm zamiast 75 x 100 cm - pozostałe zgodnie z wymogami. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 20

Pakiet 39 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do migdałków o składzie: • 1 x Kieszka przylepna 2-sekcyjna 42x35 cm zamiast 38 x 43 cm • 1 x Serweta główna dwuwarstwowa przylepna w rozmiarze min. 200 x 260 zamiast 200x260 z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm • 1x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (7,5 x 5 cm) • 1x pojemnik plastikowy typu nerka o pojemności 700 ml (25 x 10,5 x 5 cm) • 1 x ręcznik celulozowy 30x40 cm zamiast 30 x 33 cm • 1 x Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy min. 100 x 150 cm zamiast 100x150 cm (opakowanie zestawu) • 1 x uchwyt velcro 2x25 cm zamiast 2 x 23 cm Serwety gdzie odporność na przenikanie cieczy 250 H₂O zamiast 158 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho 150 kPa zamiast 145 kPa, na

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



mokro 150 kPa zamiast 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport z walidacji procesu sterylizacji sporządzony przez producenta zestawu. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Pakiet 44 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji endowaskularnych – ZOE o składzie: • 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 66 x 190 zamiast 75 x 190 cm, pozostałe zgodnie z wymogami. • 1 x Fartuchy w rozmiarze "L" ;2 x Fartuch w rozmiarze " XL". Fartuchy, gdzie odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 224 cm H₂O zamiast 26 cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro przód odpowiednio: 401/415 kPa. Pozostałe zgodnie z wymogami. • 1 x serweta na stół Mayo ze wzmocnieniem polipropylenowym 76 x 85 cm zamiast 75 x 90 cm , pozostałe zgodnie z wymogami. • 1 x kieszeń samoprzylepna polietylenowa jednokomorowa 30 x 40 cm zamiast 38 x 40 cm. • 1 x kieszeń samoprzylepna polietylenowa dwukomorowa 35 x 42 cm zamiast 38 x 40 cm. • 2 x pokrowiec na aparat RTG prostokątny o wym. 102 x 91 cm zamiast 80 x 90 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. • 1 x pokrowiec na aparat RTG okrągły o średnicy 55 cm w stanie swobodnym i 162 cm w stanie rozciągniętym, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. • 2 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml wkręcana, oznaczona jednym kolorem np. żółtym lub np. czarny – chcemy dodać że strzykawki są o tej samej wielkości więc nie mogą być rozróżnione rozmiarowo różnymi kolorami. • 1 x serweta do angiografii z laminatu 2 warstwowego zamiast 3 warstwowego o gramaturze 56 g/m² zamiast 74 g/m², wymiarach 240 x 320 zamiast 227 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 60 x 320 zamiast 70 x 330 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory, średnica okna 8 cm położone decentralnie; serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci polipropylenowej łątki chłonnej o wymiarach 120 x 80 cm zamiast 100 x 75 cm. • Wymagania: Serwety wykonane z laminatu o parametrach porównywalnych lub wyższych dwuwarstwowego zamiast trójwarstwowego o gramaturze podstawowej 56 g/m² zamiast 74 g/m² z dodatkową łątką chłonną o gramaturze 60 g/m² zamiast 50 g/m². odporność na rozerwanie na sucho 150 kPa zamiast 255 kPa. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami. • 1 x podkład chłonny 60 x 90 cm o chłonności minimum 2000 ml. • 1 x zacisk - mocny kłom do mycia pola operacyjnego plastikowy. • 3 x ręczniki do rąk sterylne 30 x 40 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 22

Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych obłóżek do zabiegów endowaskularnych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- serweta na stół instrumentariuszki 152 x 191 cm wzmocniona po całości o gramaturze 65 g/m² – owinięcie zestawu
- Fartuchy w rozmiarze L oraz XL wykonane z włókniny Spunlance o gramaturze min. 68 g/m², odporność na przenikanie cieczy w min. 26 cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 357,5/335 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 7 – 8 cm
- serweta na stół Mayo 80 x 145 cm z folii polietylenowej w kształcie worka ze wzmocnieniem polipropylenowym 64 x 76 cm o gramaturze 47 g/m²

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



- serweta do angiografii z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze 47g/m², wymiarach 225 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 71 x 330 cm, posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 12 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu (średnica samego okna 7 cm położone docentralnie); serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie z trójwarstwowej warstwy wysokochłonnej Control Plus SMS o wymiarach 120 x 81 cm i gramaturze 99 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O; odporność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 307/325 kPa.

Zestawy zgodne z wymaganiami normy PN 13795

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 23

Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści aby w skład zestawu do operacji endowaskularnych wchodziły fartuchy wykonane z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 100 g/m² (gramatura podstawowa 50 g/m² + gramatura wzmocnienia 50 g/m²) z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu i na rękawach fartucha.

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 104 cm H₂O, w pozostałym obszarze minimum 58 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho/ mokro 337/330 kPa. Mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm (+/-1cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 24

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny Spunlace zgodnego z SWZ, którego odporność na wypychanie na sucho/ mokro wynosi odpowiednio min. 242/221 kPa, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej wynosi min. 175 cm H₂O a na pozostałej powierzchni min. 22,5 cm H₂O. Jednocześnie czystość mikrobiologiczna (wg PN EN- 11737- 1) na całej powierzchni fartucha wynosi 2,05 CFU/100 cm².

Wymóg normy PN EN 13795:2019 w zakresie czystości mikrobiologicznej określa wartość: „>= 300 CFU/100 cm²” na obu powierzchniach wyrobu: krytycznej i mniej krytycznej, zatem wymóg zamawiającego powinien brzmieć: max. 300 CFU/ 100 cm² a nie „min.”300 CFU/ 100 cm²).

Repelentny wobec alkoholi, poziom 9 wg WSP 80.8.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w zakresie czystości mikrobiologicznej na 300 CFU/100 cm², Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 25

Dotyczy Zadania 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny SSMMMS zgodnego z SWZ, o całkowitej gramaturze wraz ze wzmocnieniem 73 g/ m², o odporności na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 175 cm H₂O, o odporności na wypychanie w obszarze krytycznym na sucho/ mokro odpowiednio: min. 162/ 147 kPa oraz poza strefą krytyczną na sucho > 100 kPa. Odporność na rozciąganie na sucho/ mokro odpowiednio: 77/ 80,3 N.

Repelentny wobec alkoholi, poziom 8 wg WSP 80.8.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 26

Dotyczy Zadania 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie samoprzylepnego worka do zbiórki płynów zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że ma wymiar 80 x 55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 27

Dotyczy Zadania 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na detektor Gamma Finder o wym. 9 x 37 cm zbudowanej z folii polietylenowej z jedną taśmą lepną do zamocowania. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Zadania 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na kamerę, światłowód i przewody o długości 244 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 29

Dotyczy Zadania 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na ramię C zgodnej z SWZ, z tą różnicą, że grubość folii osłony wynosi 41 µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 30

Dotyczy Zadania 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego standardowego zgodnego z SWZ, jednakże w pełnej rozmiarówce M; L; XL; XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymuje pozostałe wymogi zapisu SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Zadania 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego standardowego zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że wytrzymałość na wypychanie fartucha wynosi na sucho/ mokro odpowiednio: min. 105/ 81 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 32

Dotyczy Zadania 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na mikroskop LEICA/ Carl Zeiss zgodnej z SWZ, o wymiarach 132x391 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany rozmiar, podtrzymuje pozostałe wymogi SWZ

Pytanie 33

Dotyczy Zadania 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na mikroskop LEICA/ Carl Zeiss zgodnej z SWZ, o wymiarach 117x267 cm wyposażonej w 3 pasy ściągające?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 34

Pakiet 14, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 35

Pakiet 14, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 36

Pakiet 14, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki z gumką w tylnej części

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 37

Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski typu II zamiast IIR.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 38

Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 39

Pakiet 47, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 40

Pakiet 49, poz. 1

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: W pakiecie 49 Zamawiający nie oczekuje fartucha sterylnego, zgodnie z zapisem SWZ, również pakowanie po 50 sztuk wskazuje na ogólnodostępne użytkowanie fartucha na terenie wszystkich oddziałów, poradni itp. Zamawiający szczegółowo opisał wymagania produktowe.

2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 2. Poz. 1?

Odpowiedź: personel medyczny w kontakcie z pacjentem

Pytanie 41

Pakiet 49, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podtrzymuje parametry SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 42

Pakiet 49, poz. 1

Proszę o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania zbiorczego – 10 szt. ilość ta jest wystarczająca aby potwierdzić wymagane parametry.

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza wymaganie dotyczące ilości próbek, dopuszcza 5 sztuk, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie 43

Pakiet 51, poz. 1

Proszę o dopuszczenie:

- Maska medyczna jednorazowego użytku
- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich
- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m² +25 g/m² +25 g/m²
- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm² < 40 Pa/cm²
- oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)
- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy
- bezzapachowa
- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018
- mocowana na gumki
- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm
- dostępna w kolorach: niebieski
- pakowana w kartonik w formie podajnika
- opakowanie 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 44

Pakiet 53, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 45

Pakiet 53, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z lamówką w kolorze koszuli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 46

Pakiet 53, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 47

Pakiet 53, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta pakowanej po 10 sztuk w folię.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 48

Pakiet 53, poz. 2-3

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMIPIB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź: Odnosząc się do pytania norma PN-EN 13795 nie stanowi o tym, co jest lub nie jest wyrobem medycznym. Norma ta systematyzuje i określa jakie są wymagania wobec wyrobów używanych w szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w warunkach Sali operacyjnej. Zamawiający specyfikując produkty i mając na względzie obowiązujące wytyczne, oraz bezpieczeństwo pacjenta wyspecyfikował jednorazowe ubrania niesterylne, higieniczne stanowiące tylko warstwę spodnią, na którą zgodnie z normą PN-EN 13795 stosuje wyroby medyczne z długimi rękawicami itd. lub jako ubrania dla innego personelu, nie będącego bezpośrednio na Sali operacyjnej

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaofiarowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednorazowych ubrań operacyjnych, zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 49

Pakiet 53, poz. 2-3

Proszę o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 50

Pakiet 53, poz. 2

Proszę o dopuszczenie bluzy wykonanej z włókniny SMS.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 51

Pakiet 64, poz. 1

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź: Odnosząc się do pytania norma PN-EN 13795 nie stanowi o tym, co jest lub nie jest wyrobem medycznym. Norma ta systematyzuje i określa jakie są wymagania wobec wyrobów używanych w szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w warunkach Sali operacyjnej. Zamawiający specyfikując produkty mając na względzie obowiązujące wytyczne, oraz bezpieczeństwo pacjenta wyspecyfikował jednorazowe ubrania niesterylne, higieniczne stanowiące tylko warstwę spodnią na którą zgodnie z normą PN-EN 13795 stosuje wyroby medyczne z długimi rękawicami itd. lub jako ubrania dla innego personelu nie będącego bezpośrednio na Sali operacyjnej

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednorazowych ubrań operacyjnych, higienicznych zgodnie z SWZ

3. W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuście ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie wymaga ubrań sterylnych i jałowych zgodnie z normą PN-EN 13795

4. Czy Zamawiający wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu zgodnego z OPZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 52

Pakiet 64, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMS 40 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 53

Pakiet 64, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 54

Pakiet 64, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim oraz zielonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 54

Pakiet 64, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 55

Zadanie 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 56

Zadanie 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 57

Zadanie 15

Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 58

Zadanie 47,

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach o innej wielkości niż wielkość opisana w SWZ, z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 60

Zadanie 48

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 61

Zadanie 49, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramature min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach o innej wielkości niż wielkość opisana w SWZ, z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 62

Zadanie 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach o innej wielkości niż wielkość opisana w SWZ, z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 63

Zadanie 51

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown o gramaturze 25 g/m2 każdej warstwy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 64

Zadanie 64

• Czy zamawiający dopuści gramaturę ubrania, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

• Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 65

Zadanie 44

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu tożsamego z opisany w SIWZ z tą różnicą , iż posiada dodatkowy element 1 x bezpieczny skalpel z rączką ostrze nr 11.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zadanie 6, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaferowania fartucha o gramaturze w obszarze wzmocnień 105 g/m², o odporności na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 19 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro w obszarze wzmocnionym 161/153 kPa, czystość mikrobiologiczna (przed procesem sterylizacji) mniejsza/równa 100 CFU/100cm², opakowanie zawiera minimum 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej, fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 67

Zadanie 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaferowania fartucha o gramaturze w obszarze wzmocnień 75 g/m², o odporności na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H₂O, poza obszarem krytycznym min. 37 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro w obszarze wzmocnionym 155/144 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 70/130N w obszarze krytycznym, opakowanie zawiera minimum 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej, fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 67

Pakiet 14, poz. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu badań w karcie parametrów techniczno użytkowych potwierdzających antyalergiczną.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 68

Pakiet 29

Prosimy o dopuszczenie zaferowania ręczników o bardzo wysokiej chłonności wykonanych z białej celulozy wzmocnionej białą nitką poliestrową, w rozmiarze 30x40cm, o gramaturze 65 g/m². Pakowane a' 2 szt. Opakowanie zbiorcze 120 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 69

Pakiet 41

Prosimy o dopuszczenie zaferowania fartucha chirurgicznego standardowego - wykonany z włókniny typu SMMS. W pełnej numeracji rozmiarowej tj. S/M, L, XL, XXL i XLLong do wyboru zamawiającego. Wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 144 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 155 kPa. Opakowanie zewnętrzne posiada: min. dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 70

§6 ust. 3 - Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 70% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 70% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości netto ceny określonej w § 2 ust. 1 umowy , co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający ustala, iż maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Pytanie 71

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 3 poz. 4 – Zestaw do Laparotomii Onkologicznej (ZLO)**

(było) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG 20 nitkowej

(będzie) - 10 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej o wielkości 40x40 cm z nitką RTG min. 17 nitkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 72

dot. Zadania 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M – XXXL, wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 98 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 126 kPa (wyniki dla strefy krtycznej produktu), Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Pytanie 73

Pakiet 8

Poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet z laminatu folii i włókniny o gramaturze 55g/m²? Włóknina SMS nie jest surowcem barierowym dla płynów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania serwet z laminatu folii i włókniny o gramaturze minimum 55g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240 cm zamiast 150x240? Pozostałe zgodnie z wymogami. Czy zamawiający wymaga złożenia próbki na potwierdzenie, że przyklepiec jest wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Poz. 4 Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 z przyklepcem zamiast 75x75? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 74

Pakiet 9

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g /m² zamiast 55 g/m² o wymiarach 30 x 80 cm, zamiast 35x80 cm? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kieszenie na ssak i końcówki do elektrochirurgii: dwudzielną z przyklepcem o wymiarach 35x42 zamiast 38x43 cm? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 75

Pakiet 28 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne o wielkości 80cm x max.225 cm zamiast 100 x max 225? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 90cm x 160cm zamiast 90x140 cm. Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 76

Pakiet 35 Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji jamy brzusznej – APNEL o składzie:

- 1 x Osłona na stolik Mayo wzmocniona włókniną wiskozową o wymiarach 76x85 zamiast 60x140 cm - chcemy dodać, że warstwa chłonna nie jest potrzebna na całej długości serwety, a jedynie na tej, która pokrywa część roboczą stolika Mayo. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

- 1 x Serweta górna samoprzylepna - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 200x240 cm, zamiast 200x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze 55 g/m² zamiast 59 g/m², z dodatkowym wzmocnieniem o wymiarach min. 30-33 x 80 cm zamiast 30x80 cm wykonanym z włókniny polipropylenowej

spunbond zamiast trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa,

warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią

warstwę laminatu , o łącznej gramaturze 115 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), odporność na

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety i wzmocnienia to 308 cm H₂O zamiast 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie serwety i wzmocnienia to 207 kPa zamiast 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie serwety i wzmocnienia na mokro w poprzek 95 N zamiast 120N. Serweta bez organizerów na dreny i przewody wykończona taśmą lepną.

- 1 x Serweta dolna samoprzylepna o wymiarach min. 180x200 cm, zamiast 180x200 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze 55 g/m² zamiast 59 g/m², z dodatkowym wzmocnieniem o wymiarach min. 65x75 cm zamiast 65x75 cm wykonanym z włókniny polipropylenowej spunbond zamiast trójwarstwowym laminatem, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu, o gramaturze 115 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety i wzmocnienia to 308 cm H₂O zamiast 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie serwety i wzmocnienia to 207 kPa zamiast 107 kPa, wytrzymałość na rozerwanie serwety i wzmocnienia na mokro w poprzek 95 N zamiast 120 N. Serweta wykończona taśmą lepną, przy dłuższym brzegu serwety.
- 2 x Serweta boczna samoprzylepna o wymiarach 75x90 cm zamiast 80x100 cm (+/-3 cm) wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 62 g/m², z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62gr/m², wielkość łat chłonnych min 30 cm x 50 cm, zamiast trójwarstwowego laminatu, gdzie warstwa 1- włóknina wiskozowa, warstwa 2- włóknina celulozowa, warstwa 3- folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze (serweta plus łata) 125 g/m² zamiast 104 g/m² (+/-1g), Pozostałe zgodnie z wymogami.
- 1 x Serweta o wymiarach 160x120 cm zamiast 100x100 cm do przykrycia narzędzi na stoliku podręcznym, wykonana z włókniny sms 35 gr/m² – chcemy dodać że ta serweta służy jedynie do przykrycia narzędzi zamiast dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy 31 H₂O zamiast 200 cm H₂O.
- 1 x Rzep, organizer przewodów o wymiarach 2x25 cm zamiast 2-2,5x22-23 cm
- 1 podwójna kieszeń samoprzylepna 35x42 cm zamiast 30x40 (+/-10%)

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



- 1 x Serweta foliowana o wymiarach 80x90 cm zamiast 100x120-125 cm, w kolorze

niebieskim zamiast przezroczysta, pozostałe zgodnie z wymogami.

- 1 x Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o

gramaturze 55 g/m² zamiast 59 g/m², Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy skład wymagając 2x Rzep, organizer przewodów o wymiarach 2x25 cm zamiast 2-2,5x22-23 (brak na serwecie głównej), pozostałe parametry zgodnie SWZ

Pytanie 77

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standardowy (FCHS) - w numeracji rozmiarowej MXXL zamiast S-XXXL - wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 132 kPa zamiast 145 kPa.

Pozostałe zgodnie z wymogami. Chcemy nadmienić, że wszyscy producenci fartuchów chirurgicznych produkują fartuchy w rozmiarach M-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 78

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny 1x użytku wykonany z miękkiej włókniny typu SMS zamiast SMMS, kolor (niebieski, zielony do wyboru Zamawiającego). Rękawy zintegrowane, a nie wszywane, spodnie wiązane na troki, rękawy i nogawki spodni bez podszycia na końcach zamiast podwinięte i obszyte. Wszystkie pozostałe z wymogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy do 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80

Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §9 ust. 3 wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z §9 ust. 3 umowy, poza sytuacją podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn. Umowy, zawsze wzywa uprzednio Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

Pytanie 81

Pakiet 57

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do wszczepienia rozruszników i stymulatorów sercowych

o składzie:

- 1 x Serweta zabiegowa o wymiarach 240 x 320 zamiast 220-230 x 320 cm, wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze 55 g/m² zamiast 59 g/m², z przezroczystymi wstawkami po obu stronach min. 60 x 320 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Dookoła otworów dodatkowa warstwa chłonna o wymiarach 120 x 80 cm zamiast 100 x 120 cm (+/-3 cm) wykonana z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej, łączna gramatura 115 g/m², zamiast laminatu 3-warstwowego, gdzie warstwa 1 - włóknina wiskozowa, warstwa 2 - włóknina celulozowa, warstwa 3 - folia polietylenowa PE stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze 104 g/m² (+/-1g), pozostałe parametry zgodnie z wymogami.
- 1 x osłona foliowa na aparat RTG o wymiarach 162 x 81 cm ściągnięta elastyczną gumką.
- 1 x Fartuch chirurgiczny, w rozmiarze M, wykonany z włókniny SMS, gramatura min. 35 g/m² zamiast 40 g/m², nieprzemakalność 37 cm H₂O zamiast 96,4 cm/H₂O (+/-3), wytrzymałość na wypychanie 132 kPa.
- 1 x Fartuch chirurgiczny, w rozmiarze L, wykonany z włókniny SMS, gramatura min. 35 g/m² zamiast 40 g/m², nieprzemakalność 37 cm H₂O zamiast 96,4 cm/H₂O (+/-3), wytrzymałość na wypychanie 132 kPa.
- 1 x Serweta na stolik zabiegowy podfoliowana, dwuwarstwowa w rozmiarze 75 x 90 zamiast 75 x 100 cm, o gramaturze min. 55 g/m² zamiast 59 gr/m², pozostałe zgodnie z wymogami.
- 1 x Osłona na stolik Mayo w rozmiarze 145 x 80 cm zamiast 140 x 80 cm składana teleskopowo do wewnątrz, wzmocniona włókniną polipropylenową zamiast laminatem dwuwarstwowym o wymiarach 76 x 85 zamiast 70 x 75-80 cm o gramaturze min. 82 g/m² zamiast 59 g/m².
- 1 x Opatrunek chłonny przylepny w rozmiarze 8 x 15 cm zamiast 9 x 15 cm,
- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocniona w części środkowej 66 x 190 cm zamiast 60-65 x 190-200 cm, pozostałe zgodnie z wymogami.

Wszystkie pozostałe elementy zgodnie z wymogami

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry , wymaga utrzymania parametru 1x osłona foliowa na aparat RTG o wymiarach 140x140 cm ściągnięta elastyczną gumką , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 82

Pakiet 57 Czy Zamawiający dopuszcza, aby 2x serweta w rozmiarze 60 x 90 cm podfoliowana, samoprzylepna, w górnej części złożona w 2/3 tworząc w ten sposób kieszeń wykonana była z serwety z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o chłonności min. 950 g? Czy na potwierdzenie chłonności zaoferowanej serwety Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta podkładu, a nie przez producenta zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 83

Pakiet 6 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego z wewnętrznym owinięciem z włókniny SMS. Opakowanie zewnętrzne posiada: 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer ref, numer serii, datę ważności oraz oznaczenie producenta. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 84

Pakiet 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze łącznej w obszarze krytycznym 66g/m². Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne z rozmiarem, nazwą wyrobu, numerem ref, numerem serii, datę ważności oraz oznaczenie producenta. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 85

Pakiet 9 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony na kończynę 36,5x72cm, bezłateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7$ log₁₀) o gramaturze 58g/m², odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H₂O), pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 86

Pakiet 9 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przyklepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 87

Pakiet 9 poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej torby na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 88

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 89

Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwięzającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepnią do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 90

Pakiet 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na ramię C z folii polietylenowej o grubości 40µm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 91

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pakiet 16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaferowania markera do skóry z linijką z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową) , co zagwarantuje utrzymanie stabilności linijki w wilgotnym środowisku -

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 92

Pakiet 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników wykonanych z włókniny typu spunlace (30% wiskoza/70% PES) o gramaturze 55g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 93

Pakiet 41 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 94

Pakiet 41 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankiem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 95

Pakiet 46 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm²,

- gramatura podstawowa: 295 g/m² - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 96

Pakiet 46 poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony z minimalnie innym wymiarze tj. 33,5x72,5cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 97

Pakiet 46 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego kocyka do przenoszenia pacjenta wykonany z poliestru o gramaturze 80 g/m² i wytrzymałości max. 226 kg (suchy i mokry). Wymiary 102x152 +/- 3 cm, kolor biały. Pakowany po 50 szt/op. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 98

Pakiet 47 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 99

Pakiet 54 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby izolującej do przechowywania narzędzi. Sterylna, przezroczysta wykonana z lepszego, matowego, termoplastycznego elastomeru poliuretanowego nieprzepuszczalnego dla płynów z dwoma tasemkami do zaciągania umożliwiającymi szczelne zamknięcie torby. Rozmiar 51x51 cm . Wyrób medyczny klasa I s. Sterylizacja EO .Opakowanie handlowe 40 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Pytanie 100

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpydrowych z syntetycznym pokryciem polimerowym, zgodnych z normami: EN 455-1,2,3,4, EN ISO 374-1,5 EN 374-2,3,4, EN 16523-1, EN 388, EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM D 6978, ISO 16604, ISO 13485, termin ważności 35 mies. od

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



daty produkcji, pozostałe zgodnie z SWZ Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych bezpudrowych, wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 101

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o charakterystyce: rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein alergicznych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 102

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jasnobrązowych rękawic neoprenowych (syntetycznych) z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, zgodne z normami: EN 455-1,2,3,4, EN 374-1,2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN 980, ISO 15223, ASTM F1671, EN 556-1, ISO 13485, termin ważności 35 mies. od daty produkcji, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 103

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o charakterystyce: rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie,

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



anatomiczne, jasnobrązowe. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 104

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jasnobrązowych rękawic neoprenowych (syntetycznych), warstwa wewnętrzna nitylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, zgodnych z normami: EN 455-1,2,3,4, EN 374-1,2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN 980, ISO 15223, ASTM F1671, EN 556-1, ISO 13485, termin ważności 35 mies. od daty produkcji, pozostałe zgodnie z SWZ Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o charakterystyce: rękawice chirurgiczne, polichloroprenowe (neoprenowe), bezpydrowe, warstwa wewnętrzna nitylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ min. B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (informacja fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 105

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o charakterystyce: Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm². AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 106

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie oczekuje, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 107

Pakiet 62 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenie wraz z ofertą próbek w rozmiarze 9,0 bądź dopuszczenie próbek w rozmiarze 8,5 w zamian za rozmiar 9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 108

Pakiet 64 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych w kolorze niebieskim i zielonym. Pakowane osobno, zapakowane spodnie i osobno zapakowane bluzy dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 109

Pytanie 1, dotyczy Zadania 2, poz. 1, Zestaw do Operacji Pediatrycznych (ZOP):

Czy zamawiający dopuści Zestaw do Operacji Pediatrycznych zawierający miskę 120ml?
Reszta parametrów zgoda z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Czy zamawiający dopuści próbkę niesterylną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 110

dotyczy Zadania 3, poz. 1,2,3,4,5 :

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 111

dotyczy zadania 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do Operacji Brzuszo - Kroczywych (ZOBK) o składzie istotnie zbliżonym do składu, który aktualnie jest dostarczany do szpitala :

1x Serweta chirurgiczna o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, w okolicach jamy brzusznej samoprzylepny otwór o wymiarach 25x30 cm otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem wyposażone w



organizatory przewodów i dwie zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m² i odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H₂O.

1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75 x 75cm, wykonana z laminatu min. czterowarstwowego, umożliwiającego pochłonięcie płynów i materiału biologicznego, pozostająca sucha na powierzchni, gramatura min. 101 g/m²,

1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2,5x30 cm

1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna,

2x Ściereczki do wycierania rąk min.30 x 35 cm

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80g/m²,

1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z laminatu o gramaturze min 59g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min.89kPa.

1 x Pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli

1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40x40 cm w wplecioną nitką radiacyjną. zapakowane w torebkę papierową lub kartonik

1 x Miska 150 ml

1 x Miska 250 ml

1 x Miska 500 ml

2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony , rozmiar XL

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierająca informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykietce samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 112

dotyczy zadania 3 poz. 2:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuści Zestaw do Operacji Tarczycy (ZOT) o składzie istotnie zbliżonym do składu, który aktualnie jest dostarczany do szpitala :

1 x Serweta do operacji na tarczycy o wymiarach min. 200/ 280 x 350 cm z otworem samoprzylepnym min. 11x11cm, wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², wzmocniona w części krytycznej laminatem trójwarstwowym o gramaturze min 104 g/m² i nieprzemakalności min 200 cmH₂O,

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80g/m²,

1 x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150 x 210 cm, wykonana z laminatu o gramaturze min. 59/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 89 kPa .

1 x Organizator przewodów o wymiarach 2,5x 30 cm z repozycjonowaną taśmą lepną.

1 x Taśma samoprzylepna min 9 x 49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji

2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 30x25 cm.

1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli

1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik.

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40x40 cm w wplecioną nitką radiacyjną. zapakowane w torebkę papierową lub kartonik.

1 x Mata pod narzędzia, silikonowa zabezpieczająca przed upadkiem, kolor odróżniający się od serwety operacyjnej,

1 x Miska 150 ml

1 x Miska 250 ml

1 x Miska 500 ml

1 x Kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa 35x40 cm

2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony , rozmiar XL

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sonlara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, dobrze utrzymującym się podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, Wszystkie serwety cechują się I klasą palności. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 113

dotyczy Zadania 3, poz. 5 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw do Chirurgii Piersi w składzie :

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80g/m²,

1 x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 cm x 210 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 89 kPa

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 300 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 55x20cm oraz organizatorami przewodów,

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 200x200cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 50x20cm cm oraz organizatorami przewodów,

2 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 100x100cm wykonana z czterowarstwowego laminatu o gramaturze min 105g/m², pochłaniająca płyny i materiał biologiczny; pozostająca na powierzchni sucha.

1 x Taśma lepna min.9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna

2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 30 x 25 cm.

1 x Pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli

1 x 10 szt Kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nicią rtg, tufery zapakowane w torebka papierową lub kartonik.

1 x Miska 500ml,

1 x Miska 250ml,

1 x Miska 150ml,

1 x Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa 30x50 cm, lub kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 30x40 cm

2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL;

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min. 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej -

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm. Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min 59 g/m² w strefie krytycznej laminat czterowarstwowy o gramaturze min. 71 g/m², wyposażony w warstwę chłonną na bazie wiskozy o gramaturze min 50 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 194 cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 104/110 kPa. Wszystkie serwety cechują się I klasą palności. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (min. dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 114

dotyczy Zadania 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do Dolnych Operacji Ginekologicznych (ZDOG) o składzie istotnie zbliżonym do składu, który aktualnie jest dostarczany do szpitala :

1 x Serweta ginekologiczna o wymiarach min 200 / 270 x 220 cm zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H₂O, dodatkowo trójkątny worek do zbiórki płynów o wymiarach 50x50cm, wyposażony w sito i spust odpływowy.

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80g/m²,

1 x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 x 210 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 89 kPa

2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 30x25 cm

1 x Taśma przyklepna typu rzep o wymiarach min. 2,2x30 cm

1 x Pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele

1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10 cm x 20 cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40x40 cm w wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową

1 x Miska 150 ml

1 x Miska 250 ml

1 x Miska 500 ml

1 x Kieszka dwukomorowa 35x40cm, samoprzylepna

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, Wszystkie serwety cechują się I klasą palności. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 115

dotyczy zadania 3 poz. 4:

Czy zamawiający dopuści zestaw do Laparotomii Onkologicznej (ZLO) o składzie istotnie zbliżonym do składu, który aktualnie jest dostarczany do szpitala :

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O,

1 x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150 x 210 cm, wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 89 kPa

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 175 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 20 x 55 cm. Warstwa chłonna posiada możliwość przytwierdzenia jej do stolika Mayo, co umożliwi utworzenie tzw. „rynny” do zabezpieczenia przed przypadkowym osunięciem się narzędzia chirurgicznego.

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 45 x 20 cm

2 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75x75cm wykonane z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 103 g/2, w którym wierzchnia warstwa stanowi włókninę wiskozową, środkowa włókninę polipropylenową a spodnia zabezpieczenie w postaci nieprzemakalnego polietylenu.

1 x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m²

1 x Taśma lepna min. 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna

2x Ściereczki do wycierania rąk min.35 x 25 cm

1 x Pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nicią rtg, tupfery zapakowane w torebka papierową lub kartonik.

1 x Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa 30x50 cm, lub kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 30x40 cm

1 x Miska 500 ml,

1 x Miska 250 ml,

1 x Miska 150 ml,

2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL;

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m² w strefie krytycznej laminat trójwarstwowy o gramatura min. 71 g/m², wyposażony w warstwę chłonną na bazie celulozy o gramaturze 50 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 194 cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 104/110 kPa. Wszystkie serwety cechują się I klasą palności Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykietce samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 116

dotyczy Zadania 3, poz. 5 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw do Chirurgii Piersi w składzie :

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze w części chłonnej min. 80g/m²,

1 x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 cm x 210 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 89 kPa

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 300 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 55x20cm oraz organizatorami przewodów,

1 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 200x200cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 50x20cm cm oraz organizatorami przewodów,

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



2 x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 100x100cm wykonana z czterowarstwowego laminatu o gramaturze min 105g/m², pochłaniająca płyny i materiał biologiczny, pozostająca na powierzchni sucha.

1 x Taśma lepną min. 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna

2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 30 x 25 cm.

1 x Pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli

1 x 10 szt Kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik

1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nicią rtg, tufery zapakowane w torebka papierową lub kartonik.

1 x Miska 500ml,

1 x Miska 250ml,

1 x Miska 150ml,

1 x Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa 30x50 cm, lub kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 30x40 cm

1 x Osłona na pilota

2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL;

1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L.

Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min. 98g/m²; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonna w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm. Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min 59 g/m² w strefie krytycznej laminat czterowarstwowy o gramaturze min. 71 g/m², wyposażony w warstwę chłonną na bazie wiskozy o gramaturze min 50 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 194 cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 104/110 kPa. Wszystkie serwety cechują się I klasą palności. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (min. dwie mini-etkiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykietce samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ

Pytanie 117

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 118

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający dopuści obuwie dostępne w trzech kolorach, tj.: zielonym, niebieskim i fioletowym, dopuszczając próbkę będącą załącznikiem do oferty, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 119

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający dopuści obuwie bez wkładki?

Proponowane obuwie posiada wypustki po wewnętrznej stronie podbicia, które tworzą poduszkę powietrzną między stopą a powierzchnią buta, dzięki czemu minimalizowana jest potliwość stopy. Odpowiedni przepływ powietrza zapewniają też otwory wentylacyjne po bokach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 120

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne bez odpinanego paska, natomiast z podwyższeniem na pięcie, które zabezpiecza stopę przed wysuwaniem się?

Pasek w procesie prania często ulega zniszczeniu – pęka, ulega przerwaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 121

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający dopuści obuwie zawodowe klasy I, zgodnie z art. 10 z załącznika II Dyrektywy 89/686 EEC, dotyczącej środków ochrony indywidualnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 122

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający, chcąc otrzymać obuwie najwyższej jakości, wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344?

Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować jakość zaoferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 123

dotyczy Zadania 22 :

Czy Zamawiający zmieni dla Zadania nr 22 termin dostaw częściowych na minimalnie 2 dni robocze, co będzie najwyżej oceniane, a maksymalnie na 10 dni roboczych?

2 dni robocze jako termin maksymalny są mało racjonalne. W obecnych czasach transport drogowy jest bardzo utrudniony i nawet szybkie metody jak przesyłki kurierskie często zmagają się z opóźnieniami.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację w zakresie terminu dostawy w przypadku zadania 22.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Mucha-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

