



GCM.271.1.2022

Trzebnica, 08.07.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr GCM.271.1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój sp. z o.o. poprzez rozbudowę istniejącego aparatu RTG do systemu cyfrowego opartego o dwa detektory wifi oraz oprogramowanie dla stacji technika**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 3:

Dotyczy: 2a iv Czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze pola aktywnego 423 x 358 mm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wartości wymaganej, która nie wpływa na możliwości diagnostyczne urządzenia.

Odpowiedź nr 3:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: 2b v Czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze pola aktywnego 423 x 423 mm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wartości wymaganej, która nie wpływa na możliwości diagnostyczne urządzenia.

Odpowiedź nr 4:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający skróci czas gwarancji na baterię do 6 m-cy, czy należy w cenę oferty doliczyć ilość baterii razy 6 co podroży ofertę?

Baterie są elementami zużywalnymi, podlegającymi eksploatacyjnemu zużyciu. Producenci baterii dają standardowo 6 miesięcy gwarancji na baterię.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie skraca czasu gwarancji, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową