



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T: 75 738 00 00
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 04 styczeń 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania badań biochemiczno-immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych oraz wdrożenie systemu LIS, dostarczenie sortownika próbek biologicznych, dostarczenie chłodni laboratoryjnych, wirówek laboratoryjnych dla Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 46/PN/2023).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

PYTANIA DO UMOWY:

1. par. 9 W projekcie umowy Z, nie zawarto postanowień umownych, dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z tym, że umowa, która zostanie zawarta w wyniku przetargu, ma być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowienia takie są wymagane przez art. 439 Prawa zamówień publicznych. Czy wobec powyższego postanowienia te zostaną wprowadzone do projektu umowy?

Poniżej dołączamy proponowane przez nas brzmienie postanowień zgodnych z art. 439 PZP:

§9

1. Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów

zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).
 3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.
 4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.
 5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.
 6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.
 7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.
 8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.
 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.
 10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.
2. par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu roku (dalej: Umowa)

pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:, o kapitale zakładowym w wysokości:....., Zarząd w składzie:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:, o kapitale zakładowym w wysokości:....., Zarząd w składzie:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

- w dniu Strony zawarły umowę (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest,
- usługi świadczone przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę operacji na danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy,
- Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) Rozporządzenie (UE) 2016/679 – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- 2) Umowa główna – oznacza zawartą przez Strony umowę o świadczenie usług z dnia
- 3) Usługi – oznaczają usługi, o których mowa w Umowy głównej;
- 4) administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) dane osobowe – oznacza dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 6) naruszenie ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- 8) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Zleceniobiorca przetwarza w imieniu Zleceniodawcy.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych medycznych pacjentów Administratora (dalej, jako „Dane Osobowe”) na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Zleceniobiorca zobowiązał się w Umowie głównej.

2. Zleceniobiorca, jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zleceniodawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Na powierzone Zleceniobiorcy Dane Osobowe składają się następujące typy danych szczególności:
 - a. Dane o stanie zdrowia
 - b. Dane kontaktowe
4. Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
5. Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zleceniodawcy na podstawie Umowy głównej.
6. Zleceniodawca oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
7. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności (Rekomendowane jest wskazanie poniżej takich osób z wskazaniem ich imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w celu zapewnienia kontroli nad komunikacją pomiędzy stronami w sprawach związanych z ochroną danych np. dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych):
 - a. Osoby kontaktowe po stronie Zleceniodawcy
 1. – jako główna osoba kontaktowa
 2. – jako osoba zastępująca
 - b. Osoby kontaktowe po stronie Zleceniobiorcy
 1. – jako główna osoba kontaktowa
 2. – jako osoba zastępująca

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

1. Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod

warunkiem poinformowania Zleceniodawcy o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących takich innych podmiotów przetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zleceniodawca jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Zleceniobiorcę w terminie dni od otrzymania od Zleceniobiorcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zleceniodawcę dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Zleceniobiorcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych, jakie spoczywają na Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Zleceniobiorcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Zleceniodawca podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:
 - a. „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do procesorów z państw trzecich, bądź
 - b. „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia (UE) 2016/679,lub upoważni na piśmie Zleceniobiorcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Zleceniobiorcę do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych.

6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej.
7. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Zleceniobiorcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

§ 5

Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zleceniodawcy uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.
3. Zleceniobiorca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
4. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
5. Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
7. Zleceniobiorca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na pytania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Zleceniobiorcę wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do

samodzielnego – w szczególności bez konsultacji ze Zleceniodawcą – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniami podmiotów danych.

8. Zleceniobiorca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
9. Zleceniobiorca jest obowiązany udostępnić Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
10. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.
12. Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zgłosić je Zleceniodawcy wskazując w zgłoszeniu:
 - a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 - c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Zleceniobiorcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

§ 6

Prawo audytu

1. Zleceniodawca jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Zleceniobiorca spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
 - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu

przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail:..... o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na dni przed rozpoczęciem audytu.

- b. Zleceniodawca prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zleceniodawcę do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
2. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:
 - a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
 - b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
 - c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
 - d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
 - e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
 - f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych.
 3. Zleceniodawca dostarcza Zleceniobiorcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Zleceniobiorcy z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Zleceniobiorca jest obowiązany, Zleceniobiorca niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Zleceniobiorcę Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Zleceniobiorca powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Zleceniobiorca w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Zleceniobiorcę żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniobiorca zależnie od decyzji Zleceniodawcy usuwa lub zwraca Zleceniodawcy powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zleceniodawcy, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Zleceniobiorcy nakazują Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca odpowiada jak administrator.
5. Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również poinformować o tym Zleceniodawcę na piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający uwzględni wskazane zapisy w projekcie umowy
2. Zamawiający nie przewiduje udostępniania danych osobowych w trakcie realizacji umowy.

Pytanie 2:

1. Dotyczy Załącznik 2 j do Formularza Cenowego:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sprzęt, który posiada spełnia wymagania (zgodnie z poniższą tabelą) niezbędne do wdrożenia LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (LIS):

serwer	procesor Xeon 6- rdzeniowy (zalecany 8- rdzeniowy), 32 GB RAM z możliwością rozbudowy do 256GB(zalecana ilość pamięci RAM 1,7 X rozmiar bazy), 2 x SSD min. 1TB SATA/SAS (Hot-Swap), kontroler sprzętowy z własną pamięcią pozwalający na ustawienie pracy dysków w trybie Pass-Through (HBA mode, IT mode, jbod - w zależności od producenta różnie się to nazywa) nie wspieramy kontrolera lsi 2008 Falcon, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera z funkcją wyłączania komputera (lista kompatybilności ups'ów z systemem znajduje się na stronie https://networkupstools.org/stable-hcl.html) ". Sprzęt dostosowany do pracy pod systemem LINUX. Oprogramowanie (LINUX, serwer SQL) zapewnia Marcel, instalacja w siedzibie
stacja robocza	procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM , dysk SSD, monitor 21,5"LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS odpowiedni do modelu komputera. Windows 10/11 (w przypadku komputera z zainstalowanym Windows 10 wymagana jest możliwość podniesienia wersji systemu do Windows 11) W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom +1 (= minimum 2) (nie dotyczy eKrew) Dla komputerów służących rejestracji zleceń i przyjęcia materiału: karta dźwiękowa + głośniki(nie dotyczy eKrew).
drukarka do wyników	laserowa monochromatyczna, druk na papierze A4/A5, o wydajności 25 stron/min, obciążenie zalecane min. 50000/miesiąc, sieciowa. Zalecane: HP LaserJet PRO/Ent M5xx M6xxdn dn lub Drukarka OKI B5xxdn,Drukarka laserowa Kyocera-Mita ECOSYS"
czytnik kodów kreskowych	podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny prefix i suffix (jeżeli inny niż oferowany przez Marcel, zaprogramowanie należy do użytkownika). Zalecane: Zebra LS2208 usb od 220

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający w osobnym postępowaniu zakupi nowy dedykowany serwer przeznaczony do wdrażania nowego systemu LIS, umożliwiający jak największą wirtualizację (Vmware) systemów operacyjnych jak i innych usług instalowanych wraz z systemem dla laboratorium.

W procesie przed wdrożeniowym Wykonawca wraz z działem IT ustalą koncepcję środowiska dla przyszłego systemu np.: ilość maszyn wirtualnych, rozdzielenie serwera bazy danych od serwera aplikacji, zasoby dyskowe do walidacji itp.), który zostanie zrealizowana na nowym serwerze.

Wykonawca musi dostarczyć licencje na system operacyjny (Windows, Linux) i bazę danych (Oracle, MS SQL), jeśli będą używane płatne wersje. W przypadku, jeśli system operacyjny będzie działać na Windows Server zamawiający wymaga edycji Datacenter. Dodatkowo, jeśli oferowane rozwiązanie

wymaga licencje CAL lub per procesor, wykonawca również musi dostarczyć odpowiednie licencje w odpowiednich ilościach.

W przypadku stacji roboczych Zamawiający posiada sprzęt komputerowy, jednocześnie realizowany będzie realizowany zakup nowy sprzętu, po ustaleniach z Wykonawcą będą zakupione stacje robocze z odpowiednimi portami lub też komputery AIO w miejsce, gdzie nie będzie wymagane posiadanie specyficznych portów.

Zamawiający posiada drukarki oraz czytniki kodów kreskowych, jeśli w trakcie wdrożenia okaże się, że z jakiś powodów posiadane urządzenia będą mało wydajne, zostanie zakupiony nowy sprzęt.

Pytanie 3:

1. Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o dodanie, w wymienionych pozycjach przedmiotu dzierżawy, pozycji „System LIS”.
2. Dotyczy § 3ust. 5 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikacje niniejszego zapisu na: „Termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 5 dni roboczych (termin stanowi kryterium oceny ofert), licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia przedmiotu zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena i wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. Wykonawca umożliwi realizację zamówienia w trybie CITO- do 72 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia elektronicznie”. Uzasadnienie: w niniejszym przetargu kryterium oceny ofert jest cena (60%) oraz parametry techniczne (40%).
3. Dotyczy § 1 ust. 11 pkt. 11.2. projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o dodanie pozycji : Analizator biochemiczno-immunochemiczny backup.
4. Dotyczy § 3 ust. 10 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o usunięcie następującego wymogu: „Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych dostarczonych towarów i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć i poinformować Zamawiającego wcześniej o brakach w asortymencie z 14 dniowym wyprzedzeniem, gdyż nie ma wiedzy jakie produkty będzie Zamawiający chciał zamówić.

5. W związku z rozbieżnymi zapisami w SWZ i projekcie umowy dotyczącymi warunków serwisowych prosimy Zamawiającego o ich ujednoczenie w następujący sposób: „reakcja serwisu wynosi 24h od zgłoszenia awarii krytycznej, w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii (bez określenia „krytyczna”). Kontakt telefoniczny z inżynierem serwisu w godz. 8:00 – 21:00 przez 7 dni w

tygodniu. W przypadku, gdy wada nie może być usunięta w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania aparatu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianych aparatów oraz określenia terminu, w którym wadę usunie.

6. Dotyczy § 3 ust. 12 pkt. 12.2 projektu umowy oraz § 6 ust. 4 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na: "W przypadku braku asortymentu wymienionego w formularzu cenowym, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego oraz zapewnienia odpowiednika w terminie jak w pkt. 5, w cenach przetargowych, po uprzednim uzgodnieniu odpowiednika z Zamawiającym, przy czym cena odpowiednika nie może przekroczyć ceny przetargowej (odczynniki z przeliczeniem za test)".
7. Dotyczy § 3 ust. 12 pkt. 12.4 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o poprawienie zapisu pkt. 12.4: „w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w pkt 12.2 umowy bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”.
8. Dotyczy § 3 ust. 11 pkt. 11.12 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego zapisu na: „Wykonawca oświadcza, w ramach ustalonego czynszu dzierżawnego zapewni materiały zużywalne (z wyjątkiem pozycji uwzględnionych w formularzu asortymentowo-cenowym), autoryzowany serwis gwarancyjny i naprawy gwarancyjne urządzenia/ń wynikające z normalnego użytkowania, a nie wynikające z winy Zamawiającego oraz wymagane przeglądy okresowe, świadczone będą przez Wykonawcę w ramach ustalonego czynszu dzierżawnego. Szczegółowe warunki wykonywania serwisu, określa umowa serwisowa stanowiąca załącznik do protokołu zdawczo- odbiorczego urządzenia”.
9. Dotyczy § 6 ust. 13 projektu umowy: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników immunochemicznych z 4 miesięcznym terminem ważności oraz odczynników anty SARS-CoV2 z 3 miesięcznym terminem ważności?
10. Dotyczy § 6 ust. 15 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę niniejszego zapisu na „Dostarczony asortyment musi posiadać termin ważności określony w §6 ust. 13 licząc od daty każdorazowej dostawy. W przypadku gdy termin ważności jest krótszy Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę tego asortymentu z krótszym terminem ważności.”
11. Dotyczy § 6 ust. 16 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas rozpatrzenia reklamacji ilościowej i jakościowej wynosił 5 dni roboczych?
12. Dotyczy § 7 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 3 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,02 % wartości netto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni

roboczych i 0,04 % wartości netto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 pkt d). Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,02 % od wartości netto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni roboczych i 0,04 % wartości brutto wartości netto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 3 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki;
- d) W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym terminie - z powodu:
 - braku dostaw z winy wykonawcy,
 - niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną do odbiorcy zewnętrznego),
 - niesprawnego przedmiotu zamówienia (np. analizatory, wirówka)
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich
- e) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy netto;

2. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie

Uzasadnienie: Kara w takiej wysokości nosi znamiona kary rażąco wygórowanej w rozumieniu art. 484 par. 2 KC.

13. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów zgodnych z art. 455 ustawy PZP.

14. Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

15. Dotyczy § 9 ust. 9 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie było większe niż 20%, a minimalny próg wykonania umowy wynosił min. 80%
16. Dotyczy § 9 ust. 10 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego zapisu na „Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez skrócenie czasu obowiązywania umowy w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w §4 ust.2, przed terminem zakończenia umowy, określonym w §2 lub wydłużenie czasu obowiązywania umowy aż do wyczerpania szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w §4 ust.2 jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.”
17. Dotyczy § 9 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisów zgodnych z art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem art. 44 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) tj. możliwości wprowadzenia zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) w przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 Strony, jako klauzulę waloryzacyjną przyjmują wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS- u w Monitorze Polskim, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie częściej niż 1 raz w roku po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
18. Czy Zamawiający zaakceptuje i podpisze wraz z umową główną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór dołączamy do naszych pytań?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy: Zamawiającego dodaje, w wymienionych pozycjach przedmiotu dzierżawy, pozycji „System LIS”.
2. Dotyczy § 3 ust. 5 projektu umowy: Zamawiającego modyfikuje niniejszy zapis na: „Termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia przedmiotu zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena i wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. Wykonawca umożliwi realizację zamówienia w trybie CITO- do 72 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia elektronicznie”.
3. Dotyczy § 3 ust. 11 pkt. 11.2. projektu umowy: Zamawiającego dodał wskazana pozycję: Analizator biochemiczno-immunochemiczny backup.
4. Dotyczy § 3 ust. 10 projektu umowy: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu. Dopuszcza dopisanie zapisu „o ile będzie miał taką wiedzę”
5. Zamawiający ujedynolcił zapisy w tym zakresie.
6. Zamawiający zmodyfikował zapisy w tym zakresie.
7. Zamawiający zmodyfikował zapisy w tym zakresie
8. Zamawiający zmodyfikował zapisy w tym zakresie
9. Dotyczy § 6 ust. 13 projektu umowy: Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników immunochemicznych z 4 miesięcznym terminem ważności oraz odczynników anty SARS-CoV2 z 3 miesięcznym terminem ważności
10. Dotyczy § 6 ust. 15 projektu umowy: Zamawiający zmodyfikował zapisy w tym zakresie
11. Dotyczy § 6 ust. 16 projektu umowy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu rozpatrzenia reklamacji ilościowej i jakościowej do 5 dni roboczych
12. Dotyczy § 7 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje kar umownych poza:
 2. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie
13. Zamawiający wprowadził zakres zmian w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy Pzp..
14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy
16. Dotyczy § 9 ust. 11 projektu umowy: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy
17. Dotyczy § 9 projektu umowy: Zamawiający dodał stosowne zapisy w projekcie umowy
18. Zamawiający doda do spornego projektu umowy stosowne zapisy bądź zaprezentuje załącznik stanowiący stosowną umowę powierzenia danych osobowych.

Pytanie 4:

Dot. zał. nr 2h warunki graniczne dla sortera:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające rozpoznawanie kolorów korków za pomocą wbudowanej kamery?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością sortowanie do 1400 probówek na godzinę?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 2.39m, 1.84m, 1.41m?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające rozpoznawanie kolorów korków za pomocą wbudowanej kamery?

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające rozpoznawanie kolorów korków za pomocą wbudowanej kamery.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością sortowanie do 1400 probówek na godzinę?

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością sortowanie do 1400 probówek na godzinę.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 2.39m, 1.84m, 1.41m?

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 2.39m, 1.84m, 1.41m i przeznaczy do tego celu dodatkowe pomieszczenie, jeśli Oferent zobowiąże się je dostosować np. do potrzeb pracy z materiałem biologicznym; oraz jeśli potrzeba, poszerzy otwór drzwiowy (obecnie otwór ma wymiary szer x wys: 85 cm x 205 cm).

Pytanie 5:

1. Czy Zamawiający oczekuje aby dokument przedstawiający rzut pomieszczeń z uwzględnieniem oferowanych rozwiązań powstały po wizji lokalnej w dn. 01.12 został dołączony do oferty.
2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu maksymalnej ilości szafek i półek do dostarczenia przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z wytycznymi dla wyk Zał 2a w tab 1 p 1 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem terminu ważności na pokładzie?
4. Jeśli Zamawiający wymaga - prosimy o wskazanie kolumny zał. 2b do Formularza cenowego, w której kolumnie należy zaoferować ilości odczynników uwzględniających trwałości? Obecny kształt wzorów kolumn uniemożliwia takowe doliczenia.
5. Czy Zamawiający dopuści aby dla badań, których ilość w skali trzech lat wynosi poniżej 700 ozn zaoferowanie doliczeń kontroli na dwóch poziomach wraz z oznaczeniem? Np dla poz 2 ALB BCG wyspecyfikowana ilość wynosi 540 ozn. Zatem proponujemy doliczenie po 540 ozn kontroli dla każdego z poziomów, czyli 1080 ozn. a nie 1580 ozn. kontroli zgodnie z obecnym opisem

wymogu. Taki sposób doliczeń pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie oferty i jest to zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający oczekuje aby dokument przedstawiający rzut pomieszczeń z uwzględnieniem oferowanych rozwiązań powstały po wizji lokalnej w dn. 01.12 został dołączony do oferty.

Dokument przedstawiający rzuty pomieszczeń wraz z umieszczeniem analizatorów i wizualizacją stanowisk do pracy winien być dołączony do oferty.

2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu maksymalnej ilości szafek i półek do dostarczenia przez Wykonawcę.

Zamawiający oczekuje przystosowania pomieszczenia do pracy 6 osób, poprzez dostarczenie biurek/blatów roboczych na których zostanie umieszczonych 6 stanowisk komputerowych. Dodatkowo zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych mebli w postaci kontenerów podbiurkowych (potrzebnych na dokumentację) oraz 8 półek wiszących w wymiarach 90x35 cm potrzebnych na dokumentację. Meble powinny być wykonane z materiałów umożliwiających pracę biurową jak i również pracę z materiałem biologicznym typu krew lub inne płyny z jam ciała.

3. Zgodnie z wytycznymi dla wyk Zał 2a w tab 1 p 1 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem terminu ważności na pokładzie?

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem terminu ważności.

4. Jeśli Zamawiający wymaga - prosimy o wskazanie kolumny zał. 2b do Formularza cenowego, w której kolumnie należy zaoferować ilości odczynników uwzględniających trwałości? Obecny kształt wzorów kolumn uniemożliwia takowe doliczenia.

Zamawiający dokona zmian w konstrukcji tabeli.

5. Czy Zamawiający dopuści aby dla badań, których ilość w skali trzech lat wynosi poniżej 700 ozn zaoferowanie doliczeń kontroli na dwóch poziomach wraz z oznaczeniem? Np dla poz 2 ALB BCG wyspecyfikowana ilość wynosi 540 ozn. Zatem proponujemy doliczenie po 540 ozn kontroli dla każdego z poziomów, czyli 1080 ozn. a nie 1580 ozn. kontroli zgodnie z obecnym opisem wymogu. Taki sposób doliczeń pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie oferty i jest to zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną.

Zamawiający wyraża zgodę.


DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk