

Opis przedmiotu zamówienia IV - Sprzęt i aparatura medyczna dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25

1. Okresowe przeglądy i konserwacje, a w szczególności:
 - zbieranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;
 - wykonywanie oględzin aparatury, usuwanie zauważonych usterek;
 - wykonywanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta;
 - wykonywanie regulacji i pomiarów kontrolnych;
 - sprawdzanie działania wymienionych urządzeń oraz innych określonych przez Wykonawcę form obsługi technicznej;
 - dokonywanie wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu [paszport] wykonywanych czynności;
 - podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika (atestu). W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis;
 - usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością dodatkową jedynie za zużyte materiały i części zamienne o wartości jednostkowej powyżej 20,00 zł;
 - wydawanie orzeczeń technicznych o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy;
 - w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika.
2. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami;
3. Wykonywanie napraw i usuwanie awarii;
4. Dostarczanie części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 200,00 zł), Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu – koszt zakupu części pokrywa Zamawiający;
5. Wykonywanie kalibracji i kontrola elektryczna w firmach do tego upoważnionych – dotyczy:
 - Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia;
 - Tonometr bezdotkowy wraz z pachymetrem bezdotkowym;
 - Audiometr diagnostyczny ITERA II
 - Palestezjometr P8
6. Wykonywanie cechowania i kontroli elektrycznej w firmach do tego upoważnionych – dotyczy:
 - Spirometr LUNGTEST
6. Udział w corocznych przeglądach technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego dla Autoklaw B CLASSIC 17L.

Termin wykonania czynności określony w punktach 5 i 6 jest taki sam jak przeglądów opisanych w harmonogramach.



HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU MEDYCZNEGO - WARSZAWA

2021

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarzewy	Data ostatniego przeglądu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
1.	Pracownia Diagnostyki Zespołu Wibracyjnego	Termometr skórny DM 852	1	1998	W/1702	18.11.2020											X		
2.		Sonda do pomiaru temperatury	1	2001	W/3403	18.11.2020											X		
3.		Termometr cyfrowy DM 852 + sonda medyczna	1	2004	W/st-8-3439	18.11.2020											X		
4.		Palestestjometr P8	1	2003	W/3433	13.07.2020							X						Autoryzowany serwis
5.	Poradnia Otolaryngologiczna	Kabina dźwiękoszczelna do badań audiometrycznych	1	2009	MWOMP/VIII/075/0 9/W	13.07.2020							X						
6.		Lampa Clara (z żarówką halogenową)	1	2008	MWOMP/VIII/034/0 8/W	11.05.2020				X									
7.		Audiometr diagnostyczny MADSEN Itera II	1	2015	MWOMP/VIII/395/1 5/W	21.12.2020												X	Autoryzowany serwis
8.		Okulary Frenzla	1	2009	MWOMP/VIII/090/0 9/W	13.07.2020							X						
9.	Poradnia okulistyczna	Lampa szczelinowa RSL 110	1	1998	W/1066	13.07.2020							X						
10.		Oftalmoskop HO 110	1	1998	W/1064	13.07.2020							X						
11.		Tonometr Scholtza SST	1	1998	W/st-8-1410/1	13.07.2019							X						
12.		Tonometr Scholtza SST	1	1998	W/st-8-1410/2	13.07.2020							X						
13.		Tonometr Scholtza SST	1	1998	W/47517	13.07.2020							X						
14.		Oftalmoskop Keeler VISTA 20	1	1998	W/st-8-3326	13.07.2020							X						
15.		Oftalmoskop Keeler VISTA 20	1	1998	W/st-8-2116	13.07.2020							X						

[Signature]

[Signature] A. Głowko

16.	Połomierz KPM	1	1998	W/1062	09.11.2020									X		
17.	Oftalmoskop Prestige A 1427-P-1074 + ładowarka Keeler	1	2008	M/WOMP/VIII/041/0 8/W	11.05.2020					X						
18.	Tablica Snelliena podświetlana	1	2008	M/WOMP/VIII/037/0 8/W	09.11.2020									X		
19.	Autorefraktometr	1	2000	W/st-8-3380	13.07.2020					X						
20.	Opłec 5000G	1	2016	M/WOMP/VIII/460/1 6/W ~1	07.06.2020					X						
21.	Aparat pomiaru czasu reakcji APR -2/05	1	2001	M/WOMP/VIII/474/1 6/W	13.07.2020					X						
22.	Stereomet elektroniczny	1	2008	M/WOMP/VIII/048/0 8/W	13.07.2020					X						
23.	Aparat Piórkowskiego US-8	1	1999	W/3358	13.07.2020					X						
24.	Pracownia psychologiczna Aparat krzyżowy AK/ATB 2.0	1	2008	M/WOMP/VIII/033/0 8/W	13.07.2020					X						
25.	Aparat Piórkowskiego	1	2010	M/WOMP/VIII/103/1 0/W	18.09.2020							X				
26.	Miernik czasu reakcji	1	2010	M/WOMP/VIII/102/1 0/W	13.07.2020					X						
27.	Ciemnia kabinowa	1	2010	M/WOMP/VIII/101/1 0/W	13.07.2020					X						
28.	Pracownia badań czynnościowych układu krążenia Aparat EKG ASCard A4/B	1	2002	W/st-8-3406	11.05.2020					X						
29.	Aparat EKG ASCard Grey	1	2016	M/WOMP/VIII/471/1 6/W ~ 1	18.12.2020										X	
30.	Poradnia fontalryczna Lampa Clara (z żarówką halogenową)	1	2008	M/WOMP/VIII/045/0 8/W	13.07.2020					X						
31.	Otoskop Alpha	1	2009	M/WOMP/VIII/091/0 9/W	13.07.2020					X						
32.	Sterylizatoria Autoclave B Classic 17L. Zestaw do sterylizacji Zgrzewarka Destylarka	1 1 1	2018	M/WOMP/VIII/715/1 8/W	04.11.2020									X		Dodatkowo UDT

Dodatkowo UDT

Dodatkowo UDT

[illegible]

2023

John
N. Wozniak

