



EZ.272.034.2024

Wrocław, dnia 07.10.2024

EZ/781/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych staplerów i zszywek oraz pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Pododdziału Chirurgii Onkologicznej (sygnatura sprawy: EZ/951/402/24).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

Pytanie nr 1 – dot. Zadania 5

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-2 ze staplerami pakowanymi a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do wyceny.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

Pytanie nr 2 – dot. Zadania 5

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 45mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 3 – dot. Zadania 5

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 2 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 45mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 4 – dot. Zadania 5

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 3 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 5 – dot. Zadania 5

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 4 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 6 – dot. Zadania 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-2 ze staplerami pakowanymi a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do wyceny.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

Pytanie nr 7 – dot. Zadania 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 60mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 8 – dot. Zadania 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 2 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 60mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu

Pytanie nr 9 – dot. Zadania 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 3 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 10 – dot. Zadania 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 4 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 11 – dot. wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy (dalej jako: „Umowa”) poprzez doprecyzowanie § 3 ust. 10 i wskazanie, iż termin wyznaczony w żądaniu (dotyczącym przedłożenia stosownych dokumentów) wynosić będzie nie mniej niż 7 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (§ 9 ust. 8-13) poprzez wskazanie, że waloryzacja może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zmiany wybranych wskaźników mają wpływ na realne koszty wykonania Umowy przez drugą Stronę.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie nr 13 – dot. Zadania 6, poz.6


„Czy w ramach poz. 6 produkt „Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł.45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)” winien być długości 60 mm (tj pasującej do wielkości staplera z poz. 5)?”

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: W „Formularzu cenowym” niniejszego postępowania w Zadaniu 6 nie ma poz. 6. Zamawiający domniemuje, że zamiarem Wykonawcy było zadanie pytania do Zadania 2 poz. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia Zadania 2 poz. 6 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Pytanie nr 14 – dot. Zadania 6, poz. 7

„Czy w ramach poz. 7 produkt „Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł.45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)” winien być długości 60 mm (tj pasującej do wielkości staplera z poz. 5)?”

Odpowiedź: W „Formularzu cenowym” niniejszego postępowania w Zadaniu 6 nie ma poz. 7. Zamawiający domniemuje, że zamiarem Wykonawcy było zadanie pytania do Zadania 2 poz. 7. Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia Zadania 2 poz. 7 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Pytanie nr 15 – dot. Zadania 2, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 – dot. Zadania 2, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar staplera: 26 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – dot. Zadania 2, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dot. Zadania 2, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar staplera: 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – dot. Zadania 2, poz.5

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową elektryczną rękojeść staplera endoskopowego zasilaną baterią, z wbudowanym przegubem w ładunku. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia w zakresie do 45 stopni w obie strony. Pokrętko do artykulacji na górze staplera. Rękojeść uniwersalna, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60, 45 lub 30 mm, posiadająca elektryczną dźwignię zamykającą i aktywującą wystrzelenie ładunku oraz zielony przycisk zwolnienia blokady. Długość trzonu bez ładunku 26 lub 16 cm (z ładunkiem odpowiednio: 36,5 lub 26,5 cm) (6 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 – dot. Zadania 2, poz.6

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, mocowany do trzonu staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunki posiadają specjalnie zaprojektowaną chwytłą powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek (6 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości)?”

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 6 Zadania 2 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Pytanie nr 21 – dot. Zadania 4, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65,1 mm lub 85,1 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. 1 op. = 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – dot. Zadania 4, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywki 65,1 mm lub 85,1 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. 1 op. = 6 szt. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 – dot. Zadania 5, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 – dot. Zadania 5, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 – dot. Zadania 5, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 – dot. Zadania 5, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 – dot. Zadania 6, poz.1


„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 – dot. Zadania 6, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 – dot. Zadania 6, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 – dot. Zadania 6, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 – dot. Zadania 5, poz.1

„Czy w zadaniu 5 w pozycji 1 Zamawiający wymaga, aby każdy produkt posiadał naklejki do karty pacjenta, zawierające: numer referencyjny (kod) produktu, LOT oraz datę ważności, a także QR kod?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania dla każdego produktu min. 4 naklejek identyfikacyjnych wklejanych do karty pacjenta. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 1 Zadania 5 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Pytanie nr 32 – dot. Zadania 6, poz.1

„Czy w zadaniu 6 w pozycji 1 Zamawiający wymaga, aby każdy produkt posiadał naklejki do karty pacjenta, zawierające: numer referencyjny (kod) produktu, LOT oraz datę ważności, a także QR kod?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania dla każdego produktu min. 4 naklejek identyfikacyjnych wklejanych do karty pacjenta. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 1 Zadania 6 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Pytanie nr 33 – dot. Zadania 5

„Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów z dwoma dźwigniami – zamykającą i spustową.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dot. Zadania 5

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków pakowanych i dostarczanych po 1 sztuce.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

Pytanie nr 35 – dot. Zadania 6

„Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów z dwoma dźwigniami – zamykającą i spustową.”

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. Zadania 6

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków pakowanych i dostarczanych po 1 sztuce.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego” **** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.**”

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” ZMIANA 1, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 284 i art. 286 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.10.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 16.11.2024r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis 
Sprawdziła: Zofia Dombrowska 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

FORMULARZ CENOWY - ZMIANA 1

L.P	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j netto w zł	stawka VAT %	Kwota j VAT w zł	Cena j brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,9	8+10	7x8	7x10	7x11
ZADANIE 1													
1*	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z lamana główka po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek, zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmiennej chropowatej tkance, w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem , w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys 4,8 mm przed zamknięciem . stapler o długości standardowej lub laparoskopowy Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjenta opalizowane kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu. 1 op. = 3 szt.				op	15							
2*	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28 lub 31 mm zakrzywiony, z lamany kowadłkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z trzema rzędami stopniowanych zszywek do tk. średnio-grubej (3,0-3,5-4,0) i bardzo grubej (4,0-4,5-5,0). 1 op. = 3 szt.				op.	10							
3*	Narzędzie do uszczelniania i rozdziałania naczyń pęczków tkankowych, naczyni limfatycznych do 7 mm wężnie, długość 23, 37 lub 44cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stop., zakrzywione szczyłki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. 1 op. = 6 szt.				op.	21							
4*	Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojści staplera, wspólna rękojść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w ręczce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dł 16 cm. 1 op. = 3 szt.				op.	30							
5	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-trący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadłko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. 1 op. = 6 szt.				op.	15							
6*	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-trący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadłko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowej/średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. 1 op. = 6 szt.				op.	5							

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	Jm	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j netto w zł	stawka VAT %	Kwota j VAT w zł	Cena j brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bx9	B+10	7x8	7x10	7x11
7	Ładunek do siłownika łaparkopowego, zamknięcia - nacy, z nożem w ładunku, unięszczający 6 rzędów włanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, przeznaczony do tkanki grubej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem siłownikowym oraz siłownik łaparkopowym uniwersalnym 1 op = 6 szt				op.	5							
8	Uchwyty elektrochromatyczny z przełącznikiem przyciskowym i suwakami okręślającym moc, trzy tryby - ciepłe, koagująca i Valleylab, elektroda z ostrzem ze stali nierdzewnej, pakowany w plastikową kaburę, 1 op = 25 szt				op.	2							
ZADANIE 2													
x													
RAZEM													

1	Jednorazowy siłownik okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar siłownika 21 mm. Wysokość otwartej zszywek minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt siłownika pokryty antypoślizgową gumową powłoką (3szt./op.)				op.	2							
2	Jednorazowy siłownik okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar siłownika 25 mm. Wysokość otwartej zszywek minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt siłownika pokryty antypoślizgową gumową powłoką (3szt./op.)				op.	2							
3	Jednorazowy siłownik okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar siłownika 29 mm. Wysokość otwartej zszywek minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt siłownika pokryty antypoślizgową gumową powłoką (3szt./op.)				op.	2							
4	Jednorazowy siłownik okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar siłownika 33 mm. Wysokość otwartej zszywek minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt siłownika pokryty antypoślizgową gumową powłoką (3szt./op.)				op.	2							
5	Jednorazowa elektryczna rękojeść siłownika endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm (3szt./op.)				op.	6							
6	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do siłownika endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczękę siłownika. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszyweki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łozami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu siłownika i podczas wystrzelenia zszywek (12 szt./op.)				op.	1							

L P	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J m	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j netto w zł	stawka VAT %	Kwota I VAT w zł	Cena j brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11
7	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczytki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)				op.	2							
ZADANIE 3													
1	Precyzyjne kieszyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczytki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczytek 21,6 mm, długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczyek 40st., aktywowany ręcznie. 1 op= 6 szt				op.	10							
ZADANIE 4													
1*	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-łhaczy, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm lub 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 lub 4,0-4,5-5,0 przed zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochawkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. 1 op=3 szt. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia.				op.	15							
2*	Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywu 60 mm lub 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 lub 4,0-4,5-5,0 przed zamknięciem. 1 op = 6 szt. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia.				op.	15							
ZADANIE 5													
1	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie splaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie, stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową, posiadający min. 4 naklejki identyfikacyjne wklejane do karty pacjenta. Możliwość obsługi staplera jedną dłoń. 1 op = 3 szt.				op.	10							
2	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie splaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie, stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłoń. 1 op = 3 szt.				op.	10							
RAZEM													
RAZEM													

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J m	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena J netto w zł	stawka VAT %	Kwota J VAT w zł	Cena J brutto w zł	Wartość netto zamówienia w zł	Kwota VAT zamówienia w zł	Wartość brutto zamówienia w zł
1									10	8+10	7,8	7,10	7,11
3	Ładunek do jednorazowego automatycznego stąplera linowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, przeznaczony do kłanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) 1 op = 6 szt				op	2							
4	Ładunek do jednorazowego automatycznego stąplera linowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, przeznaczony do kłanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) 1 op = 6 szt				op	2							
ZADANIE 6													
x													
RAZEM													

1	Jednorazowy automatyczny stąpler linowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, załadowany ładunkiem do kłanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie kłanki opuszczaną manualnie lub automatycznie, stąpler posiada jedną dźwignię zamykającą spustową, posiada śpiący min 4 nabełki identyfikacyjne wklępane do karty pogodzenia Możliwość obsługi stąplera jedną dłonią 1 op = 3 szt				op	10							
2	Jednorazowy automatyczny stąpler linowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, załadowany ładunkiem do kłanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie kłanki opuszczaną manualnie lub automatycznie, stąpler posiada jedną dźwignię zamykającą spustową, Możliwość obsługi stąplera jedną dłonią 1 op = 3 szt				op	10							
3	Ładunek do jednorazowego automatycznego stąplera linowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, przeznaczony do kłanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) 1 op = 6 szt				op	2							
4	Ładunek do jednorazowego automatycznego stąplera linowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych wianowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spleścionego, przeznaczony do kłanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) 1 op = 6 szt				op	2							
x													
RAZEM													

Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/951/402/24

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j netto w zł	stawka VAT %	Kwota j VAT w zł	Cena j brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11
ZADANIE 7													
1	Jednorazowa sterylna uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Pakowane po 1 szt. 1 op. = 25 szt.				op.	10							
2*	Jednorazowa sterylna głowica 5-12 mm do kaniuli wielorazowego użytku 10 mm oraz 12 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Zintegrowana redukcja 5-12 mm, podwojny system uszczelk, lejkowy otwór dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi. Pakowane po 1 szt. 1 op. = 5 szt.				op.	20							
x													
ZADANIE 8													
1	Aplikator endoskopowy do Surgiflo 1op=6 szt.				op.	1							
2	Aplikator endoskopowy 2 w 1 - Surgicel Powder 1op=5 szt.				op.	1							
x													
ZADANIE 9													
1*	Jednorazowy ochraniacz rany/retraktor, roz. 120/130/150 mm (1 op. x 5 szt.)				op.	20							

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych.

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia

** Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej) do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaferowanym opakowaniu.

Polnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

(Data: kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpisem osobisty)

