



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 16.09.2020r

### WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej i Zakładu Endoskopii Zabiegowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.55.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 I 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 21:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycji 6 protez samorozprężalnych do dróg żółciowych o średnicy 8mm bez długości 40mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 22:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycji 10 balonów do poszerzania o kateterze o średnicy 7,5Fr zamiast 6Fr oraz długości narzędzia 180cm lub 240cm do wyboru. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 23:** 3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycji 15 kleszczy biopsyjnych o łyżeczkach okrągłych o średnicy 2,2mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 24:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycji 19 klipsownicy o szerokości rozwarcia ramion klipsa 17mm tylko w długości 235cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 21-24: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 25: dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 1 dopuści stapler skórny o grubości zszywki 0,58 mm, szerokości zszywki 6,9 mm oraz wysokości zszywki 3,9 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

**Odpowiedź na pytanie nr25: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 26: dotyczy Pakietu nr 6 - Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 6 Pozycje nr 1 oraz 4 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?**

**Odpowiedź na pytanie nr26: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27: dotyczy Pakietu nr 6 - Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 6 Pozycje nr 2, 3, 5, 6 są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia**

zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź na pytanie nr27: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO I POLIKLINIKI  
SP 707 we Wrocławiu  
mgr Piotr STRAK  
Kierownik Sekcji Zamówień i Usług  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)