

Lp.	ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA Opis parametrów wymaganych
1.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: szer. 1800 mm x gł. 900 mm wys. 1000 mm
2.	Pojemność minimum 415 litrów
3.	Możliwość pracy w zakresie temperatur poniżej - 30 °C Dokładność odczytu: max 1°C
4.	Konstrukcja, materiały, wykonanie
	metalowa obudowa urządzenia
	elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących
	pokrywa zamykana na klucz
	możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników) (opcjonalnie)
	izolacja o grubości – 80 - 100 mm
	kółka jezdne, w tym minimum 2 z blokadą (opcjonalnie)
6.	Układ chłodzenia: ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC,
7.	Sterowanie: wyświetlacz cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki (opcjonalnie)
8.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
9.	Urządzenie oznakowane znakiem CE
10.	Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2020 - 2021

KIEROWNIK
Działu Preparatyki
RCKiK w Lublinie
mgr Magdalena Bartnik

22.04.2021