

**Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na "Dostawę i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody" na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)**

**Znak sprawy: 07/07/2022.**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1,2, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

**Pytanie 1**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

Pkt 11

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z wysokością załadowniczą komory sterylizatora 850 mm.

Proponowana wartość wysokości załadowniczej jest ergonomiczna dla osób pracujących w pozycji stojącej oraz nieznacznie odbiega od wartości wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres wymaganej wysokości załadowniczej sterylizatora na zakres od 700 do 850 mm (pkt 11 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wysokością załadowniczą komory sterylizatora 850 mm.**

**Pytanie 2**

Pkt 13

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, zgodnego z normą PN EN 285, polegającego na zastosowaniu sprężyn zamiast przeciwcieżaru, które pozwalają na otwarcie drzwi w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.**

**Pytanie 3**

Pkt 18

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy do oferty należy dołączyć skan lub zdjęcie wydruku z wbudowanej drukarki przedstawiające protokół tekstowy i graficzny przebiegu dowolnego procesu sterylizacyjnego?

Załączony do oferty skan lub zdjęcie wydruku z wbudowanej drukarki umożliwi Zamawiającemu łatwą weryfikację wymogów ww. punktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie opisanych skanów lub zdjęć do oferty, ale nie wymaga ich dołączenia.**

**Pytanie 4**

Pkt 27

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu; z zabezpieczeniem programowalnych

danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego; z hasłami o różnych poziomach dostępu – 2 poziomy: użytkownik, serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenia z możliwością zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu; z zabezpieczeniem programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego; z hasłami o różnych poziomach dostępu (minimum 2 poziomy: użytkownik, serwis). Tym samym Zamawiający zmienia treść pkt. 27 Załącznika nr 1 do SWZ.

#### Pytanie 5

Pkt 36

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy na potwierdzenie zapisów ww. punktu należy dołączyć do oferty oświadczenie producenta o wymaganej minimalnej wytrzymałości uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną?

Proponowany dokument pozwoli Zamawiającemu w łatwy i szybki sposób na weryfikację zaoferowanych wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dołączenie opisanego oświadczenia do oferty, ale nie wymaga jego dołączenia.

#### Pytanie 6

Pkt 51

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów ww. punktu. Czy zapisy ww. punktu dotyczą tylko sterylizatora parowego?

Odpowiedź Zamawiającego umożliwi prawidłowe skalkulowanie oferty.

**Odpowiedź:** Zapisy pkt. 51 Załącznika nr 1 do SWZ dotyczą tylko sterylizatorów parowych.

#### Pytanie 7

Gwarancja i serwis pkt 2

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów ww. punktu. Czy należy załączyć do oferty autoryzację producenta dla wskazanego serwisu/serwisów, który będzie realizował naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zaoferowanych sterylizatorów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dołączenie autoryzacji do oferty, ale nie wymaga jej dołączenia.

#### Pytanie 8

Dot. pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość sterylizatora 900mm ze wspólną z strefą serwisową pomiędzy sterylizatorami o szerokości 600mm ?

Uzasadnienie: Po przeprowadzonej wizji lokalnej jest wystarczająca ilość miejsca i proponowane rozwiązanie nie stanowi różnicy podczas instalacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza szerokość sterylizatora 900 mm ze wspólną strefą serwisową pomiędzy sterylizatorami o szerokości 600 mm, pod warunkiem, że czynności serwisowe każdego ze sterylizatorów będzie można wykonywać od przodu i/lub z boku każdego ze sterylizatorów przylegającego do części wspólnej (serwisowej) pomiędzy sterylizatorami. Wszystkie czynności serwisowe mają być możliwe do wykonania bez potrzeby wysuwania sterylizatorów. Zamawiający jednocześnie zmienia zakres wymaganej całkowitej szerokości sterylizatora wraz z komorą serwisową na wartość od 900 mm do 1200 mm (pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ) oraz zmienia treść pkt. 37 Załącznika nr 1 do SWZ.

#### **Pytanie 9**

Dot. pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy 43 kW ?

Uzasadnienie: Po przeprowadzonej wizji lokalnej na instalacji elektrycznej wymagana jest wymiana zabezpieczenia na wyższe. Proponowana moc nieznacznie różni się od wymaganej i nie stanowi problemu podczas instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres wymaganej mocy sterylizatora do 43kW (pkt 4 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o mocy 43kW.**

#### **Pytanie 10**

Dot. pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy 52,5 kW ?

Uzasadnienie: Po przeprowadzonej wizji lokalnej na instalacji elektrycznej wymagana jest wymiana zabezpieczenia na wyższe, a proponowana moc sterylizatora skróci czas sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora o mocy 52,5 kW.**

#### **Pytanie 11**

Dot. pkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą i płaszczem pierścieniowym oraz drzwi wykonanym całkowicie ze stali kwasoodpornej o klasie (AISI316L) Opanelowaniem wykonanym ze stali nierdzewnej dodatkowo instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 12**

Dot. pkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wejściu do komory sterylizacyjnej o wysokości 660 mm ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganiem, zapewniając identyczną funkcjonalność ponieważ sterylizator posiada pojemność 6 jednostek wsadu zgodnych z PN EN 285.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres wymiarów wejścia do komory sterylizacyjnej na: 660-790, 650-662 (wysokość [mm], szerokość [mm]) (pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wejściem do komory sterylizacyjnej o wysokości 660 mm.**

#### **Pytanie 13**

Dot. pkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o pojemności komory 468 litrów ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganiem, zapewniając identyczną funkcjonalność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora o pojemności komory równej 468 litrów. Jednocześnie Zamawiający zmienia dopuszczalną objętość komory do 468 litrów (pkt 9 Załącznika nr 1 do SWZ)**

#### **Pytanie 14**

Dot. pkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z automatycznymi drzwiami komory przesuwными pionowo napędzanymi pneumatycznie nie wymagającego przeciwcieżaru?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie stosują czołowi światowi producenci. Dodatkowo takie rozwiązanie eliminuje koszty serwisowe dodatkowych napędów elektrycznych w tym części obracających się: kół zdawczych, łożysk itp.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.**

### **Pytanie 15**

Dot. pkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez wydruków graficznych procesu sterylizacji z wbudowanej drukarki ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 16**

Dot. pkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wbudowaną książką serwisową i programem diagnostycznym w sterowniku urządzenia bez interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność i dodatkowo zapewnia funkcję zdalnej diagnostyki z możliwością zdefiniowania numerów telefonów i adresów mailowych na które będą wysyłane komunikaty na temat awarii i stanu urządzenia poprzez smsy lub e-maile.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia treść pkt.28 Załącznika nr 1 do SWZ.**

### **Pytanie 17**

Dot. pkt 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez fabrycznych czujników sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary sygnalizowanych na panelu sterownika? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność ponieważ sterylizator posiada takie czujniki w strefie serwisowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora bez fabrycznych czujników sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary sygnalizowanych na panelu sterownika. Zamawiający wymaga, aby te dane były czytywne dla użytkownika, tj. sygnalizowane na panelu sterownika.**

### **Pytanie 18**

Dot. pkt 36 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką dociskaną sprężonym powietrzem o wytrzymałości min. 3000 cykli ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność dodatkowo uszczelka dociskana powietrzem ma wydłużoną żywotność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia treść pkt. 36 Załącznika nr 1 do SWZ.**

### **Pytanie 19**

Dot. pkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia czynności serwisowe wykonywane są od przodu i z jednego boku urządzenia ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności serwisowych każdego ze sterylizatorów od przodu i/lub z boku każdego ze sterylizatorów przylegającego do części wspólnej (serwisowej) pomiędzy sterylizatorami. Wszystkie czynności serwisowe mają być możliwe do wykonania bez potrzeby wysuwania sterylizatorów. Zamawiający jednocześnie zmienia zapis pkt 37 Załącznika nr 1 do SWZ).**

### **Pytanie20**

Dot. pkt 43 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o automatycznym systemie degazacji wody zdemineralizowanej? Jeśli Zamawiający nie zdecyduje się na rezygnację z tego zapisu czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie systemu degazacji wody zdemineralizowanej bezpośrednio do stacji uzdatniania wody? taki system zapewnia spełnienie wymagania dotyczącego dostępności do systemu wody zdemineralizowanej. Podłączenie degazera do stacji uzdatniania wody pozwala jednocześnie na usunięcie gazów rozpuszczalnych w wodzie czyli substancji które wpływają na twardość wody zatem dodatkowo na jakość wody wpływając korzystnie na wszystkie urządzenia podłączone do stacji uzdatniania - rozwiązanie takie staje się zatem dużo bardziej praktyczne w zastosowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu o automatycznym systemie degazacji wody zdemineralizowanej, ale wyraża zgodę na podłączenie systemu degazacji wody zdemineralizowanej bezpośrednio do stacji uzdatniania wody.**

### **Pytanie 21**

Dot. pkt 43 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wbudowaną wytwornicę pary wyposażoną w funkcję automatycznego odgazowywania wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących bez konieczności jej podgrzewania w dodatkowym zbiorniku? Podgrzewanie oznacza dodatkowe koszty eksploatacyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 22**

Dotyczy załącznika nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy - Opis parametrów

Ad.2 – prosimy o usunięcie słów „bez przewężeń”

Zapis ten jest niczym nie uzasadniony, a na pewno nie utrudnia to utrzymania urządzenia w należytej czystości. Natomiast utrzymanie tego zapisu ogranicza zdecydowanie konkurencję, wbrew zapisom ustawy o PZP. W przypadku utrzymania zapisu prosimy o uzasadnienie jego utrzymania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza niewielkie przewężenia w komorze przelotowej sterylizatora, pod warunkiem, że powierzchnia wewnętrzna komory będzie gładka bez wystających elementów utrudniających utrzymanie urządzenia w czystości, a przewężenia również nie będą utrudniały utrzymania sterylizatora w czystości. Jednocześnie Zamawiający usuwa słowa „bez przewężeń” w pkt.2 Załącznika 1 do SWZ.**

### **Pytanie 23**

Ad 3 - prosimy o dopuszczenie sterylizatora o całkowitej szerokości 1.170 mm

Jest to nieznaczne przekroczenie podanego parametru, nie mające wpływu na funkcjonowanie sterylizatora. Ograniczenie tego parametru wyraźnie preferuje jedną firmę, bowiem w centralnej sterylizatorni jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić się sterylizator o szerokości 1.170 nawet z serwisowaniem bocznym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylizator o całkowitej szerokości 1170 mm. Zamawiający wymaga, możliwości wykonywania czynności serwisowych każdego ze sterylizatorów od przodu i/lub z boku każdego ze sterylizatorów przylegającego do części wspólnej (serwisowej) pomiędzy sterylizatorami. Wszystkie czynności serwisowe mają być możliwe do wykonania bez potrzeby wysuwania sterylizatorów.**

**Zamawiający zmienia zakres wymaganej całkowitej szerokości sterylizatora wraz z komorą serwisową na wartość od 900 mm do 1200 mm (pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ) oraz zmienia treść pkt. 37 Załącznika nr 1 do SWZ.**

#### **Pytanie 24**

Ad. 6 – prosimy o wykreślenie 4-tej linijki brzmiącej: „*Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej.*”

Zapis powyższy stoi w jawnej sprzeczności z ostatnim zdaniem tego punktu, który brzmi: „*Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję.*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis : „*Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję*” jest uszczegółowieniem zapisu „*Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej.*”

#### **Pytanie 25**

Ad. 7 - Prosimy o dopuszczenie komory z wejściem o wymiarach 662x662 mm.

Podobnie, jak to miało miejsce wcześniej, istniejący zapis preferuje jedną firmę stosującą takie rozwiązanie. W przypadku utrzymania zapisu prosimy o jego uzasadnienie merytoryczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zakres wymiarów wejścia do komory sterylizacyjnej na: 660-790, 650-662 (wysokość [mm], szerokość [mm]) (pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wejściem do komory sterylizacyjnej o wymiarach 662x662 mm.

#### **Pytanie 26**

Ad. 10 – prosimy o dopuszczenie komory o grubości 4 mm.

Zastosowanie komory z cieńszej blachy nie wpływa na czas użytkowania sterylizatora. Natomiast zdecydowanie wpływa pozytywnie na obniżenie kosztów eksploatacji, bowiem grubsza komora wymaga większej ilości ciepła do jej nagrzania, co pociąga za sobą zwiększone koszty eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza komory o grubości 4 mm.

#### **Pytanie 27**

Ad. 13 - Prosimy o dopuszczenie drzwi napędzanych pneumatycznie oraz dopuszczenie rozwiązania bez przeciwcieżaru.

Zastosowanie przeciwcieżaru jest rozwiązaniem archaicznym. Zastosowanie napędu pneumatycznego umożliwia w przypadku awarii proste otwarcie drzwi poprzez otwarcie zaworu ciśnieniowego. Jest to rozwiązanie znacznie prostsze, bezpieczniejsze w użyciu, a jednocześnie nie powoduje znacznego zwiększenia ciężaru sterylizatora z powodu zastosowania przeciwcieżarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

#### **Pytanie 28**

Ad. 13 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bardziej precyzyjne, pewne w działaniu i nie narażone na uszkodzenia mechaniczne, tj. układ bezstykowo-pojemnościowy kontroli drzwi potwierdzany jednym wyłącznikiem krańcowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

### **Pytanie 29**

Ad. 18 – Czy Zamawiający dopuści zastosowanie drukarki igłowej, która zapewnia trwalszy wydruk niż drukarka termiczna.

Drukarka termiczna wymaga przechowywania wydruków w warunkach specjalnych. Niezastosowanie się do tego powoduje blaknięcie wydruków, tak jak ma to miejsce w przypadku paragonów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie drukarki igłowej pod warunkiem, że możliwe będzie korzystanie z niej bez konieczności używania materiałów eksploatacyjnych poza papierem.**

### **Pytanie 30**

Ad. 37 – Prosimy o dopuszczenie serwisowania sterylizatora z boku.

Pomieszczenia centralnej sterylizatorni umożliwiają takie rozwiązanie. Utrzymanie tego rozwiązania ponownie preferuje jedną firmą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności serwisowych każdego ze sterylizatorów od przodu i/lub z boku każdego ze sterylizatorów przylegającego do części wspólnej (serwisowej) pomiędzy sterylizatorami. Wszystkie czynności serwisowe mają być możliwe do wykonania bez potrzeby wysuwania sterylizatorów. Zamawiający jednocześnie zmienia zapis pkt 37 Załącznika nr 1 do SWZ).**

### **Pytanie 31**

Ad. 46 – W związku z koniecznością wykonania otworu technicznego w przegrodzie pionowej prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień:

- czy otwór ten wykonany ma być w ścianie działowej czy ścianie nośnej?

- czy Zamawiający wymaga wykonania pełnej dokumentacji projektowo-budowlanej dla wykonania tego otworu?

- czy Zamawiający akceptuje, że zastosowanie drzwi przesuwnych o podanych wymiarach, może wymagać usunięcia części filara nośnego w celu uzyskania możliwości pełnego otwarcia tych drzwi?

- czy Zamawiający oczekuje, że montowane drzwi będą przeszklone ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:**

- układ przegród pionowych wskazuje, że otwór montażowy będzie wykonany w ścianie wewnętrznej nośnej oddzielającej poszczególne pomieszczenia. W przypadku wykonania otworu montażowego o szerokości 160 cm w ścianie nośnej lub działowej wewnętrznej należy zastosować nadproże z belek prefabrykowanych lub ceramicznych zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną.

- nie jest wymagana pełna dokumentacja projektowo-budowlana, wystarczy rysunek konstrukcyjny wykonania otworu zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami zatwierdzony przez osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- szerokość drzwi  $s=160$  cm nie wymaga ingerencji w filar. Zgodnie z zapisem SWZ, drzwi mogą być przesuwne lub dwuskrzydłowe do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Jednocześnie zamawiający koryguje wymiary drzwi w pkt. 46 Załącznika nr 1 do SWZ (powinno być  $s=160$  cm,  $h=205$  cm).

- wypełnienie drzwi nie musi być przeszklone, drzwi mają być „szczelne” i zapewnić aseptykę pomieszczenia.

### **Pytanie 32**

Ad. 46 – czy w związku z wymogiem wykonania niezbędnej instalacji Zamawiający:

- podtrzymuje swoje wymaganie, aby wykorzystać istniejącą instalację? Jeśli tak, prosimy o precyzyjne określenie które części istniejącej instalacji należy wykorzystać, a które wymagają wymiany.

- podtrzymuje swoje wymaganie, aby stację uzdatniania wody podłączyć także do istniejących myjni?

- podtrzymuje swoje wymaganie, aby wykonanie instalacji elektrycznej było poprzedzone było wykonaniem projektu tej instalacji elektrycznej przez uprawnionego projektanta, która ma zostać przekazana Zamawiającemu ?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający zgodnie z zapisem wymaga „wykonania niezbędnych instalacji w tym: wod-kan, elektrycznych, przyłączy mediów, itp.” zapewniających prawidłową i bezawaryjną pracę sterylizatorów,

- Zamawiający wymaga aby system uzdatniania wody był kompatybilny z dostarczonymi sterylizatorami oraz wykorzystywanymi w Centralnej Sterylizatorni następującymi urządzeniami: myjnia Getinge S46, myjnia Getinge 8668, autoklaw MELAG CLINICLAVE 45D, myjnia ultradźwiękowa SMS UMD642.

- Zamawiający dopuszcza rysunek branżowy wykonania instalacji elektrycznej zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami zatwierdzony przez osobę mającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

### **Pytanie 33**

Ad. 46 - Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie pojęcia rozbudowa istniejącej stacji zmiękczenia wody (na czym ma polegać ta rozbudowa)?

**Odpowiedź:** Rozbudowa ma polegać na modernizacji istniejącej, wyeksploatowanej stacji zmiękczenia wody oraz dostosowaniu parametrów stacji do wymogów urządzeń stosowanych w Centralnej Sterylizatorni po zamontowaniu 2 nowych sterylizatorów.

### **Pytanie 34**

Ad. 50 – Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących stacji uzdatniania wody (odwrócona osmoza); na przykład podanie minimalnej wydajności produkcji wody RO, wymaganych filtrów, minimalnej wielkości zbiornika wody RO itp.

**Odpowiedź:** System uzdatniania wody pod kątem wydajności, poziomu filtracji i innych parametrów ma być dostosowany do potrzeb 2 nowych sterylizatorów oraz posiadanych przez Wykonawcę: myjni Getinge S46, myjni Getinge 8668, autoklaw MELAG CLINICLAVE 45D, myjni ultradźwiękowa SMS UMD642.

### **Pytanie 35**

#### **Wyposażenie 2 sterylizatorów**

Ad. 1 – Prosimy o doprecyzowanie pojęcia ciężkiego załadunku.



Prosimy o podanie minimalnej lub maksymalnej nośności półek oraz sposobu weryfikacji tego parametru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pod pojęciem ciężkiego załadunku rozumie załadunek o wadze max 20 kg/1 STE. Zamawiający nie określa minimalnej lub maksymalnej nośności półek oraz sposobu weryfikacji tego parametru, lecz wymaga, aby wszystkie elementy sterylizatorów i wyposażenia były fabrycznie nowe, trwałe, kompletne, kompatybilne.

#### **Pytanie 36**

Ad. 1 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający preferuje półki wykonane z perforowanej blachy czy też z drutu?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia opis wymaganych półek na „minimum 2 półki wykonane z blachy perforowanej”. (pkt 1 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający precyzuje, że wymaga półek wykonanych z perforowanej blachy.

#### **Pytanie 37**

##### **Gwarancja i serwis**

Ad. 3 – prosimy o doprecyzowanie czy czas reakcji serwisu należy rozumieć jako fizyczna obecność serwisu u Zamawiającego czy też tylko wysłanie potwierdzenia odebrania zgłoszenia o usterce?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że czas reakcji serwisu należy rozumieć jako fizyczną obecność serwisu u Zamawiającego.

#### **Pytanie 38**

##### **Specyfikacja warunków zamówienia**

V.II System uzdatniania wody – 1 szt. – kompatybilny ze sterylizatorami i myjniami zamontowanymi w centralnej sterylizatorni

Prosimy o doprecyzowanie jakie certyfikaty wymagane przez polskie prawo dopuszczają stosowanie stacji uzdatniania wody w placówka ochrony zdrowia? Prosimy również o doprecyzowanie czy certyfikaty te muszą posiadać wszystkie elementy stacji czy tylko wybrane (jeśli tak, to które).

**Odpowiedź:** Jakość wody demineralizowanej musi odpowiadać wymaganiom dostarczonych sterylizatorów oraz aktualnym wymaganiom, jakie musi spełniać woda przeznaczona do wytwarzania pary do sterylizacji narzędzi medycznych.

#### **Pytanie 39**

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga posiadania opisanego certyfikatu.

#### **Pytanie 40**

Dotyczy Formularz ofertowy:

Czy Zamawiający rozdzieli wycenę sterylizatorów oraz prac demontażowych i adaptacyjnych? Do podanych zakresów obowiązują inne stawki VAT.

Odpowiedź: W celu wyszczególnienia stawek VAT Zamawiający w następujący sposób rozdziela wycenę w pkt. 2 Formularza ofertowego:

„Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

netto: ..... zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł

(słownie brutto: ..... złotych),

w tym:

1/ sterylizator parowy z wyposażeniem wraz z pracami demontażowymi i adaptacyjnymi - 2 szt. za kwotę ..... zł brutto, w tym:

- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT,
- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT,
- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT,

2/ system uzdatniania wody - 1 kpl za kwotę ..... zł brutto, w tym.:

- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT,
- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT,
- netto: .....zł, VAT: .....zł, brutto: .....zł  
(słownie brutto..... złotych) dla towarów i usług objętych .....% stawką VAT”.

W celu wyszczególnienia stawek VAT, Zamawiający wprowadził analogiczne zmiany w Załączniku 1 do SWZ.

#### Pytanie 41

Dotyczy Umowy:

§ 1 ust. 2e Prosimy o wskazanie modelu urządzenia „MELAG”

Odpowiedź: Autoklaw MELAG model CLINICLAVE 45D.

#### Pytanie 42

§ 1 ust. 2e Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej umożliwiającej prawidłowe podłączenie urządzenia „MELAG”

Odpowiedź: Autoklaw MELAG model CLINICLAVE 45D jest objęty gwarancją. Jego demontaż i ponowny montaż ma zostać przeprowadzony na koszt Wykonawcy. Czynności te muszą zostać wykonane w porozumieniu z dostawcą urządzenia, tj. Sterigat Sp. z o.o., ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa, KRS 0000338923. Dokumentację techniczną umożliwiającą prawidłowe podłączenie urządzenia MELAG posiada jego ww. dostawca.

#### Pytanie 43

§ 1 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informacją zawartą na stronie Urzędu Dozoru Technicznego to na eksploatującym ciąży obowiązek zgłoszenia urządzenia w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Urząd Dozoru Technicznego nie ma możliwości wydania decyzji, a nawet obciążenie za wykonane badania strony trzeciej, którą w tym przypadku jest Wykonawca. Co więcej Wykonawca nie ma żadnego wpływu na terminy urzędowe, w związku z czym oczekiwanie na

wizytę inspektora UDT powoduje, iż określenie czasu realizacji umowy jest niemożliwe. Wykonawca może przekazać niezbędne dokumenty zgłoszeniowe Zamawiającemu oraz asystować przy badaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 1 ust. 3 projektu umowy bez zmian i wymaga od Wykonawcy wykonania wszelkich czynności prowadzących do pozyskania decyzji UDT. Koszt przeprowadzenia badania odbiorczego oraz realizacji uwag i zaleceń UDT oraz pozyskania odpowiednich decyzji pokrywa Wykonawca.**

#### **Pytanie 44**

§ 4 ust. 1 Prosimy o doprecyzowanie czy w ciągu 14stu dni od powiadomienia Wykonawca ma zakończyć również zabudowy, walidację oraz ewentualne odbiory UDT.

W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy o wydłużenie terminu do minimum 21 dni od rozpoczęcia prac. Jeżeli wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego 5 dni przed rozpoczęciem prac, a od zawiadomienia ma 14 dni na ich wykonanie, to pozostały termin - 9 dni na wykonanie całości prac wynikających z umowy jest nierealny do utrzymania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac adaptacyjno-montażowych w Centralnej Sterylizatorni ma zakończyć wszystkie prace łącznie z zabudową, walidacją oraz odbiorami UDT. Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób:**

„ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy, w nieprzekraczalnym terminie ..... tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..... Przy czym termin fizycznej adaptacji pomieszczeń (w tym prac demontażowych) i montażu nie może wynosić więcej niż 14 dni od daty rozpoczęcia prac adaptacyjno-montażowych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie przystąpienia do tych prac minimum 5 dni przed ich rozpoczęciem. „

Analogicznie zostaje doprecyzowany zapis Rozdziału X. SWZ.

#### **Pytanie 45**

§ 4 ust. 5 podpunkt 2 Prosimy o doprecyzowanie jaką dokumentację techniczną Zamawiający ma na myśli. Producent urządzeń nie wyraża zgody na przekazywanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń medycznych do nieautoryzowanych podmiotów.

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o instrukcję techniczno-serwisową i zmienia wskazany zapis projektu umowy.**

#### **Pytanie 46**

§ 4 ust. 5 podpunkt 3 oraz 4 Prosimy o doprecyzowanie jakie testy ma na myśli Zamawiający. Producent nie przewiduje przeprowadzania dodatkowych testów po montażu urządzeń u klienta.

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o protokół uruchomienia urządzenia oraz testy walidacyjne i zmienia wskazane zapisy projektu umowy.**

#### **Pytanie 47**

§ 4 ust. 5 podpunkt 5 Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez materiały zużywalne Zamawiający rozumie części zużywalne wymieniane podczas przeglądów .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie 48**

§ 4 ust. 5 podpunkt 7 Prosimy o dopisanie „jeżeli dotyczy”. Urządzenia objęte postępowaniem nie posiadają licencji na oprogramowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zaproponowany zapis do projektu umowy.**

#### **Pytanie 49**

§ 6 ust. 6 Prosimy o ujednoczenie czasu reakcji na zgłoszenie do 48 godzin w dni robocze. Specyfikacja techniczna posiada inne zapisy.

**Odpowiedź: Zamawiający ujednocza czas reakcji na zgłoszenie do 24 godzin poprzez wprowadzenie zmiany w projekcie umowy. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 50**

§ 6 ust. 8 Prosimy o usunięcie zapisu związanego z wymianą całego sprzętu na nowy.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian, wskazując jednocześnie, że w § 6 ust. 8 projektu umowy wymiana całego sprzętu na nowy jest jedną z dwóch opcji – obok wymiany „elementu, podzespołu na wolny od wad”.**

#### **Pytanie 51**

§ 6 ust. 9 podpunkt 1. Prosimy o usunięcie konieczności powiadamiania personelu o wykonywaniu napraw na 7 dni przed ich wykonaniem. Stoi to w sprzeczności z koniecznością przystąpienia do zgłoszonej naprawy w ciągu 48 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa konieczność powiadamiania personelu o wykonywaniu napraw na 7 dni przed ich wykonaniem i wprowadza odpowiednią zmianę w § 6 ust. 9 podpunkt 1 projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, że do zgłoszonej naprawy Wykonawca powinien przystąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.**

#### **Pytanie 52**

§ 7 ust. 2 podpunkt 3 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. na 0,1% wartości urządzenia, którego czynność dotyczy. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 53**

§ 7 ust. 6 Prosimy o zmniejszenie do 30%. Podana przez Zamawiającego wartość jest rażąco wysoka i niespotykana w tego typu umowach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 30% wynagrodzenia brutto i wprowadza odpowiedni zapis do projektu umowy.**

### **Pytanie 54**

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 22 tygodni od podpisania umowy. Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy. Dodatkowo sytuacja geopolityczna na świecie znacznie wydłuża procesy realizacyjne i produkcyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji kompletnego zamówienia do 22 tygodni od zawarcia umowy, w tym montaż urządzeń w siedzibie Zamawiającego.**

**Termin realizacji zamówienia jest jednym kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ.**

### **Pytanie 55**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało ekran obok komory załadowniczej i jednocześnie było odporne na sytuację w którym para wydostanie się z komory mogąc uszkodzić elektronikę wyświetlacza?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 56**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało drukarkę obok komory i jednocześnie zabezpieczało papier do wydruku potwierdzającego parametry cyklu przed szkodliwym wpływem pary na wyżej wymieniony papier? Uzasadnienie: Rozwiązanie opisane w SWZ nie precyzuje czy wydruk z drukarki urządzenia powinien być zabezpieczony do dalszej archiwizacji, co pozwala na zaoferowanie rozwiązań, które nie zabezpieczają druku we właściwy sposób.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 57**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało drukarkę obok komory załadowniczej i jednocześnie było odporne na sytuację w którym para wydostanie się z komory mogąc uszkodzić papier do wydruku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 58**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Prosimy o potwierdzenie, w związku z profilem działalności Zamawiającego, że sterylizator powinien być zwalidowanym również sterylizacji ciężkich narzędzi ortopedycznych o wadze do 20kg/jednostkę sterylizacyjną zgodnie z PN EN 285, która to informacja powinna być zapisana w instrukcji obsługi urządzenia i dostarczona wraz z urządzeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 59**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z komorą poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału? Uzasadnienie: Powierzchnia oddawania ciepła w komorze poddanej procesowi kuleczkowania jest większa w porównaniu do komory z powierzchnią gładką co znacząco poprawia jakość i szybkość procesu sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 60**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wysokości wejścia komory sterylizacyjnej 660 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres wymiarów wejścia do komory sterylizacyjnej na: 660-790, 650-662 (wysokość [mm], szerokość [mm]) (pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ). Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wejściem do komory sterylizacyjnej o wysokości 660 mm.**

#### **Pytanie 61**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dotykowym panelem sterowania z kolorowym wyświetlaczem stronie załadowniczej o przekątnej 5,7 cali, umieszczony z boku komory sterylizatora na ergonomicznej wysokości 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 62**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora parowego z przeszklonym panelem dotykowym z ekranem 4 linowym po stronie rozładowniczej do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i parametrów procesu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 63**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 17 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu oraz programu serwisowego w formie graficznej dokonywana jest w systemie komputerowym? Uzasadnienie: Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanego portu komunikacyjnego pozwala na obserwację wykresu w postaci graficznej na monitorach komputera (ponad 20 cali) co znacząco poprawia możliwości analizy procesu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompletnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.**

#### **Pytanie 64**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z rejestracją parametrów procesu (m.in. ciśnienia i temperatury) na wewnętrznej wbudowanej drukarce w postaci gotowego raportu oraz wykresów możliwych do wglądu i wydruku na zewnętrznym systemie komputerowym? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie skraca czas analizy poprawności przeprowadzenia procesu przez urządzenie oraz zmniejsza ryzyko błędnego zatwierdzenia nieprawidłowo przeprowadzonego procesu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompletnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.**

#### **Pytanie 65**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora z archiwizacją raportów i parametrów procesu na zewnętrznym systemie komputerowym dostarczanym wraz z urządzeniem? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika, gdyż zapis danych następuje w niezależnym urządzeniu do sterylizatora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompletnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.**

#### **Pytanie 66**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów, które będą wybierane bezpośrednio z panelu sterowania? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wgrania minimum 10 dodatkowych programów.**

#### **Pytanie 67**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu

**Odpowiedź: Treść pytania nie dotyczy pkt. 27 Załącznika nr 1 do SWZ. Odpowiedź na treść pytania została udzielona w odpowiedzi na pytanie 66, tzn. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wgrania minimum 10 dodatkowych programów.**

#### **Pytanie 68**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym program diagnostyczny nie zawiera interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. Uzasadnienie: Program diagnostyczny dostarczający informację poprawnego lub niepoprawnego działania urządzenia oraz wyświetlanie kodów błędów na urządzeniu jest prostsze w obsłudze oraz bardziej intuicyjne dla Zamawiającego, dodatkowo nie wymaga analizy problemów po stronie użytkownika. Proponowane przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem prostszym i korzystniejszym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia treść pkt.28 Załącznika nr 1 do SWZ.**

#### **Pytanie 69**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym program diagnostyczny nie zawiera interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. Uzasadnienie: Program diagnostyczny dostarczający informację poprawnego lub niepoprawnego działania urządzenia oraz wyświetlanie kodów błędów na urządzeniu jest prostsze w obsłudze oraz bardziej intuicyjne dla Zamawiającego, dodatkowo nie wymaga analizy problemów po stronie użytkownika. Proponowane przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem prostszym i korzystniejszym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Treść pytania nie dotyczy pkt. 36 Załącznika nr 1 do SWZ. Odpowiedź na treść pytania została udzielona w odpowiedzi na pytanie 68, tzn. Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia treść pkt.28 Załącznika nr 1 do SWZ.**

#### **Pytanie 70**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z drzwiami komory uszczelnianymi za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie wydłuża żywotność uszczelki i gwarantuje większe bezpieczeństwo pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia treść pkt. 36 Załącznika nr 1 do SWZ.**

#### **Pytanie 71**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 36 Czy Zamawiający zamiast wymaga urządzenia wyposażonego w uszczelkę nie wymagającą okresowego smarowania, o trwałości 3500 cykli sterylizacji (potwierdzone oświadczeniem przez producenta), dociskaną sprężonym powietrzem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 72**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę nie wymagającą okresowego smarowania, o trwałości 3500 cykli sterylizacji (potwierdzone oświadczeniem przez producenta), dociskaną sprężonym powietrzem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 73**

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 pkt 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym wytwornica pary nie jest wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilający wytwornicę pary gdy technologicznie nie jest to wymagane i nie zwiększa zużycia wody zdemineralizowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 74**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 2 pkt 2) do 0,1%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 75**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 2 pkt 3) do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**W SWZ wprowadzono następujące zmiany:**

a/ zmiana terminu składania ofert na dzień 22.07.2022 r. do godz. 10:00;

b/ zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 22.07.2022 r. godz. 11:00;

c/ zmiana terminu związania z ofertą na dzień 19.08.2022 r.;

d/ zmiana zapisów SWZ w:

- Rozdz. V. pkt 2 podpkt I lit. i.

- Rozdz. X

- Rozdz. XIII pkt II podpkt. 1

- Rozdz. XIII pkt II podpkt. 2

- Rozdz. XIII pkt III podpkt. 1

e/ zmiana Opisu parametrów technicznych dla sterylizatora parowego oraz systemu uzdatniania wody (Formularz asortymentowo-cenowy), tj. Załącznika nr 1 do SWZ w następujących punktach: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 27, 28, 36, 37, 43, 46 oraz w części „Wyposażenie 2 sterylizatorów” w punkcie 1 oraz w tabeli z oferowanymi cenami

f/ zmiana formularza ofertowego, tj. Załącznika nr 2 do SWZ w pkt. 2.

g/ zmiana następujących zapisów istotnych postanowień umowy, tj. Załącznik nr 9 do SWZ: § 4 ust. 1, § 4 ust. 5 podpunkty od 2 do 4 oraz 7, § 6 ust. 6, § 6 ust. 9 podpunkt 1, § 7 ust. 6.

2 up.  
Kierownik  
Sekcji Spraw Pracowniczych  
*E. Łopato*  
mgr Elżbieta Łopatowska

