



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 9 maja 2024r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy: 7/PN/2024** – Dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń pola operacyjnego, zestawów ambulatoryjnych, serwet, fartuchów do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1.

**ZADANIE 6** Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, których Zamawiający planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 1-3 w Zadaniu 6?

**Ad.1 Zamawiający planuje wykorzystywać 5 szt. urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, w trakcie obowiązywania umowy, do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 1-3 w Zadaniu 6.**

2.

**Zadanie 4, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krem o pojemności 100 ml z przeliczeniem oferowanych ilości z substancjami takimi jak: tlenek cynku, olej Canola, olej lniany, masło shea, pantenol, oliwa z oliwek, witamina E, neutralizator zapachu w miejsce ekstraktu z rumianku ?

**Ad.2 Zamawiający dopuści do zaoferowania krem o pojemności 100 ml z przeliczeniem oferowanych ilości o składzie opisanym j.w.**

3.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąły chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>.

**Ad.3 Zamawiający dopuści obłożenia w wyżej wymienionych gramaturach pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów poszczególnych składników zestawu tak jak w SWZ.**

4.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 serwety na stolik Mayo min. 80x140cm.

**Ad.4 Pozostaje jak w SWZ.**

5.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 ręczników do rąk o wymiarach 30x30cm.

**Ad.5 Zamawiający dopuści w Zadaniu 13 pozycja 1 ręczniki do rąk o wymiarach 30x30cm.**

6. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 kieszeni samo-przylepnej 40x30cm lub 30x50 cm.  
**Ad.6 Pozostaje jak w SWZ.**
7. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 fartucha standard wykonanego z miękkiej i przewiewnej włókniny SMS gramatura zgodna z SWZ.  
**Ad.7 Pozostaje jak w SWZ tj. fartuch wykonany z włókniny SMMS i wszystkie pozostałe parametry fartucha jak w SWZ.**
8. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 fartucha z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, wiązany na troki w okolicy szyi, zapięcie na rzep min. 2x8cm i 2x10cm, mankiety o długości min. 8 cm.  
**Ad.8 Pozostaje jak w SWZ. Wymagamy w w/w zestawie dwóch fartuchów : 1 szt. fartuch chirurgiczny standard i 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony, o parametrach i wyglądzie szczegółowo opisanych w SWZ.**
9. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 1 taśmę mocującą w serwetach operacyjnych pokryta klejem o szerokości 5cm, wyposażona w marginesy o szerokości min. 0,6 mm ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.  
**Ad.9 Pozostaje jak w SWZ tj. taśma wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm.**
10. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 2,3,4, obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 49g/m<sup>2</sup>.  
**Ad.10 Pozostaje jak w SWZ.**
11. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 7 obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawy i łąty chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>.  
**Ad.11 Pozostaje jak w SWZ . W w/w zestawie nie wymagamy łąty chłonnej.**
12. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6 obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>.  
**Ad.12 Pozostaje jak w SWZ tj. obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego, a w serwecie z wycięciem "U" wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o parametrach (wymiary, gramatura) opisanych szczegółowo w SWZ.**
13. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6,7 ręcznik do rąk o wymiarach 30x30cm lub 40x50cm.  
**Ad.13 Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarach 40x50cm.**
14. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6,7 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm.  
**Ad.14 Pozostaje jak w SWZ.**

15.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6 obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>.

**Ad.15 Pozostaje jak w SWZ tj. obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego, a w serwecie z wycięciem "U" wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o parametrach (wymiarach, gramatura) opisanych szczegółowo w SWZ.**

16.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6 Serwety z wycięciem „U” wzmocniona 200x260cm z wycięciem 9x100cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 3-5cm zabezpieczony dwuczęściowym papierem silikonowatym, każda część zakończona fingerliftem w celu ułatwienia aplikacji.

**Ad.16 Pozostaje jak w SWZ.**

17.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6 Serwety z wycięciem „U” wzmocniona 225x260cm z wycięciem 9x100cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 3-5cm zabezpieczony dwuczęściowym papierem silikonowatym, każda część zakończona fingerliftem w celu ułatwienia aplikacji.

**Ad.17 Pozostaje jak w SWZ.**

18.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 6 serweta 150x240cm z paskiem samoprzylepnym o szerokości 5 cm dwuczęściowym papierem silikonowatym, każda część zakończona fingerliftem w celu ułatwienia aplikacji.

**Ad.18 Pozostaje jak w SWZ.**

19.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 zadanie 7 osłona ortopedyczna na kończynę min. 30x60cm.

**Ad.19 Pozostaje jak w SWZ.**

20.

W pakiecie 13 Zamawiający, w przedmiocie zamówienia wpisał wymóg pierwszej klasy palności według CFR1610, która to norma nie ma zastosowania na gruncie prawa europejskiego, a jest wymogiem stosowanym w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 704 i określa klasę palności od 0 do 4. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jednostki certyfikującej oraz normy, która taki certyfikat określa w przypadku obłożeń chirurgicznych lub odstępstwa od wymogu o klasie palności. Bądź o dopuszczenie oświadczenia wynikającego z również powołanej przez Zamawiającego normy EN PN 13795:2019 dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny, która wskazuje, iż „obłożenia operacyjne i fartuchy chirurgiczne nie stanowią źródła zapłonu ani nie są utleniaczami, natomiast mogłyby służyć jako paliwo podczas wybuchu pożaru. W związku z tym wytwórcy są zobowiązani do dostarczenia informacji o ryzyku pożaru związanym z użytkowaniem tych wyrobów”.

**Ad.20 Zamawiający zmienia Załącznik nr 5 - OPZ poprzez wykreślenie zapisu wymogu klasy palności według CFR1610 (dotyczy zadania 12, zadania 13, zadania 14). W załączeniu OPZ po zmianach z dn. 9.05.2024r. Zamawiający wymaga potwierdzenie spełnienia wymagań normy EN PN 13795:2019 poprzez oświadczenie producenta określające klasę palności oferowanych wyrobów lub certyfikat.**

21.

**Grupa 3, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie wiązania 5-6 min?**

**Ad.21 Pozostaje jak w SWZ.**

22.

**Grupa 3, pozycja 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

**Ad.22 Pozostaje jak w SWZ tj. opaska nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń.**

23.

**Grupa 3, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną z włókniny polipropylenowej 36g/m<sup>2</sup>?

**Ad.23 Zamawiający dopuści chustę trójkątną z włókniny polipropylenowej 36g/m<sup>2</sup>.**

24.

**Grupa 3, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 10 x 10cm a '5 sztuk?

**Ad.24 Pozostaje jak w SWZ tj. kompresy 7,5cm x 7,5cm x 5szt i wszystkie pozostałe parametry jak w SWZ.**

25.

**Grupa 3, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier – folia?

**Ad.25 Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier – folia pod pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.**

26.

**Grupa 3, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitką rtg typu rożek?

**Ad.26 Pozostaje jak w SWZ tj. tupfer G-groszek jałowy 12 x 12cm x 5szt.**

27.

**Grupa 3, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitką rtg typu kula 15cm x 15cm a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad.27 Pozostaje jak w SWZ tj. tupfer G-groszek jałowy 12 x 12cm x 5szt.**

28.

**Zadanie 12 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm, kraton 88µm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Do zestawu dołączone osobno: 1 szt sterylnej kieszeni na płyny z kształtką 40 x 30 cm oraz fartuchy chirurgiczne zgodne z wymaganiami.

**Ad.28 Pozostaje jak w SWZ.**

29.

**Zadanie 12 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%, o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 190 cm, folia niepiaskowana, łączna gramatura 87g/m<sup>2</sup>, chłonność 350%
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

**Ad.29 Pozostaje jak w SWZ.**

30.

**Zadanie 12 pozycja 5, 6, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30** - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej?

**Ad.30 Pozostaje jak w SWZ tj. wszystkie próbki sterylne.**

31.

**Zadanie 12 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1szt serweta **do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260 cm x 310 cm, z folią chirurgiczną wokół otworu i workiem na płyny**

- 1szt podkład chłonny typu Seni Soft rozm.minim.90x60cm

- 1szt serweta na stół instrumentalny rozm.minim.190x150cm

- 1szt serweta Mayo 145x 80cm, złożona teleskopowo, **z folii niepiaskowanej, wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm oraz o łącznej gramaturze 87 g/m<sup>2</sup> (folia PE 50 g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnienie 37g/m<sup>2</sup>)**

- 6szt serweta gazowa 45x45cm 4W 17N rtg tasiemka, klasa 2a reg.7

- 20szt kompresy gazowe 10x10cm przewiązane po 10szt, 12W 17N z nitką RTG,kl.2a reg.7

- 1szt opatrunek wyspowy typu fixopore S, rozm.minim.20x10cm

- 1szt fartuch chirurgiczny rozm.L

- 2szt fartuch chirurgiczny do długich i mokrych zabiegów rozm.L

Zestaw zapakowany **w wytrzymałą torbę ze wstawką Tyvek**

Centralna etykieta umieszczona w widocznym miejscu **wewnątrz** zestawu z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.

**Ad.31 Pozostaje jak w SWZ.**

32.

**Zadanie 12 pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

• 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

**Ad.32 Pozostaje jak w SWZ.**

33.

**Zadanie 12 pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą angiograficzną 18 G zapakowaną osobno oraz doklejoną do zestawu? Pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

**Ad.33 Pozostaje jak w SWZ tj. igła angiograficzna w zestawie razem ze wszystkimi pozostałymi składnikami zestawu jak w SWZ.**

34.

**Zadanie 12 pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1szt serweta rozm. **200/300 cm x 330 cm z otworem w okolicy krocza o średnicy 5 cm, otworem brzuszny 8 cm oraz osłoną na palec do badania per rectum , zintegrowaną z workiem na płyny z sitem, zaworem do mocowania drenów oraz zintegrowanymi nogawicami**

- 1szt serweta na stół instrumentalny rozm. 190 x 150cm

- 1szt serweta Mayo 145 x 80cm, złożona teleskopowo, **wykonaną z folii niepiaskowanej ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 oraz masą powierzchniową 87 g/m<sup>2</sup>**

- 2szt serwetki z włókniny kompresowej **30 cm x 30 cm**

- 1szt taśma medyczna 50 x **10cm**

- 20szt kompresy gazowe 16w. 17n. z rtg, waga 1szt=2,89g , klasa 2a reg.7

- 1szt fartuch chirurgiczny 35g/m<sup>2</sup> , rozm.L

- 1szt fartuch chirurgiczny 35g/m<sup>2</sup> , na powierzchni krytycznej, **na przedramionach oraz w okolicy klatki piersiowej i brzucha**, wstawki nieprzemakalne o masie 40g/m<sup>2</sup>. Rękaw prosty, nie krępujący ruchów., rozm.XL

Zestaw zapakowany w **wytrzymałą torbę ze wstawką Tyvek**

**Wewnątrz zestawu w widocznym miejscu** centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.

Spełniający normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.

Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610.

**Ad.34 Pozostaje jak w SWZ.**

35.

**Zadanie 12 pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1szt serweta 190 x 150cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

- 1szt serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym

- 1szt pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy

- 1szt sterylny fartuch chirurgiczny rozm. **L o długości 128 cm (+/- 3 cm) z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, mankietem z dzianiny dł. 7,5 cm, wiązany na dwa troki zewnętrzne oraz 2 wewnętrzne oraz zapięcie na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13 cm, prawy rzep 3 cm x 7 cm)**

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy **35 cmH<sub>2</sub>O**, wytrzymałość na wypychanie na sucho **80,60 kPa**, na mokro **76 kPa** – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

- 2 szt wzmocniony fartuch chirurgiczny roz. XL **138cm** z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>,

wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwa chłonną w części przedniej i

przedramionach o gramaturze min. min. 40g/m<sup>2</sup>. Antystatyczny I klasa palności wg 16 CFR 1610. W

części przedniej **wzmocnienie na przedramionach oraz w okolicach klatki piersiowej oraz**

**brzucha**. Wzmocnienie **wewnętrzne**. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym

mankietem o długości **7,5 cm**. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką

ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. **3cm, dł. 13 i 7cm**; troki mocowane ultradźwiękowo.

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej **102** cmH<sub>2</sub>O, mniej krytycznej **35** mH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

- 1szt czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
- 1szt uchwyt monopolarny z dwoma przycisk.z elektrodą płaską i kablem
- 1szt ostrze do skalpela nr 24
- 3szt tufper z gazy 30 x 30 cm, 17 nitok (tufery umieszczone w misce nerkowatej)
- 1szt miska nerkowata **800ml**
- 1szt korcang plastikowy 24 cm **+/- 1 cm**
- 1szt serweta 3-warstwowa przylepna 240 x 150 cm
- 1szt serweta 3-warstwowa przylepna **150 x 180 cm**
- 2szt serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm
- 1szt uchwyt rzepowy do kabli **2 x 22 cm**
- 20szt kompres gazowy z nitką RTG 10x10cm,16w ,17n ,wiązane a'10
- 20szt kompres gazowy z nitką RTG 7,5x7,5cm,16 w,17n,wiązane a'10
- 1szt kieszeń przylepna PE 1-sekcyjna 40 x 30 cm
- 2szt chusta gazowa z RTG, 45 x 45 cm, 17 nitok, 4 warstwy

Serwety 3-warstwowe z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo- polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gr.75g/m<sup>2</sup>. Zestaw zapakowany w Tyvek. **Wewnątrz zestawu w widocznym miejscu** centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu I klasa palności wg CFR 1610.

**Ad.35 Pozostaje jak w SWZ.**

36.

**Zadanie 12 pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu włóknina + folia?

**Ad.36 Pozostaje jak w SWZ.**

37.

**Zadanie 12 pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny o szerokości warstwy chłonnej 65 cm i gramaturze 77 g/m<sup>2</sup>?

**Ad.37 Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny o szerokości warstwy chłonnej 65 cm i gramaturze 77 g/m<sup>2</sup> pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów ( rodzaj tworzywa, rozmiar serwety, zgodność z normą ) jak w SWZ.**

38.

**Zadanie 12 pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm?

**Ad.38 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta z otworem o średnicy 8 cm.**

39.

**Zadanie 12 pozycja 13, 14** - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min.40g/m<sup>2</sup>?

**Ad.39 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta o gramaturze w poz.13 – minim. 43 g/m<sup>2</sup> w poz.14 – minim. 42 g/m<sup>2</sup>.**

40.

**Zadanie 12 pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

**Ad.40 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta z otworem o średnicy 8 cm.**

41.

**Zadanie 12 pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

**Ad.41 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów ( tworzywo, gramatura ) jak w SWZ.**

42.

**Zadanie 12 pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240 cm?**

**Ad.42 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta w rozmiarze 180 x 240cm i wszystkie pozostałe parametry jak w SWZ.**

43.

**Zadanie 12 pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170x300 cm?**

**Ad.43 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta w rozmiarze 180 x 240cm i wszystkie pozostałe parametry jak w SWZ.**

44.

**Zadanie 12 pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści serwetę porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?**

**Ad.44 Pozostaje jak w SWZ.**

45.

**Zadanie 12 pozycja 20, 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?**

**Ad.45 Pozostaje jak w SWZ . Wycena za szt.**

46.

**Zadanie 12 pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C o składzie:**

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Zadanie 12 pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x60 cm?**

**Ad.46 Zadanie 12 pozycja 22 – pozostaje jak w SWZ.**

**Zadanie 12 pozycja 24 – pozostaje jak w SWZ.**

47.

**Zadanie 12 pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:**

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm

4 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Chwytek plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

Osobno pakowane:

1 x Strzykawka z wodą jałową z gliceryną 10 ml

1 x Strzykawka z żelem do znieczulenia błon śluzowych?

**Ad.47 Pozostaje jak w SWZ.**

48.

**Zadanie 12 pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym 6 cm x 8 cm bez przylepca na krawędzi bocznej?**



**Ad.48 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta z przylepną krawędzią boczną.**

49.

**Zadanie 12 pozycja 29** - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x Iglotrymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm?

**Ad.49 Pozostaje jak w SWZ.**

50.

**Zadanie 13 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści próbkę w wersji niesterylnej?

**Ad.50 Pozostaje jak w SWZ tj. próbka w wersji sterylnej.**

51.

**Zadanie 13 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami do rąk 30 cm x 30 cm?

**Ad.51 Zamawiający dopuści rozmiar ręczników 30cm x 30cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów poszczególnych składników zestawu jak w SWZ.**

52.

**Zadanie 13 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią samoprzylepną, foliową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

**Ad.52 Pozostaje jak w SWZ.**

53.

**Zadanie 13 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną, wzmocniona o wymiarach 150 cm x 240 cm? (zamiast min. 150 x 250 cm)

**Ad.53 Pozostaje jak w SWZ.**

54.

**Zadanie 13 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 200cm z otworem w kształcie rombu o wym. 8 cm x 12 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm. Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

**Ad.54 Pozostaje jak w SWZ.**

55.

**Zadanie 13 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

• 1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z centralnym, samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów.

**Ad.55 Pozostaje jak w SWZ.**

56.

**Zadanie 13 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

**Ad.56 Pozostaje jak w SWZ.**

57.

**Zadanie 13 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach 10x50cm, pakowana a' 1 szt. w opakowaniu zbiorczym (karton) 1100 szt?

**Ad.57 Pozostaje jak w SWZ tj. taśma o wymiarach 9 x 50cm, pakowana a'1szt. , w opakowaniu zbiorczym a' 200 szt.**

58.

**Zadanie 13 pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Taśmy lepne z fingerliftem o szer. 1 cm.

**Ad.58 Pozostaje jak w SWZ.**

59.

**Zadanie 13 pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm włókninowa
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, ze sztywnikiem i zaworem do drenu. Brak dodatkowych uchwytów.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>.

**Ad.59 Pozostaje jak w SWZ.**

60.

**Zadanie 14 pozycja 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących rozmiarach: XL długość 138 +/- 3cm, XXL długość 157 +/- 3 cm?

**Ad.60 Zamawiający dopuści w/w długości fartuchów, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów fartuchów jak w SWZ.**

61.

**Zadanie 14 pozycja 1, 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

**Ad.61 Pozostaje jak w SWZ tj. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS lub SMMMS (poz.1) , z włókniny SMMS (poz. 2, 3).**

62.

**Zadanie 14 pozycja 1, 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem?

**Ad.62 Pozostaje jak w SWZ.**

63.

**Zadanie 14 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia w rękawach?

**Ad.63 Pozostaje jak w SWZ tj. fartuchy z taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów.**

64.

**Zadanie 14 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietami o dł. 7,5 cm (+/- 1 cm)?

**Ad.64 Pozostaje jak w SWZ tj. mankiet dł.min. 8 cm (+2cm).**

65.

**Zadanie 14 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XXXL o dł. 170 cm +/- 3 cm?

**Ad.65 Pozostaje jak w SWZ.**

66.

**Zadanie 14 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm?

**Ad.66 Pozostaje jak w SWZ tj. ręczniki minim. 30 x 40cm.**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16 maja 2024r.**

podpis elektroniczny