

| Zadanie nr 3 | | |
|---|---|---|
| Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości typu iBlow (4 kpl.). | | |
| L.p. | Parametr | Wymagania |
| 1 | Zasada pomiaru | Czujnik elektrochemiczny; |
| 2 | Zakres pomiarowy | <ul style="list-style-type: none"> • wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ • wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰ |
| 3 | Dokładność pomiaru | Maksimum 0,01 ‰ |
| 4 | Zakres błęd pomiarowego | Maksimum $\pm 0,7\%$ przy 1,0‰ BAC |
| 5 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| 6 | Niezbędne wyposażenie kompletu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie iBlow – 1 szt. 2. Baterie alkaliczne LR-6 (AA) – 6 szt. 3. Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem – 1 szt. 4. Razem z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, warunki i termin ważności gwarancji. • Instrukcje użytkowania w języku polskim. • Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań. | |

- Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych – Michał Jakubczyk tel. 41 349 28 17
- Termin dostawy – 30 dni od otrzymania zamówienia;
- Płatność – przelew 30 dni;
- Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;