

Lublin, dnia 18.10.2023 r.

COZL/DZP/AS/3411/PN-127/23

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

**„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii COZL”.
(COZL/DZP/AS/3411/PN-127/23)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące
zapytania:

Pytanie nr 1

CZEŚĆ NR 7

Czy Zamawiający dopuści Absorbent inny niż Cytosorb i jego adaptory, zbudowany z biokompatybilnych wysoce selektywnych garnulek neutralnej żywicy markoporowej. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego filtra > **50 000 m²**, objętość **330ml** . Szybkości przepływu krwi w zakresie 100 do 700 ml / min. Ze względu na dużą powierzchnię adsorpcji zalecany czas leczenia pojedynczym adsorbentem: do 12 godzin podczas 3 kolejnych dób. Adsorbuje substancje hydrofobowe **do 60 kDa**, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. Kompatybilny z obwodami krążenia pozaustrojowo-terapia nerkozastępca(CRRT) oraz pozaustrojowym utlenowaniem krwi (ECMO), możliwość zastosowania z antykoagulacją heparynową lub cytrynianową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część 3

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z miękką, przezroczystą poduszką posiadającą zawór do regulacji wypełnienia maskietu i tym samym odstąpi od wymogu możliwości użycia w środowisku MRI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Część 3

Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast bezpośrednio na masce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część 5

Czy Zamawiający dopuści łyżkę wykonaną ze stopu metalu posiadającą stopkę mocującą z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, co ułatwia identyfikację z tzw. zielonym standardem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Część 5

Czy Zamawiający dopuści mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą dwóch łożysk kulkowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Część 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar kodowany cyfrowo zamiast kolorem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Część 5

Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Część 5

Czy Zamawiający dopuści brak instrukcji użycia na opakowaniu jednostkowym i w zamian tego dopuści dołączanie instrukcji użycia w języku polskim do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Część 5

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie nazwy handlowej oraz nazwy producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast bezpośrednio na łyżce? Taki wymóg nie wpływa w żadnym stopniu na użytkowanie wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku

- Wyrób po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu
- Przezroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta.
- Kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski
- Pierścień mocujący można usunąć, gdy jest zbędny
- Pełny zakres rozmiarów pozwala na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta

- Wszystkie rozmiary masek są dostępne w wersji z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów
- Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej
- Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 11

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów prowadzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta

- Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy otwarty mankiet z tworzywa TPE, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku
- Polipropylenowa, przezroczysta kopuła maski, pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Wyrób po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu
- Rozmiar oznaczony cyfrą tłoczoną na korpusie oraz kodowanym kolorystycznie mankiem
- Pełny zakres rozmiarów pozwala na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej
- Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 12**Część 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maski bez możliwości użycia w środowisku MRI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na wkłady (część 4 poz. 1), będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

Powyższa informacja pomoże nam w skalkulowaniu jednostkowego kosztu transportu z magazynu w do Państwa. W przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 szt. i uwzględnić koszt transportu z magazynu w cenie każdego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o zmianę przewidzianej do zamówienia w części 4 poz. 2 ilości wkładów, na wielokrotność 50 szt., gdyż producent pakuje wkłady zbiorczo po 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na wkłady (część 4 poz. 2), będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

Powyższa informacja pomoże nam w skalkulowaniu jednostkowego kosztu transportu z magazynu w do Państwa. W przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 szt. i uwzględnić koszt transportu z magazynu w cenie każdego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie jakiego (nazwa/producent) ssaku będzie używał Zamawiający do filtrów z części 4 poz. 3.

Odpowiedź: Filtry do próżni będą używane do reduktora do próżni w ścianie.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie jakiego producenta filtrów z części 4 poz. 3 obecnie używa Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w części 4 poz. 3 wymaga filtrów, które są montowane pomiędzy drenami czy wymaga filtrów montowanych bezpośrednio do urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż jedna część filtru montowana będzie do drenu, druga do reduktora.

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 4 poz. 3 dopuści filtry pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 4 poz. 3 wymaga 100 opakowań po 10 sztuk czyli 1000 sztuk filtrów, czy 10 opakowań po 10 sztuk czyli 100 sztuk filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 opakowań po 10 szt.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części 4 poz. 3 filtr do ssaka medycznego - przyłączy przewodów z obu stron 4 mm i 9 mm, wysokość 62 mm, średnica 64 mm. Poniżej przesyłamy zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części 4 poz. 3 filtr- króciec do węża o średnicy zewnętrznej 8 mm i średnicy wewnętrznej 4 mm (w przybliżeniu) po obu stronach. Poniżej przesyłamy zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Prosimy o wydzielenie z części 4 poz. 1 oraz poz. 2 do oddzielnego zadania. Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjaśnienie zapisów pod tabelą w części 4 „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru **sprzętu** w zależności od aktualnych potrzeb” oraz „Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki”. Czy przez słowo „sprzęt” Zamawiający ma na myśli asortyment/ przedmiot zamówienia wymagany w tabeli w części 4 czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego sprzętu do wymaganego asortymentu w tabeli w części 4? Jeśli Zamawiający wymaga dodatkowego sprzętu, prosimy o dookreślenie jaki to sprzęt oraz prosimy Zamawiającego o podanie ilości.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli asortyment/ przedmiot zamówienia wymagany w tabeli w części 4.

Pytanie nr 25

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby na etykiecie był wskazany rozmiar, ale nie miał oznaczenia kolorystycznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby podstawa łyżki była metalowa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się, aby łyżki były wykonane z metalu o matowym, szarym wykończeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski anestetycznej bez wytłoczonej nazwy producenta a tylko z wytłoczonym rozmiarem. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.