



"Techniki pozaustrojowego wspomaganie funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020,
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

L. Dz.: DZP-162/19

Poznań, 21.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: PN-7/19 przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa symulatorów oraz dedykowanego systemu AV.**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy części nr 1, zaawansowany symulator niemowlęcia

Pytanie 1:

Pkt 23

Zamawiający wymaga, aby symulator posiadał programowalny stopień napięcia mięśniowego (minimum trzystopniowy), ruchy kończyn i ust – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator bez tych funkcji?

Odpowiedź 1:

Tak.

Pytanie 2:

Pkt 24

Zamawiający wymaga, aby symulator miał możliwość kontroli tętna na minimum dwóch tętnicach ramieniowych i dwóch tętnicach udowych z automatyczną rejestracją - czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z możliwością kontroli tętna na jednej kończynie ramieniowej i dwóch tętnicach udowych?

Odpowiedź 2:

Tak.

Pytanie 3:

Pkt 58

Zamawiający wymaga w zestawie drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z jednym kompletem zamiennych worków płucnych?

Odpowiedź 3:

Tak.

Dotyczy części nr 1, zaawansowany symulator dziecka

Pytanie 4:

Pkt 35

Zamawiający wymaga, aby symulator posiadał w zestawie wymienną dolną kończynę lewą i prawą - 1 dodatkowa lewa i 1 dodatkowa prawa kończyna – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z dodatkową jedną kończyną (prawą) służącą do ćwiczenia wkluc do szpikowych?

Odpowiedź 4:

Tak.

Pytanie 5:

Pkt 36

Zamawiający wymaga, aby symulator posiadał w zestawie wymienną górną kończynę lewą i prawą - 1 dodatkowa lewa i jedna dodatkowa prawa kończyna – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z dodatkową jedną kończyną (prawą) służącą do treningu wkluc dożylnych?



Odpowiedź 5:

Tak.

Pytanie 6:

Pkt 38

Zamawiający wymaga w zestawie drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z jednym kompletem zamiennych worków płucnych?

Odpowiedź 6:

Tak.

Dotyczy części nr 1, zaawansowany symulator osoby dorosłej

Pytanie 7:

Pkt 30

Zamawiający wymaga w zestawie drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności dodatkowy, niezależny model dróg oddechowych?

Odpowiedź 7:

Tak.

Pytanie 8:

Pkt 31

Zamawiający wymaga, aby symulator posiadał w zestawie wymienną dolną kończynę lewą i prawą - w zestawie 1 dodatkowa lewa i prawa kończyna – czy Zamawiający mógłby zrezygnować z zapisu lub uznać go równoważnym/tożsamym z pkt 26 ze względu na to, że w pkt 26 Zamawiający wymaga zaoferowania w zestawie 2 wymiennych kończyn umożliwiających symulację przypadków urazowych?

Odpowiedź 8:

Zamawiający uzna za tożsame zapisy z punktów 26 i 31

Pytanie 9:

Pkt 37

Zamawiający wymaga: dedykowane urządzenie do współpracy z oprogramowaniem symulatora komputer typu laptop z funkcją tabletu – czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie spełniające wszystkie wymienione parametry, ale bez funkcji tabletu?

Odpowiedź 9:

Tak.

Ponadto zamawiający **zmienia termin składania ofert z 22.03.2019r. na 28.03.2019r. godz. 9.00.** Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2019r. o godzinie 9:15.

Powyższe, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr inż. Bartosz Piłak
za Zamawiającego

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opracowała: Barbara Głowacka
nr tel. (61) 854-60-18
e-mail: dzp@ump.edu.pl

