



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁA
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Piła, dn. 14.09.2021 roku

FZP.III-241/53/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „STAPLERY”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 1, o dopuszczenie produktu : Jednorazowy stapler liniowy z nożem 60, 80 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Brak potencjalnie traumatyzującego tkanek zabezpieczenia przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera. Stapler posiada obustronnie spłaszczoną zszywkę na całej długości co minimalizuje możliwość deformacji zszywki na grubej tkance.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 3, o dopuszczenie produktu o opisie : Stapler liniowy, wielostrzałowy 30mm, 45mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadający jedną dźwignię - dźwignię zamykająco-spustową. Słyszalny dźwiękowy „klik” na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarście szczęk staplera min. 18mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm oraz do tkanki naczyń w rozmiarze 30 mm posiadający trzy linie zszywek. Zszywki binaternalnie spłaszczone na całej długości co minimalizuje możliwość deformacji zszywki na grubej tkance.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 5, o dopuszczenie produktu o opisie : Stapler liniowy 45 mm i 60 mm bez noża. Szczęki staplera proste. Stapler posiadający jedną dźwignię: zamykająco - spustową Słyszalny dźwiękowy „klik” na każdym etapie użycia staplera. Wysokość zszywki po zamknięciu na 1,5 lub 2,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 6, o dopuszczenie produktu „Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artkulacją do 45 stopni, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej długość-600mm; standardowa laparoskopowa długość-1600mm oraz długa do chirurgii bariatrycznej długość-2600mm).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 7, o dopuszczenie jako równoważne produktu o następujących parametrach : ładunek do w/w staplera o długościach 30mm, 45mm, 60mm. Ładunek 30mm zamykający na 1,0mm oraz na 1,5mm. Ładunki 45 i 60mm wysokość zszywki otwartej 2,5 mm 3,5 mm, 4,8 mm zamykające na 1,0 oraz 1,5 oraz 2,0mm. Kąt artykulacji ładunku 45 st w obie strony. Ładunki zamykające się na 1,0 mm, 1,5mm kompatybilne z trokarem 12 mm, ładunek zamykający się na 2,0 mm kompatybilny z trokarem 15mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w zakresie zadania nr 2, pozycja 8, o dopuszczenie produktu o opisie „Elastyczny retraktor, składający się z rękawa ochronnego na ranę wykonanego z poliuretanu, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, rozmiar średni cięcie 9 – 14 cm lub 2,5-6 cm do zabiegów VATS

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.