

Konin, 03.01.2024 r.

WSZ-EP-58/23/7/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa narzędzi endoskopowych”, nr sprawy WSZ-EP-58/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 1

dot. załącznika nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 1, poz. 10

W związku z wycofaniem ze sprzedaży balonów do achalazji BA-1,2 i 3 wymaganych w poz. 10, pakietu nr 1, czy Zamawiający dopuści w miejsce oryginalnego opisu:

„Jednorazowe Trójstopniowe poszerzadła balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym lub drutem usztywniającym, do poszerzania przełyku; średnice balonu: 6 do 20 mm; zmienna średnica poszerzadła – trzy rozmiary w zależności od ciśnienia; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długości balonów 55, 65, 80 lub 90mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu” lub wydzieli poz. 10 z pakietu nr 1?

Obecny opis uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego powyżej. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 z Pakietu nr 1.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.