

DEZ/1623/2024

Jelenia Góra 04.11.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji
postępowanie powtórzone
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/46/10/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Do punktu 3.6 SWZ: Zamawiający wskazuje, że nie dopuści rozwiązań równoważnych m.in. do pakietu nr 3 z powodu „udzielonej gwarancji producenta na myjnię” jednak w pakiecie nr 3 zamawiający opisuje produkt nie stosowany w myjni. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w treści pkt. 3.6 SWZ i jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisów pkt. 3.6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„Zamawiający *nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych* w zakresie Pakietu Nr 3, Pakietu Nr 8 oraz Pakietu Nr 9 z powodu udzielonej gwarancji producenta na myjnię”.

Po poprawie:

„Zamawiający *nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych* w zakresie Pakietu Nr 3 z powodu udzielonej gwarancji producenta na urządzenia, sprzęt.

Zamawiający *nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych* w zakresie Pakietu Nr 8 oraz Pakietu Nr 9 z powodu udzielonej gwarancji producenta na myjnię”.

Pytanie Nr 2

Do pakietu nr 3: Uprzejmie proszę o wskazanie *urządzeń, sprzętów objętych gwarancją producenta.*

Odpowiedź: VIDEONASOFARYNGOSKOP XNP XION

Pytanie Nr 3

Do pakietu nr 3: Proszę o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia, do dezynfekcji wysokiego stopnia wideonasolaryngoskopu, głowic przezprzełykowych, video-ureterorenoskopów, cystoskopów giętkich o działaniu sporobójczym w czasie 5 min na bazie aldehydu ortoftalowego skuteczność działania w ciągu 14 dni o szerokiej kompatybilności materiałowej, w op. 5L z przeliczeniem ilości op. wyrób medyczny klasy IIB.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Producenci sprzętu HAWK, STORZ wymagają dezynfekcji w CIDEX OPA.

Pytanie Nr 4

Do pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, możliwość dezynfekcji: foteli zabiegowych, łóżek szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie nadtlenku wodoru bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, osiąga spektrum działania: B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, formuła produktu pozwala na bezpieczne stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym (polecany do mycia i dezynfekcji inkubatorów), forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu, z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 750ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zawierającego chlorek didecyldimetyloamoniowy.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu biobójczy, alkoholowy, oparty na 80% alkoholu etylowym, przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek.

Zakres działania: B, V (HBV, HCV, HIV,) F, prątki do 30 sek.

Preparat niealergizujący, nieodtłuszczający skóry. Op. 500 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ preparat z alkoholem izopropylowym.

Pytanie Nr 2

Pakiet 2 poz. 1, 2, 3

W związku z tym, że zamawiający wymaga zaferowania preparatu do dezynfekcji rąk prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować produkt biobójczy.

Odpowiedź: Wymogi zawarto w parametrach granicznych Pakietu Nr 2.

Pytanie Nr 3

Pakiet 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu umożliwiającego jednoczesne mycie i dezynfekcję powierzchni, bez zawartości alkoholu, zawierający chlorek didecyldodimetyloamoniowy, nadtlenek wodoru formuła produktu pozwala na bezpieczne stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym (polecany do mycia i dezynfekcji inkubatorów), forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu, z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych. Wykazujący działanie: bakteriobójcze- 1 min, wobec prątków- 1min, drożdżakobójcze-1 min, grzybobójcze- 1 min, ograniczone wirusobójcze - 1 min, Polio, Adeno, Noro (EN 14476)- 1 min:. Produkt gotowy do użycia. Wyrób medyczny kl. IIa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań pakietu dotyczących parametrów granicznych i dopuszczenie produktów, które są zakwalifikowane wyłącznie jako wyroby medyczne, a nie produkty biobójcze i spełniają wszystkie wymagania zgodności w zakresie wymagań bezpieczeństwa i działania Rozporządzenie UE 2017/745 dotyczącego Wyrobów Medycznych (MDR)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz