

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 19.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pakiecie 31 - pozycja nr 4:

Czy Zamawiający miał na myśli przewód pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów Medumat Basic ,Medumat Easy , Medumat Standard A firmy Weinmann - Długość 2 m?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 -dotyczy pakiet nr 31

Czy Zamawiający wymaga, aby igły doszpikowe opisane w pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2 - w dniu dostawy do Zamawiającego posiadały minimum 80 % całkowitego okresu ważności?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotycz pakiet nr 31

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 31 pozycję nr 3 - złącze oddechowe do kapnomietru Emma oraz utworzy dla tego produktu osobne zadanie ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Janusz Eustachowski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Szczyk