



Zielona Góra 27.01.2023r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku**, nr referencyjny: NZ.280.18.2022, TED: 2023/S 007-015514

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) **10% od niezrealizowanej części** kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) 10% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy**
- 3) **200 zł** za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- 4) **1500 zł** za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- 5) **500 zł** za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

2. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „...od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Zadanie nr 1: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Zestaw punkcyjny do nefrostomii techniką two-step:

- Cewnik wykonany z poliuretanu, śr 8 Fr i dł. 22 cm z otworami drenażowymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, tuba do prostowania cewnika, kranik jednokierunkowy z zaworem Luer-lock do podłączenia worka na mocz, Igła dwuczęściowa widoczna w USG śr. 18G, dł 20 cm, Obturator, Prowadnica Schullera niepowleczone ze stali nierdzewnej Typ J (3 mm), śr. 0,035” i dł. 100 cm, łącznik do worka na mocz z męskim Luer-Lock, dł 10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie nr 1: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Zestaw do do nakłucia i wymiany nefrostomii:

W skład zestawu wchodzi : Cewnik wykonany z poliuretanu o Śr.10 Ch, dł. 22-30 cm, metalowy obturator, kranik jednokierunkowy, echogeniczna Igła Chiba 18G/20cm, Igła punkcyjna 18G, dł. 20 cm, 3-5 rozszerzeń (zależnie od rozmiaru cewnika), prowadnica pokryta teflonem, śr. 0.038”, łącznik z lejkiem, akcesoryjny łącznik Luer-lock, worek na mocz, kołnierz mocujący oraz opaska zaciskowa, skalpel.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 5

Zadanie 1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu, tak jak obecnie stosowane, o następujących parametrach:
Zestaw do nefrostomii wielostopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrolą USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik ch 10 typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzeń dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 1:

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrostomii:
Zestaw do nefrostomii wielostopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrolą USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: igła typu Chiba 2częściowa 18G (1.3mm), długość 20cm - igła o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm ch10, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzeń dopasowanych do rozmiaru cewnika. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 1:

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrostomii o parametrach:
Zestaw do nefrostomii dwustopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrolą USG techniką dwustopniową: igła punkcyjna typu Chiba 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, z nacięciami dla bezpiecznego zamocowania. Cewnik w rozm. ch9 z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 85 cm; kranik do podłączenia worka na mocz, skalpel oraz adapter.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl

a/a NZ.280.18.2022