

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 25.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:



Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie przedziału wagowego czujników SpO2 tzn. dla noworodków < 3 kg, dorosłych > 30 kg

Odp. Zamawiający potwierdza przedziały wagowe czujników jw.

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 1, 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie technologii czujników jakie Wykonawca powinien zaproponować tj. Nellcor, Nellcor OxiMax oraz rodzaj wtyczki:

A)		B)	
----	---	----	---

Odp. Zamawiający potwierdza technologię Nellcor

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 3, 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaj wtyczki czujników SpO2 do pulsoksymetru Novamatrix Oxypleth:



Odp. Zamawiający potwierdza rodzaj wtyczki jw.

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji, czy oferowany czujnik typu Y powinien być rozłączny czy nierozłączny.

Odp. Zamawiający potwierdza, że czujnik ma być rozłączny

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaju wtyku tj. DB9.

Odp. Zamawiający potwierdza rodzaj wtyku DB9

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 5, 6

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaj wtyczki czujników SpO₂ w technologii Masimo:



Odp. Zamawiający potwierdza rodzaj wtyczki jw.

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 6

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o podanie aktualnie używanego numeru katalogowego czujnika SpO₂ w technologii Masimo.

Odp. Numer katalogowy czujnika 4003

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 7

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 7 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 7

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o wymiarze 23 x 23 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 8

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 8 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 8

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski nylonowej dla dorosłych, gdyż w zestawie z czujnikiem typu Y znajdują się opaski silikonowe dla noworodków.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 9

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adapteru SpO₂ o długości 2,43 m.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 10, 11

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy czujników SpO₂ tj. Nellcor czy Nellcor OxiMax

Odp. Zamawiający potwierdza technologię OxiMax

Dotyczy Pakietu nr 55, poz. 10, 11

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czujników SpO₂ typu Nellcor o długości 0,9 m.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchb. Górniczej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Bojdyła