



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin 20.07.2022 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : Dostawa inkubatora otwartego nr postępowania 8/2022.**

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści swz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

### A

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inkubator, którego „Konstrukcja promiennika w kształcie prostopadłościanu usytuowana równolegle do leża pacjenta zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka z możliwością odsunięcia/odchylenia w celu zapewnienia maksymalnego komfortu personelu oraz umożliwienie wykonywania wszelkich procedur intensywne przy noworodku.”  
Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

### B

**Dot. SWZ Rozdział V Termin wykonania zamówienia**

**Umowa par. 2 ust. 1**

Wnosimy o ujednoczenie zapisów SWZ oraz Umowy w zakresie wymaganego terminu realizacji zamówienia. W SWZ termin wykonania wyznaczony jest określoną datą (30.11.2022), natomiast projekt umowy przewiduje określenie terminu wykonania w tygodniach/miesiącach.

Odpowiedź: Wzór umowy par. 2 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie :

1. Realizacji całości zamówienia opisanego w § 1 Umowy nastąpi w terminie do .....

**Umowa par. 2 ust. 3**

Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca powiadomił Zamawiającego o planowanej dostawie przedmiotu zamówienia telefonicznie ?


W przypadku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób:

*3. Wykonanie umowy w zakresie dostawy Urządzenia - ..... musi być poprzedzone powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać na adres e-mailowy Zamawiającego [zp@szpitaljarocin.pl](mailto:zp@szpitaljarocin.pl) lub telefonicznie pod nr .....*

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

**Umowa par. 9 ust. 1**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

*„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.*

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

#### **Umowa par. 9 ust. 1 pkt. 1.4**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin 48 godz. liczony był w dni robocze ?  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapisu.

*1,4 Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin liczonych w dni robocze, od chwili zgłoszenia, (za pomocą poczty elektronicznej). Wady i usterek usunięte zostaną niezwłocznie.*

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 1 pkt. 1.4 uzyskuje następujące brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin liczonych w dni robocze, od chwili zgłoszenia, (za pomocą poczty elektronicznej). Wady i usterek usunięte zostaną niezwłocznie.

#### **Umowa par. 9 ust. 5**

2. Zamawiający powołuje się na ust. 3, kiedy to czas naprawy został określony w ust. 4. Wnosimy o korektę.

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie :

W sytuacji gdy ze względów technicznych – naprawy skomplikowane, czas naprawy, o którym mowa w pkt.4 będzie niemożliwy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie maksymalnym do 10 dni od momentu zgłoszenia naprawy .

#### **Umowa par. 9 ust. 5**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin 10 dni liczony był w dni robocze, tj. analogicznie do postanowień par. 9 ust. 4 i dokona modyfikacji postanowienia w następujący sposób:  
*5. W sytuacji gdy ze względów technicznych – naprawy skomplikowane, czas naprawy, o którym mowa w pkt.3 będzie niemożliwy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie maksymalnym do 10 dni (w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia naprawy .*

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 1 pkt. 1.4 uzyskuje następujące brzmienie :



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

W sytuacji gdy ze względów technicznych – naprawy skomplikowane, czas naprawy, o którym mowa w pkt.4 będzie niemożliwy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie maksymalnym do 10 dni (w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia naprawy .

#### **Umowa par. 9 ust. 9**

4. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

*„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:*

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;*
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;*
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,*
- f. normalnego zużycia wymienionych części*

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 9 uzyskuje następujące brzmienie :

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek:

- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
- niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby );
- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź)
- normalnego zużycia wymienianych części takich jak podłączane czujniki np. temperatury czy saturacji

#### **Umowa par. 9 ust. 10**

5. Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym), jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji,



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy, a zabezpieczeń tych nie można usunąć. W związku z tym kody serwisowe, loginy, hasła udostępniane są przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych kodów, loginów, haseł więc nie jest konieczne udostępnianie kodów serwisowych bezpośrednio użytkownikowi, ponieważ stanowi to wprowadzenie dodatkowego ryzyka nieupoważnionego dostępu. Prosimy więc o usunięcie ust.10 z par. 9

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 1 pkt. 1.4 uzyskuje następujące brzmienie :

Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaze Zamawiającemu wszystkie niezbędne kody, loginy, hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent certyfikowanym firmom serwisowym /jeżeli występują/ lub przekaze Zamawiającemu listę certyfikowanych firm serwisowych na terenie Polski dysponujących niezbędnymi kodami, loginami, hasłami oraz innymi niezbędnymi informacjami umożliwiającymi świadczenie usług serwisowych.

#### **Umowa par. 9 ust. 12**

6. W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron.

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 9 ust. 12 w następujący sposób:

*12. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania usługi lub bezpodstawnej odmowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi lub jej ponownie wadliwym wykonaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie, która posiada autoryzację od producenta urządzenia objętego przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy.*

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 12 uzyskuje następujące brzmienie :

W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy korzystając z innej firmy, która posiada autoryzację od producenta urządzenia objętego przedmiotem umowy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### **Umowa par. 9 ust. 15**

7. Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

*15. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego istotnego elementu w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy.*

Odpowiedź: Wzór umowy par. 9 ust. 15 uzyskuje następujące brzmienie :

Jeżeli w okresie gwarancji te same istotne elementy Urządzenia objętego gwarancją trzykrotnie będą przedmiotem zgłoszeniem gwarancyjnym, to przy czwartym zgłoszeniu gwarancyjnym, podlegać one będą wymianie na nowe, wolne od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność naprawy, chyba że Strony ustala inaczej w drodze pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności.

#### **Umowa par. 10 ust. 8**

8. Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% wynagrodzenia może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia.

W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

#### **Umowa par. 11 ust. 5**

9. Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:


*„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 7 dniowy termin”.*

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Wzór umowy par. 11 ust. 4 pkt 4.3 oraz 4.4 uzyskują następujące brzmienie :

4.3 Wykonawca nie usuwa wad przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wad Urządzeń objętych gwarancją w terminach określonych w Umowie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania.

4.4 Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie do usunięcia wskazanych niezgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania realizuje przedmiot niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

## Umowa

10. Wnosimy o dodanie paragrafu w projektowanych postanowieniach umowy; proponujemy dodanie następujących postanowień:
1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
  2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
  3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedź: W par. 12 dodaje się następujące ustępy od 3 do 5 :

3. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
4. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
5. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

## C

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji wnoszę o uwzględnienie i pozytywną odpowiedź na poniższe pytania:

**Pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min. 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej, Komunikaty słowne o błędach i awariach wyświetlane na ekranie?**

Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowanie z zachowaniem pozostałych parametrów funkcjonalnych opisanych w pkt 5

**Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice lub szufladę do wprowadzenia kasety RTG wysuwaną do przodu inkubatora a nie na boki?**



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Dopuszczenie tego rozwiązania umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego ofertowanego urządzenia. Rozwiązanie wybrane przez Zamawiającego nie ma żadnego waloru praktycznego dla obsługi urządzenia, a powoduje, że inni producenci niż oferujący to konkretne rozwiązanie nie mogą złożyć oferty. We wszystkich funkcjonujących na rynku urządzeniach, wysunięcie kasety RTG wymaga uchYLENIA ścianek bocznych lub przedniej inkubatora. WYSUWANIE kasety RTG z przodu inkubatora poprawia bezpieczeństwo pacjenta, ograniczając możliwość upadku noworodka. Dużo większe jest bowiem prawdopodobieństwo upadku po przesunięciu się noworodka na bok niż w stronę przodu stanowiska.

Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowanie z zachowaniem pozostałych parametrów funkcjonalnych opisanych w pkt 7

**Pkt. 8 – Czy Zamawiający materacyk bez właściwości przeciwoślężynowych?**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

**Pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o zintegrowany z inkubatorem pulsoxymetr zamiast modułu do saturacji Masimo?**

Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu w przyszłości możliwość wyboru parametrów urządzenia mierzącego saturację, a nie tylko przyjmowanie parametrów zaoferowanych przez producenta inkubatora.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

**Pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wbudowaną w głowicę promiennika, stale oświetlającą całe pole robocze, bez konieczności podświetlania wybranego obszaru pacjenta, stanowiącą integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia, lub lampę zintegrowaną z urządzeniem – zamontowaną na wysięgniku z boku kolumny?**

Parametr taki jest o wiele lepszy niż wymagany, nie wymusza bowiem na obsługującym manewrowania lampą w celu oświetlenia pożądanego obszaru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.


**Pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez prezentacji trendów w postaci krzywych, zapamiętywanych i prezentowanych na ekranie wyświetlacza.**

Parametr ten nie ma żadnego praktycznego znaczenia w opiece nad pacjentem, stosowany jest jedynie przez jednego producenta. Utrzymanie tego wymogu uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

**Pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z kolumną inkubatora (a nie wbudowany w panel główny) moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH<sub>2</sub>O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP.**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z kolumną inkubatora Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem?**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

**Pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyciszania alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych.**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

**Pkt. 28 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji promiennika zawieszono równolegle nad leżem pacjenta z możliwością odchylenia na boki?**

Parametr ten nie ma żadnego praktycznego znaczenia w opiece nad pacjentem, stosowany jest jedynie przez jednego producenta. Utrzymanie tego wymogu uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

dot. zał nr 4 Pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści materacyk bez właściwości przeciwoślizgowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Prezes Zarządu  
  
Henryk Szymczak