

***Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 243/2020/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _3

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.


Część nr 4

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie postępowaniem nr 243/2020/PN/DZP na dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie wymaganego terminu dostawy dla części 4 (dostawa 3 systemów do ciągłego pomiaru wilgotności, temperatury i przewodnictwa elektrolitycznego EC gleby) z wymaganych wg SIWZ 18 dni kalendarzowych do 35 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zmienia termin realizacji z 18 dni kalendarzowych na 35 dni kalendarzowych.



Część 12

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści aparat z kablami izolowanymi pojedynczo z zabezpieczeniem do 1500V?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Część nr 15

Pytanie nr 3

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ Termin wykonania zamówienia, punkt d (dla części nr 15) oraz odpowiednie zapisy Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia – 84 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?


Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest specjalistycznym sprzętem produkowanym na zamówienie. Producenci nie magazynują gotowego sprzętu, jest on produkowany pod konkretne zamówienia, ze względu na wiele dostępnych konfiguracji. W związku z powyższym wyprodukowanie, dostarczenie i zainstalowanie sprzętu w terminie 34 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jest nierealne.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia z 34 dni kalendarzowych na 70 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 4

Dotyczy Rozdziału XIII SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla części nr 15 (KRYTERIUM II) oraz odpowiednie zapisy Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ):



Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w związku z nierealnością dostawy w terminie 34 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zmieni kryteria oceny oferty na bardziej realne do spełnienia przez Wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert. Zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej.

Część 17

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści aparat o wymiarach 17,5 x 41 x 9 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści grzebienie na 16 studzienek zamiast 15?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

P.O. KANCLERZA
mgr Andrzej Gozdź

SPECJALISTA
mgr Anna Opalach
Sporządziła: mgr Anna Opalach

