



Rybnik, dnia 7 listopada 2023 r.

DZp.380.3.34.2023.DPr.400.434

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia specjalistycznego medycznego w ramach projektu „DIALOG”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2 Z DNIA 07.11.2023 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy Część 1, nr 1 - Wyposażenie medyczne do Pawilonu XX:

Fotel obrotowy bez oparcia o podanych parametrach obecnie nie jest oferowany w sprzedaży przez producenta. Jednocześnie produkty zamiennie odbiegają nieznacznie od założonych przez Zamawiającego widełek. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozszerzenie parametru:

Średnica podstawy 50cm +/-5cm DO Średnica podstawy 50cm +/-7cm LUB Średnica podstawy 52cm +/-5cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga średnicę podstawy o wymiarach: 50cm +/- 7cm.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)