



**CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ  
im. św. JANA z DUKLI**



**ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND**

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin  
tel./fax 81 / 747-63-27  
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3412/PN-149/20

Lublin dnia 29.09.2020 r.

**Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia  
prostaty, cewniki) na potrzeby COZL.**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do szynowania moczowodów jak w opisie lecz długości 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w części 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy DJ obustronnie otwarty 6Fr, 12cm lub 22cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Cewnik moczowodowy DJ obustronnie otwarty 6Fr, 12 cm. W pozostałych kwestiach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-149/20, Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy

INSPEKTOR  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

*mgr Anna Kwiatkowska*

*Anna Kwiatkowska*

lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4**

Część 1 – Igły

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 17,5 G w długościach 18,5 cm i 25 cm do wyboru przez zamawiającego?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 5**

Część 2 – Igły do znieczulenia do biopsji prostaty

Czy zamawiający dopuści igłę do biopsji drobno igłowej w rozmiarze 21 G z mandrynem wewnętrznym zakończonym końcówką w kształcie trokaru ze złączem typu Luer umożliwiającym podanie znieczulenia?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 6**

Część 2 - Igły do znieczulenia do biopsji prostaty

Czy zamawiający dopuści igłę do biopsji prostaty, kompatybilną ze wszystkimi dostępnymi wielorazowymi urządzeniami do biopsji, w rozmiarze 18 G i 20 G ze złączem typu Luer umożliwiającym podanie znieczulenia?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, iż igły do znieczulenia biopsji prostaty winny być kompatybilne z aparatem do biopsji stercza PRO-MAG ULTRA 2,2 i PRO-MAG 2,2.**

#### **Pytanie 7**

Część 2 – Cewnik 2-drożny

Czy zamawiający dopuści 2-drożny cewnik silikonowy z końcówką typu Nelaton z balonem w rozmiarze 3 ml dla cewników Ch 8 i Ch 10 oraz balonem w rozmiarze 5 ml dla cewników Ch 12 zapakowany sterylnie, z linią RTG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Cipiński*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Mariena Koziej*

INSPEKTOR  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

*mgr Anna Kwiatkowska*

*Anna Kwiatkowska*