

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych wraz z kalibracją lub wzorcowaniem sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, znak postępowania Z/113/PN/23

Zakres kalibracji obejmuje:

Regularne wykonywanie kalibracji pipet - terminy –uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM, w szczególności kalibracje to między innym :

- sprawdzenie stanu technicznego pipety
- rozkręcenie pipety do podstawowych elementów
- usunięcie pozostałości starego smaru i odkażenie alkoholem izopropylowym wszystkich części z zewnątrz i od wewnątrz
- ponowne nasmarowanie wymagających tego elementów świeżym smarem
- test szczelności pipety
- kalibracja- wg parametrów technicznych podanych przez producenta pipety, lub ewentualnie wg normy EN ISO 8655, przy 10 %, 50% oraz 100% maksymalnej objętości, dozowanie 10 próbek wody destylowanej
- w przypadku gdy wszystkie próby są w normie, dostarczenie raportu technicznego

Czas pracy serwisu

- Praca serwisantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 17⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca wykonujący przedmiotem zamówienia objęty niniejszym postępowaniem zobowiązany jest do:

- dysponowania określonym przez producentów sprzętu zapleczem technicznym i magazynowym (z dostępem do wszystkich części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),
- posiadania określonych przez producentów sprzętu instrukcji serwisowych oraz odpowiednich procedur
- posiadania specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowy z ważnymi certyfikatami legalizacji,
- dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu wykonywania kalibracji pipet będących przedmiotem zamówienia lub tożsamych, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub zaświadczeniami z odbytych szkoleń

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przy użyciu oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych.

Użycie oryginalnych części regenerowanych producenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Użycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i producenta.

Niedopuszczalne jest montowanie bez zgody Zamawiającego podczas przeglądów technicznych części używanych i pozyskanych.