



Celestynów, dn. 9 września 2020 r.

## **DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa zestawu komponentów wchodzących w skład torby lekarza (TL) i plecaka ratownika medycznego (PRM) oraz opakowania torby lekarza (TL) i opakowania plecaka ratownika medycznego (PRM)” – sprawa nr WOFiTM/49/2020/PN.

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmienia jej treść w przedmiotowym postępowaniu.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu 2 i 28

Prosimy o doprecyzowanie ilości w w/w pakietach – chodzi o ilości wykazane w załączniku 5 czy o podwojone te ilości o czym mowa w załącznikach 5a i 5b?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje zaoferowania ilości zgodnie z załącznikiem nr 5 Formularz cenowy do SIWZ.*

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy Pakietu 12 lp.1, 2

Czy Zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania produkt równoważny rurkę nosowo-gardłową zapakowaną w opakowanie o wymiarach maksymalnych 11,3 cm x 19,95 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako produktu równoważnego powyższego asortymentu.*

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakietu 12 lp.4, 5, 6

Czy Zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania produkt równoważny tj. rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniową, wysoko objętościową w kształcie walca, w opakowanie maksymalnie 13,3 cm x 34 cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jako produktu równoważnego powyższego asortymentu.*

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu 34 lp.1, 2

Czy Zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania produktu równoważny rurkę nosowo-gardłową zapakowaną w opakowanie o wymiarach maksymalnych 11,3 cm x 19,95 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako produktu równoważnego powyższego asortymentu.*

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakietu 34 lp.4, 5, 6

Czy Zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania produktu równoważny tj. rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniową, wysoko objętościową w kształcie walca, w opakowanie maksymalnie 13,3 cm x 34 cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jako produktu równoważnego powyższego asortymentu.*

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy zestawu do dojścia doszpikowego.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy nie doszło do omyłki w opisie zamówienia. Zgodnie z pozycją nr 44 WET torba lekarza oraz pozycją nr 44 WET plecaka ratownika medycznego znajduje się opis zestawu dojścia doszpikowego. Zwracamy się zatem z pytaniem czy Zamawiający wymaga dostarczenia dojścia doszpikowego, gdyż nie został dla niego przypisany pakiet (zadanie)? Prosimy o dodanie pakietu do wskazanego asortymentu.

**Odpowiedź:** *Zestaw dojścia doszpikowego nie jest przedmiotem zakupu w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji załącznika nr 5a i 5b (WE-T) poprzez wykreślenie zapisu.*

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy zestawu do dojścia doszpikowego.

Czy Zamawiający podobnie jak w postępowaniach przetargowych na zestawy medyczne w zeszłych latach dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania jednorazowego zestawu do szybkiej infuzji doszpikowej NIO?

Produkt o następujących parametrach:

- bardzo prosta, automatyczna konstrukcja, pozwalająca na szybką lokalizację miejsca wkłucia i dostęp naczyniowy w ciągu 10 sekund zarówno z kości piszczelowej oraz z kości ramiennej w każdych warunkach,
- system jest bardzo prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi wymagają minimalnego treningu,
- konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik, a po założeniu dostępu –pozwalająca na jego automatyczną stabilizację,
- sterylne, nie wymagający czynności konserwacyjnych, gotowy do natychmiastowego użycia,
- niewielkie wymiary opakowania.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyżej oferowanego rozwiązania.

**Odpowiedź:** *Zestaw dojęcia doszpikowego nie jest przedmiotem zakupu w przedmiotowym postępowaniu.*

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy SIWZ, rozdział VII termin i miejsce wykonania zamówienia.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodzi się na pozostawienie samego wymogu dostawy do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy dla zamówienia gwarantowanego oraz 60 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia w ramach prawa opcji, bez wyznaczania dostawy do 30 listopada 2020 roku oraz 30 listopada 2021 roku? Ze względu na produkcję i konieczność sprowadzenia wielu produktów z zagranicy oraz nieprzewidywalnym przebiegu pandemii COVID -19, Wykonawcy muszą mieć minimum 60 dni w celu prawidłowego zrealizowania zapisów umowy. Wskazany przez nas zapis może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawcy do realizacji dostawy zostanie 20 dni, co sprowadza na niego wielkie ryzyko strat. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość wykonania umowy w akceptowalnym i bezpiecznym terminie jakim jest 60 dni.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w treści SIWZ.*

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy opatrunku brzuszego.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w zapisach WET pozycji 4 dla torby lekarza oraz WET pozycji 4 dla plecaka ratownika medycznego dopuści instrukcję w postaci piktogramów, tak jak w przypadku innych opatrunków opisanych w WET TL oraz WET PRM?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z instrukcją w formie piktogramów.*

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy zapisu umowy §13. Rękojmi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższego zapisu?

*„Okres rękojmi jest równoznaczny z terminem przydatności do użycia przedmiotu umowy”*

Na zapis:

*„Okres rękojmi dla oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące”*

W większości produktów w zadaniach mamy do czynienia z wyrobami jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.*

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ

Zgodnie z kolumną w formularzu cenowym Zamawiający wymaga podania oferowanego terminu ważności w miesiącach. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymaganego warunku, jeżeli wykonawca w powyższej kolumnie potwierdzi zapis dla ilości gwarantowanych: *„oferowany termin ważności minimum 80% z pełnego okresu ważności nadanego przez producenta – na dzień składania ofert”.*

Dla ilości opcjonalnych: *„oferowany termin ważności minimum 80% z pełnego okresu ważności nadanego przez producenta – na dzień złożenia zamówienia opcjonalnego”.*

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.*

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących terminu realizacji do daty 30.11.2020, ponieważ obecne zapisy wykraczają poza realne możliwości Wykonawców.

Zwracamy się z powyższą prośbą ponieważ obecne zapisy wykraczają poza realne możliwości wykonawców na realizację zamówienia opcjonalnego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przedmiotem zakupów są opatrunki specjalistyczne, a dodatkowo ostatni kwartał roku, w którym przypada realizacja zamówień jest okresem najmniej sprzyjającym ponieważ producenci realizują zamówienia już uwzględnione w procesie produkcyjnym złożone z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Obecnie w sytuacji kiedy Zamawiający pozostawia zapis dostawy zamówień gwarantowanych najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, ponieważ stawia Wykonawców w bardzo trudnej sytuacji, w której z uwagi na bardzo wysokie ryzyko podejmą decyzję o nie złożeniu oferty lub złożą ofertę, ale będą musieli uwzględnić wysokie ryzyko, co znajdzie odbicie w oferowanej cenie. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na dostawę zamówienia gwarantowanego w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.

***Odpowiedź:*** Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w treści SIWZ.

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:**

**I. Zmianie ulega załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.**

**II. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

**K O M E N D A N T**

**/-/ wz. ppłk Marek CZERWIŃSKI**