

DZ.271.55.716 .2023

Kraków 19 .07.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 34

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.55.2023 – Dostawa wyrobów medycznych do krioablacji balonowej i zabiegów elektrofizjologicznych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

1. Pyt. 1. Dot. Pakietu 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w:

Poz. 1 - KOSZULKA transseptalna



- Koszulka 8 i 8.5F, długość 62 cm oraz 80 cm
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Dilator
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru 4 krzywizny koszulki, w tym odpowiadająca SL0, SL1, SL2, SR0

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 2 – IGŁA transseptalna

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
- dostępne 3 różne długości
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI
- dostępna igła standardowa oraz ekstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zdjęcia produktu poniżej:



Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 3 Koszulka sterowalna DWUKIERUNKOWA z zastawką od amerykańskiego producenta. Pragniemy zaoferować koszulkę w rozmiarze **8.5F** i zakrzywieniu dystalnym **17mm, 22mm oraz 50mm.**



Produkt ten jest najwyższej jakości i cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników dzięki cechom tj:

- **Zwiększona widoczność końcówki** w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki
- **Dystalny kąt odchylenia 180°**
- **Koszulka z powłoką hydrofobową**, umożliwiającą łatwe wprowadzanie
- **Technologia Flexsteer™** - koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- **Ergonomiczny uchwyt** z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiźnie
- **Efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038”**
- **Rozmiar koszulki:** 61cm, 67cm, 71cm

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 4 - Elektroda endokawitarna diagnostyczna o stałym kształcie do mapowania zatoki wieńcowej o standardowej sztywności. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2 Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

2. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza- akceptuje za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, w pozycji „Kabel połączeniowy do elektrody okrężnej”, w punkcie nr 3 dopuści kabel współpracujący z ww. elektrodą okrężną o długości 183 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. TAK, Zamawiają dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, w pozycji "Kabel połączeniowy do elektrody diagnostycznej, sterowalnej", w punkcie nr 3 dopuści kabel współpracujący z ww. elektrodą diagnostyczną, sterowalną o długości 125 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.