



Znak: AE/ZP-27-42/21

Tarnów, 02-11-2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę zestawu do wideoendoskopii 1 kpl.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 6 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający zmieni system punktowania, ponieważ to rozwiązanie, które jest punktowane posiada tylko jeden oferent firma Pentax?
Klasyczne światłowodowe z LED'owym źródłem światła gwarantuje 10000godzin pracy co jest 5krotnie dłuższym czasem względem pierwszego rozwiązania i powinno być również punktowane.
2. **Dotyczy pkt. 12 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?
3. **Dotyczy pkt. 14 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt za lepszy parametr od oczekiwanego tj. Głębokości ostrości od 2 do 100mm? Daje to większe możliwości diagnostyczne.
4. **Dotyczy pkt. 17 Załącznika Nr 5 do SWZ** - „Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego lub brak opisanej funkcji” Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu oraz z punktacji. Taki zapis i punktacja uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
5. **Dotyczy pkt. 19 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej?
6. **Dotyczy pkt. 24 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający zrezygnuje z kompletu uszczelek do zaworu ssącego?, oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek? Czy zamawiający zrezygnuje z kompletu uszczelek do zaworu woda/powietrze?, oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek?
7. **Dotyczy pkt. 28 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający zmieni system punktowania, ponieważ to rozwiązanie, które jest punktowane posiada tylko jeden oferent firma Pentax? Klasyczne światłowodowe z LED'owym źródłem światła gwarantuje 10000godzin pracy co jest 5krotnie dłuższym czasem względem pierwszego rozwiązania i powinno być również punktowane.
8. **Dotyczy pkt. 34 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?
9. **Dotyczy pkt. 35 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt za lepszy parametr od oczekiwanego tj. Głębokości ostrości od 2 do 100mm? Daje to większe możliwości diagnostyczne.
10. **Dotyczy pkt. 39 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej?
11. **Dotyczy pkt. 43 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający zrezygnuje z kompletu uszczelek do zaworu ssącego?, oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek? Czy zamawiający zrezygnuje z kompletu uszczelek do zaworu woda/powietrze?, oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek?
12. **Dotyczy pkt. 48 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści procesor wizyjny bez funkcji maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne?
13. **Dotyczy pkt. 50 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści możliwość podglądu zdjęć na ekranie monitora? Funkcja podglądu filmów dostępna w programie do archiwizacji badań?
14. **Dotyczy pkt. 60 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający będzie punktował źródło światła z 3 diodami typ. LED o czasie pracy 10000 godzin? Co jest pięciokrotnie dłuższym czasem świecenia. Co umożliwi uczciwą konkurencję w parametrach wyspecyfikowanych przez zamawiającego punktowanych. Parametr ten byłby równoważnie punktowany tj. 10 pkt. za gwarantowane 10000 godzin pracy źródła.

- 15. Dotyczy pkt. 63 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści brak balansera biali na wyposażeniu? Producent nie wymaga przeprowadzania każdorazowo balansu bieli przed wykonaniem badania.
- 16. Dotyczy pkt.24.9 SWZ oraz pkt. 90 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia: „Wykonawca udziela:miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące) na warunkach karty gwarancyjnej na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękoi za wady.”
- 17. Dotyczy pkt.24.11 SWZ** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy gwarancyjnej na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego- maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt) jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu jeżeli zaistnieje taka konieczność”
- 18. Dotyczy pkt.24.14 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji o ile naprawa trwała powyżej 12 dni roboczych.”
- 19. Dotyczy pkt.24.15 a) SWZ** - Zwracamy się z wnioskiem o zapłatę kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy
- 20. Dotyczy pkt.24.15 b) i c) SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
- 21. Dotyczy pkt.24.15 d) SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”
- 22. Dotyczy pkt.24.15 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”
- 23. Dotyczy pkt.24.16 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”
- 24. Dotyczy pkt.24.22 SWZ** - Prosimy o rezygnację z zapisu lub zmianę zapisu na następujący „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową z koniecznością uzyskiwania upoważnień sądowych.”
- 25. Dotyczy pkt.24.24 a) SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”
- 26. Dotyczy pkt.24.24 b) SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
- 27. Dotyczy pkt.24.24 c) SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
- 28. Dotyczy pkt.24.26 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

- 29. Dotyczy pkt. 24 SWZ** - Zwracamy się z prośbą o ujęcie w projektowanych postanowieniach umowy klauzuli o poniższym brzmieniu „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych za zwłokę”
- 30. Dotyczy pkt. 23 oraz 42 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy o podanie ilości posiadanych myjni EndoCleaner co pozwoli przygotować odpowiednią ilość dedykowanych przyłączy.
- 31. Dotyczy pkt. 36 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Obecnie punktowana jest długość kolonoskopu powyżej 1500mm. Prosimy mieć na uwadze, że paradoksalnie wzrost długości endoskopu nie jest korzystny dla doświadczonego endoskopisty oraz pacjenta. Obecna skala punktowa sugeruje oferentom zaoferowanie maksymalnej długości aparatu, prosimy o jej usunięcie.
- 32. Dotyczy pkt. 59 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie że oferowany system endoskopowy na współpracować w momencie dostawy z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji badań endoskopowych (oferta powinna zapewniać wszelkie wymagane elementy niezbędne do podłączenia). Obecny zapis nie jest jasny a funkcjonalność oferowanego sprzętu może nie być zapewniona.
- 33. Dotyczy pkt. 78 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie że oferowany system archiwizacji na współpracować w momencie dostawy z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym EPK-100p? Obecny zapis nie jest jasny a funkcjonalność oferowanego sprzętu może nie być zapewniona
- 34. Dotyczy pkt. 49, 81 i 93 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Zamawiający opisuje wymóg możliwości wpisywania danych pacjenta (m.in. dane pacjenta, lekarza, szpitala), prowadzenia pełnej kartoteki pacjenta oraz oczekuje dokumentacji w języku polskim. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy oferowany system endoskopowy (tor wizyjny) powinien się charakteryzować pełnym menu w języku polskim?
- 35. Dotyczy pkt. 1 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy zamawiający dopuści zestaw do wideoendoskopii nowy rok produkcji 2020.
- 36. Dotyczy pkt. 19 i 39 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy zamawiający wymaga w videogastroskopie i videokolonoskopie aparatu w pełni zanurzalnego bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym procesor.
- 37. Dotyczy pkt. 25 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy zamawiający dopuści w videokolonoskopie średnice kanału roboczego minimum 3,7mm.
- 38. Dotyczy pkt. 36 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy zamawiający dopuści długość roboczą w videokolonoskopie minimum 1300 mm.
- 39. Dotyczy pkt. 67 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy zamawiający dopuści w monitorze kąt widzenia minimum 89 stopni.
- 40. Dotyczy zapisów SWZ** - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
- 41. Dotyczy pkt. 24.11 SWZ** - Prosimy o wykreślenie „w terminie wyznaczonym przez zamawiającego”. Terminy są wskazane w umowie.
- 42. Dotyczy pkt. 24.12 SWZ** - Prosimy o usunięcie zapisu w całości. Kodeks Cywilny precyzyjnie określa zasady korzystania z rękojmi. Nie można ich zmieniać umownie.
- 43. Dotyczy pkt. 24.13 odnoszący się do 24.12 c) SWZ** - Prosimy o usunięcie zapisu wskazującego na możliwość żądania wymiany całego urządzenia na nowe. Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.
- 44. Dotyczy pkt. 24.13 SWZ** - Prosimy o wykreślenie „lub w innym terminie wyznaczonym przez zamawiającego”. Terminy są wskazane w umowie.
- 45. Dotyczy pkt. 24.22 SWZ** - Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Umowa określa wysokość kar, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę w przypadku nie wykonania zamówienia. Nie znajdujemy uzasadnienia dla obciążania Dostawcy całkowitym kosztem zakupu u innego dostawcy. Tym bardziej, że kolejny punkt umowy mówi, że Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej części.

46. **Dotyczy pkt.1 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na sprzęt fabrycznie nowy z rokiem produkcji 2020? Jest to sprzęt nieużywany, niepotestowy oraz bez żadnych śladów użytkowania. Dzięki zgodzie Zamawiającego będziemy mogli złożyć ofertę atrakcyjną cenowo dla Zamawiającego. Dodatkowo termin gwarancji na oferowany zestaw będzie liczony od momentu przekazania sprzętu oraz podpisania protokołów.
47. **Dotyczy pkt.4 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy dla polepszenia parametrów badania Zamawiający wymaga aby kąty zgięcia lewo/prawo wynosiły minimum 100/100 stopni?
48. **Dotyczy pkt.5 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy w trosce o najwyższą jakość obrazu w trakcie badania, Zamawiający wymaga aby rozdzielczość kamery CMOS w endoskopie wynosiła minimum 2Mpx?
49. **Dotyczy pkt.7 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na urządzenie, które w mikrochipie nie posiadają informacji o wersji oprogramowania? Endoskop jest urządzeniem przesyłającym informacje do procesora gdzie są one przetwarzane i wyświetlane, więc z punktu widzenia użytkownika to właśnie wersja oprogramowania w procesorze obrazu ma istotne znaczenie. Wersja oprogramowania w endoskopie jest ściśle związana z modelem i typem a te informacje są zawarte w naszym urządzeniu.
50. **Dotyczy pkt.12 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie, które pozwala zarówno na rejestrację zdjęć jak i nagrywanie filmów, natomiast ze względów technicznych nie ma możliwości wykonywania zdjęć w trakcie nagrywania filmu?
51. **Dotyczy pkt.21 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy ze względu na fakt że obecnie obowiązującą metodą reprocessowania endoskopów wymaganą przez normy jest dezynfekcja wysokiego stopnia w myjniach automatycznych, Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości sterylizacji endoskopów w tlenku etylenu lub płamie? W Państwa szpitalu endoskopu również nie są sterylizowane do tej pory tymi metodami.
52. **Dotyczy pkt.27 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy w trosce o najwyższą jakość obrazu w trakcie badania, Zamawiający wymaga aby rozdzielczość kamery CMOS w endoskopie wynosiła minimum 2Mpx?
53. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ Parametry techniczne Videokolonoskop** – Czy Zamawiający wymaga aby kąty zgięcia końcówki wynosiły minimum: G:180°, D:180°, L: 180°, P: 160°?
54. **Dotyczy pkt.36 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Ponieważ Zamawiający podał w parametrze punktację za wartość minimalną i maksymalną a określił jedynie w opisie wartość minimalną, prosimy o podanie maksymalnej długości kolonoskopu, która jest punktowana.
55. **Dotyczy pkt.41 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy ze względu na fakt że obecnie obowiązującą metodą reprocessowania endoskopów wymaganą przez normy jest dezynfekcja wysokiego stopnia w myjniach automatycznych, Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości sterylizacji endoskopów w tlenku etylenu lub płamie? W Państwa szpitalu endoskopu również nie są sterylizowane do tej pory tymi metodami.
56. **Dotyczy pkt.48 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie, które posiada funkcja maksymalnej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim, której czas trwania wynosi 7 sekund? Jest to rozwiązanie dużo wygodniejsze, ponieważ po aktywacji tej funkcji i detekcji końcówki endoskopu w powłokach brzusznych endoskopista nie musi ponownie sięgać o panelu aby tą funkcję wyłączyć, tylko dzieje się to automatycznie.
57. **Dotyczy pkt.49 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy ze względu na zachowanie zgodne z ustawą RODO z dnia 21 lutego 2019 roku Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych zgodzi się na urządzenie, które na ekranie monitora w trakcie badania nie wyświetla nazwiska pacjenta (tylko jego imię) oraz nazwy użytkownika (lekarza)?
58. **Dotyczy pkt.53 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się aby urządzenie w postaci pompy insuflacyjnej zgodnej z wymaganiami Zamawiającego było oddzielnym urządzeniem dołożonym do zestawu a nie stanowiło integralną część urządzenia? Takie rozwiązanie gwarantuje, że w przypadku awarii pompy nie ma konieczności serwisowania całego toru wizyjnego a jedynie jednego elementu, bez którego można przeprowadzać dalej badania.
59. **Dotyczy pkt.55 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na bardziej zaawansowane rozwiązanie, w postaci tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi i struktury obrazu – 3 tryby (z zakresu 0 -15)? Tryby dostępne przyciskami dotykowymi bezpośrednio z panelu sterowania. Sygnalizacja wybranego trybu na panelu sterowania.
60. **Dotyczy pkt.72 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w zapisie słowa „oraz” na „lub”? Ostateczne brzmienie miało by postać „Pompa zapewniająca możliwość splukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy”.

61. Dotyczy pkt.90 Załącznika Nr 5 do SWZ – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co ma na myśli pod pojęcie „Pełna gwarancja”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie czterech przycisków w tym trzech na głowicy endoskopu oraz jednego na panelu sterującym procesora, pod warunkiem, że zaoferowane przyciski będą dowolnie programowalne oraz będą posiadały możliwość niezależnej rejestracji zdjęć i filmów.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu w pełni zanurzalnego posiadającego zabezpieczenie wtyczki elektronicznej.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu bez kompletu uszczelki do zaworu ssącego oraz bez kompletu uszczelki do zaworu woda/powietrze, pod warunkiem, że w/w zaoferowane zawory nie wymagają uszczelki.

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie czterech przycisków w tym trzech na głowicy endoskopu oraz jednego na panelu sterującym procesora, pod warunkiem, że zaoferowane przyciski będą dowolnie programowalne.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu w pełni zanurzalnego posiadającego zabezpieczenie wtyczki elektronicznej.

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu bez kompletu uszczelki do zaworu ssącego oraz bez kompletu uszczelki do zaworu woda/powietrze, pod warunkiem, że w/w zaoferowane zawory nie wymagają uszczelki.

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora wizyjnego bez funkcji maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisanej do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne.

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora wizyjnego, który posiada możliwość podglądu zdjęć na ekranie monitora oraz funkcję podglądu filmów dostępną w programie do archiwizacji badań.

Ad. 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza również brak balansera bieli na wyposażeniu, pod warunkiem, że producent nie wymaga przeprowadzania każdorazowo balansu bieli przed wykonaniem badania.

Ad. 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.9 SWZ.

Ad. 17

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.11 SWZ **zapis o treści:**

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

Ad. 18

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.14 SWZ **zapis o treści:**

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 7 dni roboczych.”

zmienia na zapis o treści:

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 12 dni roboczych.”

Ad. 19, 20, 21 i 22

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 SWZ **zapis o treści:**

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
- w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, o tożsamy lub lepszy parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, na czas przedłużającej się naprawy oraz usunięcia wad i usterek, o których mowa w pkt. d) tiret pierwszy, kary umowne, o których mowa w pkt. d) tiret pierwszy nie będą naliczane."

Ad. 23

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 24

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ.

Ad. 25

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.24 a) SWZ **zapis o treści:**

„a) jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„a) jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,”

Ad. 26

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.24 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”

Ad. 27

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.24 c) SWZ **zapis o treści:**

„c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”

Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.26 SWZ.

Ad. 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24 SWZ w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu.

Ad. 30

Zamawiający informuje, iż posiada w Pracowni Endoskopii 2 myjnie Endocleaner.

Ad. 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 32

Zamawiający informuje, iż zaoferowany zestaw do wideoendoskopii ma współpracować z zaoferowanym przez Wykonawcę systemem archiwizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zestaw do wideoendoskopii współpracował z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji badań endoskopowych.

Ad. 33

Zamawiający informuje, iż zaoferowany system archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych ma współpracować z oferowanym procesorem obrazu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany system archiwizacji współpracował z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym EPK-100p.

Ad. 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 35

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.1 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Zestaw do wideoendoskopii fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2021. Podać producenta oraz typ: videogastroskopu (HDTV), videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet.”

zmienia na zapis o treści:

„Zestaw do wideoendoskopii fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2020. Podać producenta oraz typ: videogastroskopu (HDTV), videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet.”

Ad. 36

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 19 i 39 Załącznika Nr 5 do SWZ Zamawiający wymaga zaoferowania Videogastroskopu w pełni zanurzalnego bez nakładek uszczelniających na konektory łączącym z procesorem oraz Videokolonoskopu w pełni zanurzalnego bez nakładek uszczelniających na konektory łączącym z procesorem, z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.5 i Ad.10.

Ad. 37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 40

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykonawca posiadał certyfikat opisany w pytaniu.

Ad. 41

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.11 SWZ w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu.

Ad. 42

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.12 SWZ w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu.

Ad. 43

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.13 oraz pkt.24.12 c) SWZ w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu.

Ad. 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.13 SWZ w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu.

Ad. 45

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ.

Ad. 46

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.1 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Zestaw do wideoendoskopii fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2021. Podać producenta oraz typ: videogastroskopu (HDTV), videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet.”

zmienia na zapis o treści:

„Zestaw do wideoendoskopii fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2020. Podać producenta oraz typ: videogastroskopu (HDTV), videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet.”

Ad. 47

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 49

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie videogastroskopu, który we wbudowanym mikrochipie informacyjnym nie zawiera informacji o wersji oprogramowania wideoendoskopu.

Ad. 50

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie videogastroskopu, który pozwala zarówno na rejestrację zdjęć jak i nagrywanie filmów, natomiast nie ma możliwości wykonywania zdjęć w trakcie nagrywania filmu.

Ad. 51

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie videogastroskopu, który nie posiada możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej.

Ad. 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 53

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie videokolonoskopu, którego kąty zgięcia końcówki wynoszą minimum: G:180°, D:180°, L: 180°, P: 160°.

Ad. 54

Zamawiający informuje, iż nie określa maksymalnej długości roboczej videokolonoskopu, oferta z zaoferowaną maksymalną wartością z wszystkich rozpatrywanych ofert tj. największą długością roboczą videokolonoskopu z wszystkich rozpatrywanych ofert uzyska 5 pkt.

Ad. 55

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie videokolonoskopu, który nie posiada możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej.

Ad. 56

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora wizyjnego, który posiada funkcję maksymalnej ekspozycji światła przypisaną do klawisza na panelu przednim, której czas trwania wynosi 7 sekund.

Ad. 57

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora wizyjnego, który na ekranie monitora w trakcie badania nie wyświetla nazwiska pacjenta (tylko jego imię) oraz nazwy użytkownika (lekarza).

Ad. 58

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pompy insuflacyjnej zgodnej z wymaganiami Zamawiającego stanowiącej oddzielne urządzenie dołożone do zestawu, która nie stanowi integralnej części procesora wizyjnego.

Ad. 59

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora wizyjnego, który posiada tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi i struktury obrazu – 3 tryby (z zakresu 0 -15), tryby dostępne przyciskami dotykowymi bezpośrednio z panelu sterowania, sygnalizacja wybranego trybu na panelu sterowania.

Ad. 60

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.72 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy”

zmienia na zapis o treści:

„Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów lub poprzez kanał roboczy”

Ad. 61

Zamawiający informuje, iż przez pojęcie „pełna gwarancja” należy rozumieć wszelkie uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy określone w SWZ oraz w Kodeksie Cywilnym.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.17, Ad.18, Ad.19, Ad.20, Ad.21, Ad.22, Ad.23, Ad.25, Ad.26, Ad.27, Ad.35, Ad.46, Ad.60, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 23.11.2021r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 23.11.2021r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.02.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., 24.11., 24.14, 24.15., 24.16., 24.24 a), 24.24 b), 24.24 c), Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek