



LZ.261.18.2024.RK

Warszawa, dn. 02.10.2024 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 postępowaniu na **Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego** - nr sprawy 18/D/2024

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udzielamy odpowiedzi na pytania.

Zapytanie nr 1

Dotyczy: 7. Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego, biodrowego, skokowego – 1 szt.

Pytanie nr 1 ad lp. 5, 6, 8, 12-14

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą SWZ szynę do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego oraz do ćwiczeń aktywnych stawu skokowego tj, umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym wykonywanym przez pacjenta począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni, z pilotem z przyciskami i wyraźnym wyświetlaczem pokazującym najważniejsze aktualnie stosowane parametry zabiegowe, z 10 gotowymi programami terapeutycznymi (praca ciągła, praca z limitem czasu, rozgrzewka, oscylacja wyprostu, oscylacja zgięcia, rozciąganie wyprostu, rozciąganie zgięcia, elektrostymulacja, comfort i workout) z prędkością ruchu regulowaną w zakresie 32-230°/min, spełniającą i przekraczającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń, ze względów bezpieczeństwa ma posiadać klasę ochronności II zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym, klasę IP21, stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych oraz zatrzymanie urządzenia po naciśnięciu dowolnego przycisku (pacjent nie musi szukać specjalnego przycisku awaryjnego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń ma być wyposażona w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń ma być wyposażona w dedykowany wózek transportowy tego samego producenta? Z doświadczenia wiemy, iż wózki znacznie poprawiają komfort pracy personelu i eliminują potrzebę noszenia urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń ma być wyposażona w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co motywuje i znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej, uwzględniającej pozycję nr 7 ze względu na jej odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

Do:

Strona internetowa prowadzonego postępowania