

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



## Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 13.04.2023 roku

ZP/p/62022

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Dostawa implantów ortopedycznych i naczyniowych oraz jednorazowych wyrobów medycznych dla Pracowni Naczyniowej**”.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

#### Zestaw zapytań nr 1

##### Pytanie 1

**Dotyczy rozdziału III, pkt. D. Bank implantów, ppkt. b SWZ i §3 ust. 6 wzoru umowy – dla części nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie stanu zapasu Banku Implantów do 48h od złożenia zamówienia?

##### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Pytanie 2

**Dotyczy rozdziału III, pkt. D. Bank implantów, ppkt. d SWZ i §3 ust. 7 wzoru umowy – dla części nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca przeprowadzał inwentaryzację raz w roku?

##### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Pytanie 3

**Dotyczy rozdziału III, pkt. F. Kontenery i sterylizacja, ppkt. a SWZ i §4 ust. 4 wzoru umowy – dla części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia wymaganego instrumentarium w specjalnych kontenerach producenta - dedykowanych do oferowanego asortymentu, nie zawierających filtra oraz odstąpi od wymogu zgodności z normą EN ISO 11607-1 lub równoważną?

##### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie (tylko dla Części 6)**

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy - warunki**

W związku z niewielkimi ilościami wymaganymi przez Zamawiającego w postępowaniu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla warunków punkt 1, w części 6 (trauma 2), pozycja 25, kotwice, płyty do artrodezy stawu skokowego i podstawowy zestaw płytek wraz z instrumentarium, na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy „było dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga stałego depozytu na stanie Szpitala następujących pozycji z cennika: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 40, 44. Pozostałe mogą być dostarczane „na żądanie”.**

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy – warunki**

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie dostawy implantów i instrumentów na żądanie do 48h

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm), implant sterylne

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylne zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych

- średnica 2,5mm (długość 8-34mm)

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych

- średnica 3,0mm (długość 10-36mm)

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 7 produkt o następujących parametrach:

Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm).

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 8 produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane,

- średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm)

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 15 produkt o następujących parametrach:

Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm).

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 21 produkt o następujących parametrach:

Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 15,8mm,

- kotwica 4,75mm x 19,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),

- prowadnica do wiertła (celownik),

- wiertło 2,7mm,

- wiertło kaniulowane 2,7mm,

- wiertło 3.4mm,

- gwintownik do kotwicy 3,5mm,

- gwintownik do kotwicy 4,75mm,
- drut Kirschnera 1,35mm,
- igła – 2 szt.
- pętla nitinolowa długość 200mm.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 15**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 23 produkt o następujących parametrach:

Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 16**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 26 produkt o następujących parametrach:

Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 17**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 27 produkt o następujących parametrach:

Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

#### **Pytanie 18**

##### **Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 28 produkt o następujących parametrach:

Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 29 produkt o następujących parametrach:

Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 30 produkt o następujących parametrach:

Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka. Wiertło elastyczne pakowane sterylnie z trokarem do kotwicy „miękkiej” 1,8 mm

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 21**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 31 produkt o następujących parametrach:

Wiertło do miękkiej kotwicy używanej do zabiegów naprawy stożka rotatora

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 22**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 32 produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 28mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy przewodnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant typu Self Punching nie wymagający wykonania otworu pod kotwicę.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 23**

**Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 33 produkt o następujących parametrach:

Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 24****Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 34 produkt o następujących parametrach:

Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 25****Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 38 produkt o następujących parametrach:

Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 26****Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 43 produkt o następujących parametrach:

Zestaw instrumentów do kotwic wbijanych 2,5mm x 8mm zawierający: celownik, wiertło 1,8mm, wiertło 2mm, nakłuwacz

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 27****Dotyczy części 6 – formularz asortymentowo cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Części 6 (trauma 2), pozycja 48 produkt o następujących parametrach:

Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm, zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 28****Dotyczy §3 ust. 8 wzoru umowy – część 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed dostawą oczekuje podania kodu UDI-DI (część statyczna kodu UDI). Wykonawca nie ma możliwości podać kod UDI-PI (część dynamiczna kodu UDI), dla zaoferowanego produktu, gdyż na tym etapie nie jest znany nr LOT i data ważności partii dostarczanej do Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga części statycznej kodu.**

**Pytanie 29****Dotyczy §3 ust. 8 wzoru umowy – część 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadzać będzie dokładną weryfikację kodów UDI tylko dla wyrobów klas III zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy mówiące o obowiązku umieszczania nośnika kodu UDI na etykiecie wyrobu oraz na wszystkich wyższych poziomach opakowań przypadku wyrobów klasy IIa, klasy IIb i klasy I nie mają zastosowania na chwilę obecną.

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Dla wyrobów dostarczanych jako jałowe Zamawiający zawsze będzie wymagać dostarczenia kodu EAN (statyczny element kodu UDI) produktu. Klasa wyrobu nie ma tu znaczenia.***

**Pytanie 30**

**Dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy – część 6**

Prosimy o odstąpienie od zapisu o potrącaniu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy §4 ust. 9 wzoru umowy – część 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48h?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy – część 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zestaw zapytań nr 2**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 1 ) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust 3, dot. §4 ), których wzory przesyłamy w załączeniu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza przysyłanie plików PDF zawierających:**

- faktury, duplikaty faktur, korekt i not korygujących na adres [apteka@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:apteka@szpitalmswia.poznan.pl)
- not obciążeniowych i wykazów sald na [ksiegowosc@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:ksiegowosc@szpitalmswia.poznan.pl)

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §3 ust.1 )

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9, § 7 ust. 2 ( zał. 5 SWZ), § 6 ust. 2 ( zał. 5a SWZ) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od daty zgłoszenia reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 (zał. 5 SWZ):

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

b) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 i ust. 6 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż **50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**

c) za niedostarczenie przedmiotu umowy „na żądanie” (w ciągu 24 h od złożenia zamówienia) - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdą godzinę zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**

h) **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust. 3, 4, 5, 6, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty;**

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 (zał. 5a SWZ)

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

b) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż **50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**

c) za niedostarczenie przedmiotu umowy „na żądanie” - § 3 ust. 1 (w ciągu 24 h od złożenia zamówienia) - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdą godzinę zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**

h) **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust. 3, 4, 5, 6; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**