

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/672/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 12

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.


Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Pakiet nr 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną przestrzeń martwa o następujących parametrach :

- rozciągliwy, karbowany ,z materiału PE
- łącznik podwójnie obrotowy,
- port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką,
- długość 15 cm (po rozciągnięciu)
- przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem, 40ml po rozciągnięciu
- złącze elastyczne 22mmF z materiału EVA
- produkt jednorazowy



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.


Treść pytania nr 2:

Pakiet nr 14 poz. 3 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie martwej przestrzeni o następujących parametrach :

- gładki wewnątrz PCV, karbowany na zewnątrz
- łącznik podwójnie obrotowy,

- port do odsysania z PCV elastyczny, port do bronchoskopii
- złącza 22mmF-22mmM/15mmF
- długość 15 cm.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:

Pakiet nr 25 poz. 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu z miękkimi przezroczystymi końcówkami łatwo lokującymi się na urządzeniach oraz rurze do worka rozciągliwej o dł. 150cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

Pakiet nr 25 poz. 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtry o korzystniejszych parametrach :

Zastosowanie dorośli i dzieci

Powierznia filtracyjna 25 cm²

Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H₂O

przy 60 l/min 1,4 cm H₂O

przy 90 l/min 2,76 cm H₂O

Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

Masa 21 g

Przestrzeń martwa 33 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

Złącza 22M/15F - 22F/15M

Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym

Czas stosowania 24 godz.

Opakowanie zbiorcze 50 szt

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy czym Zamawiający nie określa wielkości opakowania zbiorczego. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 5:

Pakiet nr 25 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtry o następujących parametrach :

Przeznaczenie: respiratory i aparaty do znieczulenia

Materiał obudowy SBC

Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H₂O
Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml
Masa 21 g
Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%
Hydrofobowa warstwa filtrująca
Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l
Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
Złącza 22MM/15F - 22F/15M
Port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym
Czas stosowania do 24 godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Sporządziła
Elżbieta Marcinkowska
Danuta Mudry-Kowalów