

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Kalibracja urządzenia do wykrywania narkotyków w ślinie Drager 5000 będzie polegać na ustaleniu relacji pomiędzy wartościami wskazywanymi przez badane urządzenie, a wartościami wskazywanymi przez wzorzec. Będzie to porównanie zmierzonej wartości z prawidłową wartością w danych warunkach, udokumentowanie odchylenia, obliczenie niepewności pomiaru i utworzenie certyfikatu.

SPECJALISTA
Zespołu do Spraw Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Beata SIELAWA

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
mł. asp. Marek LEWIŃSKI

