



Toszek, 21.06.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 6/TP/DEG/WK/2022- Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 13.06.2022 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Części Nr 2 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w Części Nr 2 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt spełniał warunki jakościowe dla wyrobów medycznych.

Pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie 1:

Pakiet nr 1, pozycja 19, 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę podkładu z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za rolkę podkładu z przeliczeniem ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 2:

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę opakowania a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 3:

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę opakowania a'10 szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki jednorazowej nie zarejestrowanej jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki jednorazowej nie zarejestrowanej jako wyrób medyczny.

Pytanie 5:

Pakiet nr 1, pozycja 106, 107

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 6:

Pakiet nr 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 7:

Pakiet nr 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 8:

Pakiet nr 1, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o podstawie okrągłej?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z w/w pozycji i wykreśli ją z formularza asortymentowo- cenowego.

Tym samym ulegną zmianie zapisy zał. nr 2 do SWZ.

Pytanie 9:

Pakiet nr 1, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą plastikową zieloną zamiast niebieskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw z pęsetą plastikową koloru zielonego.

Tym samym ulegną zmianie zapisy zał. nr 2 do SWZ.

Pytanie 10:

Pakiet nr 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści przedłużki do pomp o długości 45cm w miejsce przedłużacza 50-75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedłużeń do pomp o długości 50-75 cm i 90 cm.

Pytanie 11:

Pakiet nr 1, pozycja 69-71

Czy Zamawiający oczekuje rurek ustno gardłowych Guedela wykonanych z PE pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt spełniał warunki jakościowe dla wyrobów medycznych.

Pytanie 12:

Pakiet nr 1, pozycja 102

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru kompatybilnego z modelem Mitsubishi K 61 B, co jest gwarantem wydruku USG w dobrej jakości.

Pytanie 13:

Dotyczy formularz asortymentowo cenowy w zakresie części 3:

Czy Zamawiający dopuści test w którym producent zaleca aby: wynik odczytać po 5 minutach. Nie interpretuj wyniku po 10 minutach".?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, dodatkowe dopuszcza ale ich nie wymaga.

Pytanie 14:

Dotyczy formularz asortymentowo cenowy w zakresie części 3: Czy Zamawiający pisząc: "do samodzielnego wykonania" oczekuje testów dla pracowników służby zdrowia, w tym specjalistów w punktach opieki, które służą do odczytu wizualnego i nie wymagają dodatkowych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez sformułowanie „do samodzielnego wykonania” miał na myśli test do wizualnego odczytu i w tym celu nie wymaga dodatkowych urządzeń.

Pytanie 15:

Pytanie dotyczy części 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadał datę ważności powyżej 2 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. V pkt 4.1 wymaga, aby termin ważności w momencie dostawy był nie krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie 16:

Pytanie dotyczy części 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt był zapakowany w opakowania przeznaczone do kontaktu z lekami/żywnością, aby uniknąć zabrudzeń papieropodobnych na klejącej części testu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojedynczo pakowanego testu. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze pojedynczo pakowanych testów, w którym mieści się do 100 szt.

Pytanie 17:

Pytanie dotyczy części 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test był polskiej produkcji i spełniał aktualne wymogi prawne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby test był polskiej produkcji. W przypadku produkcji przez zagranicznego producenta, Zamawiający wymaga ulotki do testu w języku polskim.

Pytanie 18:

Pytanie dotyczy części 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test ureazowy posiadał naklejkę z krążkiem plastikowym, której odklejenie zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do studzienki testowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytania z dnia 20.06.2022 r.

Pytanie 1:

Część nr 1, pozycja nr 2-5 – Czy zamawiający wymaga powierzchni zmrożonej?

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Część nr 1, pozycja nr 7– Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2 m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cewnik o danej długości ujęty jest w pozycji nr 6.

Pytanie 3:

Część nr 1, pozycja nr 19– Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny podkład nieprzemakalny z perforacją co 38 cm, o szerokości 50 cm i długości 50 m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w parametry mieszczą się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie 4:

Część nr 1, pozycja nr 31 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona środkiem myjącym (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza zmian.

Pytanie 5:

Część nr 1, pozycja nr 31 - Czy zamawiający dopuści produkt na 23% stawce VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt na stawce 23% VAT.

Pytanie 6:

Część nr 1, pozycja nr 37– Czy zamawiający dopuści kieliszek do leków pakowany po 75 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 7:

Część nr 1, pozycja nr 40-42– Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne jednorazowe, wykonane z medycznego PCV?



Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8:

Część nr 1, pozycja nr 57 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jałowy zestaw do usuwania szwów zawierający:

- Tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20cm 6szt.
- Rękawice lateksowe, niepodrowane M 2szt.
- Pęseta plastikowa 1szt.
- Nożyk do cięcia szwów Stitch Cutter 1szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zaproponowany zestaw jest niewystarczający, a rękawice jednorazowe w zestawie zbędne i w związku z tym nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9:

Część nr 1, pozycja nr 64 – Czy zamawiający dopuści przyrząd z filtrem antybakteryjnym 0,2 um?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Część nr 1, pozycja nr 98 – Czy zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 250ml, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił informację z załączniku nr 2 do SWZ o dopuszczeniu do zaoferowania innych wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 11:

Część nr 1, pozycja nr 90 – Czy zamawiający dopuści zestaw z igłami o długości 50-70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12:

Część nr 1, pozycja nr 101 – Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze 30-40 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spodenek do kolonoskopii o gramaturze minimum 40 g/m²

Pytanie 13:

Część nr 1, pozycja nr 101 – Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze 20-30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza spodenek do kolonoskopii o gramaturze 20-30 g/m² ponieważ są za cienkie i mogą powodować dyskomfort u pacjenta.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy*