

Czy - w związku z niedostępnością niektórych typów rezonatorów u producenta - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych tj.:

1. Zamiast grafitowych - aluminiowe
2. Zamiast stal 316L – platynowe

Odp. Zamawiający wyraża zgodę