

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie AKCELERATORA, przeszkolenie w zakresie obsługi, demontaż wraz z utylizacją posiadanego aktualnie przez Zamawiającego akceleratora oraz dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń – nr spr 115/20

### ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 115/2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz.1843 z p.zm..) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: tj. załącznik nr 2A – Specyfikacja Techniczna Akceleratora – Parametry urządzenia wprowadzając zapisy, które otrzymują nowe brzmienie:

#### POWINNO BYĆ:

1.21.	<i>Funkcjonalność systemu weryfikacji i zarządzania, integrowanego z oferowanym akceleratorem zapewnia możliwość analizy planów leczenia.</i>	Tak	..... (**)	Brak
1.22.	<i>Rozszerzenie funkcjonalne systemu weryfikacji i zarządzania zapewniające możliwość definiowania i modyfikacji kursów oraz pól terapeutycznych wraz z ich aprobowaniem – min. 5 licencji.</i>	Tak	..... (**)	Brak
1.29.	<i>Wyposażenie systemu zapewniające unieruchomienie pacjenta w obszarze głowy w standardzie zapewniającym realizację technik SRS oraz SRT.</i>	Tak	.....	brak
1.30.	<i>Konfiguracja ramy zawiera niezbędną podstawkę pod głowę wraz z zestawem poduszek</i>	Tak	.....	brak
1.31	<i>Wielkość oferowanej ramy zapewnia możliwość unieruchamiania pacjentów, gdy obwód głowy <math>\geq 50\text{cm}</math> oraz umożliwienie napromieniania stereotaktycznego pacjentów z obwodem większym niż <math>50\text{cm}</math> z jednoczesnym użyciem masek termoplastycznych.</i>			
1.32.	<i>Konfiguracja ustników umożliwia próżniowe wspomaganie do podniebienia twardego pacjenta lub dodatkowe wspomaganie unieruchomienia głowy pacjenta przez zastosowanie ustników do masek termoplastycznych zapewniające jednoznaczne unieruchomienie głowy pacjenta.</i>	Tak	.....	brak
1.33.	<i>Oferowana konfiguracja zawiera zestaw ustników, które zapewniają skuteczne unieruchomienie dla wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do procedur radioterapii stereotaktycznej w obszarze głowy.</i>	Tak	..... (**)	brak

1.35.	Oferowana konfiguracja zapewnia zestaw masek termoplastycznych, regulowanych w co najmniej 3 punktach.	Tak	..... (**)	brak
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	------

5.12.	System dozymetrii portalowej pozwalający na wykorzystanie danych panelu obrazowego do analizy rozkładu promieniowania, któremu został poddany pacjent w trakcie leczenia lub niezależny system dozymetrii zapewniający zbieranie danych in vivo, czyli w trakcie ekspozycji pacjenta na promieniowanie terapeutyczne.	Tak	..... (**)	brak
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	------

6.16.	Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) – min. 17cm	Tak, podać	..... (**)	brak
-------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

Oraz załącznik nr 2A – Parametry oceniane pkt. 8

**POWINNO BYĆ:**

Parametry oceniane

L.p.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU / PUNKTACJA	WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU
8	Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: $\leq 0,5\%$	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	..... (*)

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia terminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w: Rozdziale XIV. pkt. 2 i pkt. 5 na :

- 1) Termin składania ofert: **09.02.2021r. godz. 10.00, otwarcie 10.30**
- 2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem:

W załączeniu:

- załącznik nr 2A - modyfikacja

Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na Platformie – pod linkiem postępowania.

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tomowie  
Anna Czech