

Konin, dnia 02.06.2022 r.

WSZ-EP-23/653/2022

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „**Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań układu krzepnięcia**”, nr sprawy WSZ-EP-23/2022.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający wymaga aby analizatory miały możliwość umieszczenia na pokładzie analizatora probówek zamkniętych jak i otwartych w jednym statywie, a nie w oddzielnych statywach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym zmodyfikuje tabelę – Parametry graniczne w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla Analizatorów – 2 sztuki oraz warunki gwarancji, serwisu i inne. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1), jako odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym zmodyfikuje tabelę – Parametry graniczne w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla Analizatorów – 2 sztuki oraz warunki gwarancji, serwisu i inne. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający wymaga aby na co najmniej jednym z zaoferowanych analizatorów była możliwość oznaczania agregacji płytek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym zmodyfikuje tabelę – Parametry graniczne poprzez dodanie pozycji nr 24 w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla Analizatorów – 2 sztuki oraz warunki gwarancji, serwisu i inne. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

4. Czy Zamawiający wymaga aby analizatory wyposażone były w funkcję przedanalizycznego skanowania próbki wykorzystujące minimum 5 długości fal, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie próbki, bez udziału operatora)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, ponieważ jest to parametr oceniany (Kryterium Funkcjonalność).

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów przedmiotowych bez zaznaczania w nich odwołań do poszczególnych punktów swz. Załączane dokumenty producenta mają format pdf, co niejednokrotnie uniemożliwia ich edycję.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym zmodyfikuje zapisy SWZ w punkcie XIX podpunkt 1 litera a). Informacja o zmianie SWZ zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

6. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zaznaczania pozycji w dokumentach potwierdzających. Dokumenty producenta są w postaci plików pdf, często niemożliwych do edycji.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zaznaczenia w opisach produktów – analizatorów pozycji, której dokument ten dotyczy. W związku z tym zmodyfikuje zapisy SWZ w punkcie XIX podpunkt 1 litera a). Informacja o zmianie SWZ zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

7. Uprzejmie prosimy o modyfikację terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie zmieniony zgodnie z pismem - Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia zamówienia.

8. Uprzejmie prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez zmianę jednostki miarowej na Opakowanie, oraz dostawienie kolumny z ilością pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.