

Katowice, dn. 30.09.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 24,
Nr sprawy: ZP-22-126UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu z oznaczeniem rozmiaru
- Prowadnica
- Dostępna w wersji z mankietem lub bez mankietu
- Dał rurek z mankietem balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w sztywne opakowanie zachowujące kształt rurki

Odp.: Pytanie dotyczy asortymentu z pakietu nr 1. Zamawiany asortyment w pakiecie nr 4 to ostrza chirurgiczne. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheostomijna z medycznego PVC, sterylna, z otworem i bez otworu, rozm. 6, 7, 8, 9, 10. Skład: rurka zewnętrzna z kotnierzem, rurka wewnętrzna łatwo wyjmowalna, kapturek, płytka przytrzymywana pierścieniem, kapturek ostonowy, opaska, koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.