



L.dz. 1309/2021

Olsztyn, dnia 15.07.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 131/2021/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego „Kortosfera” w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie" projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 3.

1. Czy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników – ochrony ich przed urazami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym, a także dla zapewnienia niezakłóconej falami elektromagnetycznymi pracy aparatury laboratoryjnej Zamawiający wymaga aby dygestorium było zgodne z obowiązującymi dyrektywami Komisji Europejskiej (2014/30/EU kompatybilność elektromagnetyczna; 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa; 2006/42/EC dyrektywa maszynowa), wydanymi przez niezależne instytucje do tego uprawnione?

Czy certyfikaty potwierdzające zgodność z w/w dyrektywami należy dołączyć do oferty?

2. Czy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników, zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających zgodność dygestorium z normą PN EN 14175 cz. 2 i 3, wystawionych przez niezależne od producenta jednostki certyfikujące?

Odpowiedź:

W związku z faktem, że uczestnikami zajęć w laboratorium nauk przyrodniczych (LAB 1) będą przede wszystkim dzieci i młodzież, Zamawiający wymaga zachowania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa dostarczanego wyposażenia. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia wymagania dotyczące dygestorium o następujące zapisy:

1. Dostarczone dygestorium ma być zgodne z obowiązującymi dyrektywami Komisji Europejskiej: 2014/30/EU kompatybilność elektromagnetyczna; 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa; 2006/42/EC dyrektywa maszynowa lub nowszymi o tym samym zakresie, na potwierdzenie czego Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą aktualne certyfikaty wydane przez niezależne od producenta i Wykonawcy uprawnione instytucje certyfikujące.

2. Dostarczone dygestorium ma spełniać wymagania normy PN EN 14175 cz. 2 i 3 lub równoważnej, na potwierdzenie czego Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą aktualne certyfikaty wydane przez niezależne od producenta i Wykonawcy uprawnione instytucje certyfikujące.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedź przygotowali: mgr inż. Zbigniew Stachurski, mgr Wioletta Ślaska - Zysk
Sporządziła: mgr Katarzyna Sądej

mgr Katarzyna Sądej