

Piła dnia 02.04.2021 roku

EZP.II-241/20/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r pn. „**Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne**”

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w formularzu ofertowym nie zaszła pomyłka, w postępowaniu jest tylko jedno zadanie „Zadanie 1” czy zatem wiersz „Oferowana wartość za wykonanie zadnia 2” należy wykreślić?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wiersz „Oferowana wartość za wykonanie zadnia 2” w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 2

Wnosimy o dodanie w formularzu cenowym kolumny: „Producent i nr katalogowy” w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi graniczne oraz w celu identyfikacji zgodności dostaw z oferowanymi produktami, a także zgodnie z warunkami koniecznymi z Załącznika nr 3 („*W ofercie należy podać numery katalogowe*”).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Poz. 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje testy pakowane po 20 sztuk, oferując 10 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

1. Dot. Rota/Adeno-wirusy - Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 96,3% (dla rotawirusa) i 98,8% (dla adenowirusa), spełniające pozostałe warunki Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Neisseriagonorrhoeae – Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 89,2% (u mężczyzn) i 91,5% (dla kobiet), spełniające pozostałe warunki Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Streptococcusagalactiae–Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 90,8%, spełniające pozostałe warunki Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie czy wraz z ofertą należy przesłać instrukcje wykonania testów w j. polskim, potwierdzające warunki konieczne Załącznika nr 3?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 8

Zadanie 1, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla szczepu A 87,2%, dla szczepu B 92,5% i swoistości dla szczepu A 94,5% i dla szczepu B 97,5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zadanie 1, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu konfekcjonowanego po 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 1, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 90,9% i swoistości 97,9%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zadanie 1, poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu konfekcjonowanego po 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie 1, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 13

Zadanie 1, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego o czułości analitycznej dla antygenu GDH Clostridium difficile 0,8 ng/ml oraz o czułości diagnostycznej 95% i swoistości 99%, natomiast dla toksyny A i B Clostridium difficile o czułości analitycznej 0,75 ng/ml i czułości diagnostycznej 94,6% i swoistości powyżej 99,9%?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 14

Zadanie 1, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu konfekcjonowanego po 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na zadane pytania nr 5 i 6 dotyczące Zadania 1 poz. 14, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 14 do oddzielnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty innym Wykonawcom, aniżeli tylko jednemu Wykonawcy posiadającego w swej ofercie opisany test. Da to możliwość Państwu uzyskania konkurencyjnych ofert i wybór najkorzystniejszej.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.